MEMORANDO SEI Nº 31539396/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 09 de novembro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - **Pregão Eletrônico nº 629/2026** - Portal de Compras do Governo Federal nº 101/2026
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Linha Têxtil).

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 31528852 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo da proposta está de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - CA - itens 66 e 67	8.10.3 - Prospecto, Ficha Técnica e Imagem de Site	11. Amostras	Parecer
44	909691 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO **25 CM X 23 CM** - PACOTE **COM 50 UNIDADES** COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO 25 CM X 23 CM COM **PESO MÍNIMO 8 G, EM** 100%	Pacote	**AMG HOSPITALAR**	BIOTEXTIL	BIOTEXTIL	De acordo	80113320005, registro	--------	O prospecto apresentado não descreve a	EXIGE	Para evitar custos com o envio de

	ALGODÃO, TECIDO COM QUATRO CAMADAS, SISTEMA DE AMARRAÇÕES, EVITANDO QUE UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA, **POSSUIR FIO RADIOPACO,** POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE UM CADARÇO DUPLO EM FORMA DE ALÇA, NÃO SOLTE FIOS, ALTA CAPACIDADE DE RETER LÍQUIDOS, SER ISENTAS DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. PACOTE PLÁSTICO SIMPLES, RESISTENTE AO MANUSEIO, MANTENDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO, QUANTIDADE DE 50 UNIDADES POR PACOTE. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR14767 E SUAS ATUALIZAÇÕES EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		**COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**				ativo, confirmado no Portal ANVISA.		seguinte exigência do edital: com peso mínimo 8 g.		amostras que serão reprovadas se não atenderem ao peso exigido no descritivo, solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado possui **peso mínimo 8g.** Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba**, **Servidor(a) Público(a)**, em 10/11/2026, às 06:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **31539396** e o código CRC **24DF36A9**.