



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

EDITAL SEI Nº 1362557/2018 - SAP.UPR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018

Objeto: Aquisição de equipamentos para aula de Ciências (laboratório de ciências) destinados as unidades atendidas pela Secretaria de Educação de Joinville.

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 31 de janeiro de 2018 às 15:59 horas.

Questionamento 01: “Havendo em vista que um dos itens do edital trata-se de microscópio, um item de importação, e com uma quantidade expressiva, gostaria de saber sobre a possibilidade de postergar o prazo de entrega de 30 para 60 dias, tempo normalmente necessário para importação e solução de burocracias para liberação na alfândega .”

Resposta: Conforme Secretaria de Educação, através do Memorando SEI Nº 1481072/2018 - SED.UAD.ASU: *"no tocante ao pedido de esclarecimento ressaltamos que deve ser observado o prazo estabelecido no edital."*

Recebido em 02 de fevereiro de 2018 às 13:51 horas.

Questionamento 02: “O descritivo solicita "Esqueleto Humano FLEXIVEL" que possua "COLUNA FLEXIVEL" . Precisamos esclarecer qual o nível de Flexibilidade esperado. Existe no mercado o modelo padrão de esqueleto, onde sua coluna permite uma "leve" movimentação das vértebras, mas o esqueleto sempre se manterá ereto, sempre na mesma posição. E, existe também, outro modelo de Esqueleto com Coluna Flexível, onde é possível simular cada movimento humano. Uma vez dobrada(posicionada) a coluna, o esqueleto permanece na respectiva posição de modo a definir claramente posições corretas e incorretas, assim como posições patológicas erradas. Tal informação é de extrema importância, pois os preços dos 2 modelos tem uma diferença considerável, dentro da referência do edital, mas o modelo padrão tem preço bem inferior. Para manter a isonomia da disputa é imprescindível que todos os licitantes ofertem o mesmo tipo de produto, sem margem para interpretações distorcidas."

Resposta: Conforme Secretaria de Educação, através do Memorando SEI Nº 1487315/2018 - SED.UAD.ASU: *"Informamos que a proposta deverá estar compatível ao descritivo elencado no edital, aceitando-se toda e qualquer flexibilidade, uma vez que não é indicado o nível do flexibilidade, nem que o mesmo deva necessariamente permanecer na posição (dobrada) quando movimentado."*

Pércia Blasius Borges

Pregoeira

Portaria nº 126/2017



Documento assinado eletronicamente por **Pércia Blasius Borges, Servidor (a) Público (a)**, em 05/02/2018, às 12:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **1490800** e o código CRC **D7AEDC24**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguazu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

17.0.077952-1

1490800v9