

MEMORANDO SEI Nº 0020587943/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 19 de março de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise de amostras

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Encaminhamos as informações acerca das análises das amostras apresentadas para os itens 8 e 20:

ITEM	EMPRESA	PARECER
8- FIXADOR PARA SONDA NASAL	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Amostra aprovada conforme SEI nº 0020585707 (página 2).
20- SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL Nº 14 SISTEMA FECHADO	A.F.R. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Conforme e SEI nº 0020585707 (página 1), a equipe técnica indicou: produto frágil com risco de quebra ao manuseio. Trava de segurança da válvula de sucção de baixa qualidade. Ocorreu quebra da trava de segurança da válvula de sucção durante manuseio na aspiração do paciente, sendo necessário trocar o dispositivo. Amostra reprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 19/03/2024, às 09:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020587943** e o código CRC **51A42EB0**.

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 014/2024

ITEM: 20

25699 - SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL Nº 14 SISTEMA FECHADO 54 CM COMPRIMENTO DE 54 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 2 CM), CONSTITUÍDO DE CONECTOR DUPLO, VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, COM SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE BRONCÓDILATADOR OU OUTROS GASES QUANDO NECESSÁRIO SEM A DESCONEXÃO DO PACIENTE DA VENTILAÇÃO MECÂNICA, SONDA GRADUADA E COBERTA DE BAINHA DE PLÁSTICO, VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

FORNECEDOR: A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

MARCA: HAIBREATH/SHAOCHING HITECH MEDICAL PRODUCTS Co. LT

LOTE: 2201158

REGISTRO (ANVISA): 81045420005

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 pacote com 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Sem apontamentos.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

Sem apontamentos, produto com as descrições adequadas.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

Produto frágil com risco de quebra ao manuseio. Trava de segurança da válvula de sucção de baixa qualidade.

() Adequada Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM NÃO

JUSTIFICATIVA:

Ocorreu quebra de válvula de segurança "digo" trava de segurança da válvula de sucção durante manuseio na aspiração do paciente, sendo necessário trocar o dispositivo.

DATA: *15/03/2024*

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

COBEN/AC 674066
Enfermeiro
Marcos Aurélio da S.C. Junior

Marcos Aurélio da S.C. Junior
Enfermeiro
COBEN/AC 674066

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO:014/2024

ITEM: 8- FIXADOR PARA Sonda NASAL

DESCRIÇÃO: 12913 - FIXADOR PARA Sonda NASAL FIXADOR DE SONDAS NASOGÁSTRICAS E NASOENTERAIS, HIPOALERGÊNICA, ISENTA DE LÁTEX. FIXAÇÃO SEGURA, RESPIRÁVEL, DE FÁCIL COLOCAÇÃO E REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS E LESÕES NA PELE. TAMANHO ADULTO COM FORMATO ANATÔMICO ADAPTANDO-SE FACILMENTE AO FORMATO DO NARIZ IMPEDINDO A PRESSÃO NAS NARINAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.

FORNECEDOR: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

MARCA: FIX CATER /MDL

Registro Anvisa: 80114230007

LOTE: 001n_24

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO
Apontamentos: _____

Adequada, sem apontamentos

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____

produto de fácil funcionalidade e adaptação no paciente.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

DATA: 15/03/24

Marcos Aurelio da S.C. Junior
Enfermeiro

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO