

MEMORANDO SEI Nº 27288607/2025 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 24 de outubro de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Resposta à Análise Técnica - Pregão Eletrônico 323/2025

Objeto: **Registro de Preços**, visando a futura e eventual Aquisição de condutores para expensor de pele e lâminas para faca de enxerto utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital Municipal São José

Prezados(as) Senhores(as),

Venho por meio deste, encaminhar o Processo Licitatório SEI nº 25.0.125045-6, com nossa análise quanto:

It em	Material/Servi ço	Uni d. me did a	Qtd licit ada	Fornec edor	Registro ANVISA	Ficha Técnica / Prospecto	Parecer
2	912971 - CONDUTOR PARA EXPANSOR DE PELE 1:1,5 CONDUTOR PARA EXPANSOR DE PELE, 1MM DE EXPESSURA, COM RANHURAS EM V, EVITANDO DESLIZAMENTO LATERAL DO ENXERTO, PARA EXPANSOR TIPO ZIMMER MODELO MESHGRAFT 2195, ESPANSÃO 1:1,5 TAMANHO 28 X 7,88CM.	PC	120	UDILIFE COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Apresentou Registro na Anvisa na página 4 e 5 do documento SEI nº27285561	Apresentou Ficha Técnica nas páginas 4 e 12 do documento SEI nº27285561	<p>Solicito diligência para esclarecimento de divergência nas medidas do condutor para expansor de pele apresentadas na proposta e no prospecto.</p> <p>A proposta apresenta medidas de 28cm x 7,8cm, conforme exigido no edital, enquanto o prospecto indica medidas de 20cm x 8,0cm.</p> <p>Aguardando diligência</p>
	912972 - CONDUTOR PARA EXPANSOR DE PELE 1:3 CONDUTOR PARA EXPANSOR DE PELE, 1MM DE						Solicito diligência para esclarecimento de divergência nas medidas do condutor para expansor de pele

3	EXPRESSURA, COM RANHURAS EM V, EVITANDO DESLIZAMENTO LATERAL DO ENXERTO, COMPATIVEL PARA EXPANSOR TIPO ZIMMER MODELO MESHGRAFT 2195, ESPANSÃO 1:3 TAMANHO 28 X 7,88CM.	Peça	500	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Apresentou Registro na Anvisa na página 4 e 5 do documento SEI nº27285561	Apresentou Ficha Técnica nas páginas 4 e 12 do documento SEI nº27285561	apresentadas na proposta e no prospecto. A proposta apresenta medidas de 28cm x 7,8cm , conforme exigido no edital, enquanto o prospecto indica medidas de 20cm x 8,0cm . Aguardando diligência
---	--	------	-----	--	---	---	--

Atenciosamente,

Beatrix Soares
Enfermeira- Coren SC nº687.914



Documento assinado eletronicamente por **Beatrix Soares, Servidor(a) Público(a)**, em 28/10/2025, às 09:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27288607** e o código CRC **6CF1D1CC**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.125045-6

27288607v6