

## MEMORANDO SEI Nº 0019149519/2023 - SES.UAD.ACM

Joinville, 17 de novembro de 2023.

À SAP.LCT

**Assunto:** Análises Técnicas das amostras - Pregão Eletrônico nº 354/2023.**Objeto:** Aquisição de curativos Especiais e Insumos para Ostomizados de uso continuado para atendimento de demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital São José.

Em atendimento às convocações para apresentação de amostras, encaminhamos as informações acerca dos pareceres técnicos já emitidos:

| Convocação | Item | Material/Serviço                                 | Unid. Medida | Fornecedor   | Parecer   |
|------------|------|--|--------------|--|---|
| 0018837699 | 5    | 917389 - AGE - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS          | FRS          | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                        | Amostra aprovada conforme análise SEI nº 0019148886 |
| 0018894263 | 14   | 918202 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE             | Rolo         | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Amostra aprovada conforme análise SEI nº 0019148961 |
| 0018894344 | 19   | 917391 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA     | UNID         | COLOPLAST DO BRASIL LTDA                                     | Amostra aprovada conforme análise SEI nº 0019148976 |
| 0018830668 | 21   | 917392 - GAZE ANTIADERENTE 7,6 X 7,6 CM          | UNID         | ROSSANE SERAFIM MATOS  | Amostra aprovada conforme análise SEI nº 0019149022 |
| 0018830668 | 23   | 25676 - GEL HIDRATANTE COM ALGINATO DE CALCIO    | Gramas       | ROSSANE SERAFIM MATOS  | Amostra aprovada conforme análise SEI nº 0019149057 |
| 0018810912 | 24   | 13744 - HIDROCOLOIDE COM OU SEM BORDA 20 X 20 CM | Pç.          | MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                  | Amostra aprovada conforme análise SEI nº 0019149086 |
| 0018802234 | 25   | 13743 - HIDROCOLOIDE COM OU SEM BORDA 10 X 10 CM | Pç.          | COLOPLAST DO BRASIL LTDA                                     | Amostra aprovada conforme análise SEI nº 0019149207 |
| 0018828549 | 26   | 917395 - LIMPADOR DE FERIDA                      | FRS          | FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                        | Amostra aprovada conforme análise SEI nº 0019149133 |

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 17/11/2023, às 09:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019149519** e o código CRC **E6CAC9C5**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.183448-9

0019149519v6

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 354/2023

ITEM: 05

917389 - AGE - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS LOCAO RESTAURADORA DE EPITELIOS COMPOSTO POR TRIGLICERIDEOS DE ACIDO CAPRICO, CAPRILICO, LAURICO, LECITINA DE SOJA, VITAMINAS A/E. ARMAZENADO EM FRASCO COM 200 ML, SEGURO E RESISTENTE, BICO TIPO ALMOTOLIA, TAMPA DE FACIL MANUSEIO E BOA VEDACAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICACAO, RESP. TECNICO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: DL DISTRIBUIDORA

MARCA: DERMAEX/NUTRIEX

LOTE: 0154682306

REGISTRO (ANVISA): 80451960191

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### **EMBALAGEM**

Apontamentos: Atende ao descritivo acima do item 05.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: atende ao descritivo.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: Após testar o produto, verificado que o material atende os especificações descritas no termo de referência durante a utilização.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **CONCLUSÃO**

APROVA O PRODUTO:  SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: Atende ao descritivo do termo de referência, após teste, verificado qualidade do material na utilização ao paciente com fotos.

DATA: 09/11/23

Maílandia  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Maílandia  
COPREMA  
COREMA

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 354/2023

ITEM: 14- CURATIVO FILME TRANSPARENTE

918202 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE COMPOSTO DE POLIURETANO EM ROLO, NAO ESTERIL, TAMANHO MÍNIMO 10 CM X 10 M, ADESIVO HIPOALERGENICO, PERMITINDO TROCA GASOSA, IMPEDINDO A CONTAMINAÇÃO EXTERNA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BULA CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO, IDENTIFICACAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APARTIR DA N.F DE ENTREGA.

FORNECEDOR: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: POLAR FIX

LOTE: 230604

REGISTRO (ANVISA): 8003400110

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 2 ROLOS

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### **EMBALAGEM**

Apontamentos: Atende ao descritivo acima do item 14.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: atende ao descritivo.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: após testar o produto, verificado que o material atende as especificações descritas no termo de referência durante a assistência.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **CONCLUSÃO**

APROVA O PRODUTO:  SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: Atende ao descritivo do termo de referência, após teste, verificado qualidade do material na assistência do paciente com fluídos.

DATA: 09/11/23

Marilaine  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 354/2023

ITEM: 19- CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA

917391 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, IMPREGNADA COM PRATA, ESTERIL, ALTA CAPACIDADE DE ABSORCAO, TAMANHO MÍNIMO 15 X 15 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BULA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZACAO, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO MS/ANVISA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APARTIR DA EMISSAO DA NOTA DE ENTREGA.

FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA

MARCA: BIATAIN AG / Cód. 39625

LOTE: (10)8734358

REGISTRO (ANVISA): 10430310062

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 1 cx com 5 unidades

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### **EMBALAGEM**

Apontamentos: Sem apontamentos que desabone o produto que já está sendo utilizado nas unidades de saúde.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: Apresenta conformidade ao descritivo.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: Sem apontamentos que desabone o produto que já está sendo utilizado nas unidades de saúde.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **CONCLUSÃO**

APROVA O PRODUTO:  SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: material já está em uso pelas equipes com aprovação para continuar com a padronização de uso da marca atual.

DATA: 08/11/23

PREFEITURA DE JOINVILLE  
SECRETARIA DE SAÚDE  
Deisy Navarro Lins Fiorentin  
Enfermeira

**ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO**

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 354/2023

ITEM: 21

917392 - GAZE ANTI ADERENTE 7,6 X 7,6 CM COMPOSTO DE TELA DE ACETATO DE CELULOSE, IMPREGNADA COM PETROLATUM, EVITANDO ADERENCIA E IMPEDINDO A DESIDRATAÇÃO DO TECIDO DE GRANULACAO. TAMANHO APROXIMADO 7,6 X 7,6 CM, ACEITA-SE VARIAÇÃO +/- 0,4 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BULA, ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERELIZACAO, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA N.F DE ENTREGA.

FORNECEDOR: ROSSANE SERAFIM MATOS

MARCA: CURATEC PETROLATUM

LOTE: 23011003

REGISTRO (ANVISA): 80246910006

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 unidades

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### **EMBALAGEM**

Apontamentos: Atende os requisitos acima do item 21.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: Atende os descritivos.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: Após teste do material, verificou-se que a material atende a requisitos, descritos no termo de referência durante a contratação.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **CONCLUSÃO**

APROVA O PRODUTO:  SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: Atende os descritivos do termo de referência, após teste, verificou-se qualidade do material na existência de pontos com furto.

DATA: 09/11/23

Michelle  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Michelle Stringhini  
Enfermeira  
COREN 080879

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 354/2023

ITEM: 23

25676 - GEL HIDRATANTE COM ALGINATO DE CALCIO GEL TRANSPARENTE E VISCOSO INDICADO PARA QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU, ABRASÕES, LACERAÇÕES, ÚLCERAS VENOSAS E ARTERIAIS E LESÕES POR PRESSÃO; COMPOSTO POR ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE, SENDO ACEITO ACRÉSCIMOS DE OUTROS COMPONENTES; DEVE QUE PROMOVER MEIO ÚMIDO IDEAL PARA CICATRIZAÇÃO ATRAVÉS DA HIDRATAÇÃO DA FERIDA, CONDUZINDO AO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO OU POSSIBILITANDO O DESBRIDAMENTO MECÂNICO. ESTABILIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 25 DIAS APÓS ABERTO; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM NO MÁXIMO 90 GRAMAS, CONTENDO BULA, DADOS DO FABRICANTE, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: ROSSANE SERAFIM MATOS

MARCA: CURATEC HIDROGEL COM ALGINATO

LOTE: 23082106

REGISTRO (ANVISA): 80246910008

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 unidades

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: Atende ao descritivo do termo de referência.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Atende ao descritivo do termo de referência.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Após teste, verificou-se sua eficácia na anestesia.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica


#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO:  SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: Aprovado por atender o termo de referência/  
descritivo do produto e, após teste verificou-se sua  
eficácia no tratamento a ser realizado com a ferida.

DATA: 08/11/23

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

  
Michelle Stringhini  
Enfermeira  
COREN 080979

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 354/2023

ITEM: 24

13744 - HIDROCOLOIDE COM OU SEM BORDA 20 X 20 CM IMPERMEÁVEL A LÍQUIDO, COM BARREIRA BACTERIANA E VIRAL, CAMADA INTERNA FORMADA POR PARTÍCULAS HIDROATIVAS, A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSE E/OU GELATINA E/OU PECTINA, PODENDO CONTER ALGINATO DE CÁLCIO, TAMANHO MÍNIMO 20 X 20 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ ANVISA.

FORNECEDOR: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

MARCA: H320/CASEX

LOTE: 000053/2022

REGISTRO (ANVISA): 10222320014

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 unidade

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: Atende ao descritivo acima do item 24.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Atende ao descritivo

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Após teste do produto, verificada que o material atende as expectativas descritas no termo de referência durante a assistência.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO:  SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: Atende o descritivo do termo de referência após teste verificada qualidade do material ~~na~~ assistência ao paciente sem fendas.

DATA: 10/11/23

  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Marli Sotango F. Alves  
Enfermeira  
COREN:77526

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 354/2023

ITEM: 25

13743 - HIDROCOLOIDE COM OU SEM BORDA 10 X 10 CM IMPERMEÁVEL A LÍQUIDO, COM BARREIRA BACTERIANA E VIRAL, CAMADA INTERNA FORMADA POR PARTÍCULAS HIDROATIVAS, A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSE E/OU GELATINA E/OU PECTINA, PODENDO CONTER ALGINATO DE CÁLCIO, TAMANHO MÍNIMO 10 X 10 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ ANVISA.

FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA

MARCA: COMFEEL PLUS / COLOPLAST

LOTE: (10) 8935207

REGISTRO (ANVISA): 10430310141

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 CAIXA COM 10 UNIDADES

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### **EMBALAGEM**

Apontamentos: *Boa qualidade e bom aspecto com informações de fácil acesso na parte posterior. Vedação adequada e material bem esterilizado e de uso único.*  
*Embalagem 10cm x 10cm.*

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: *Apresenta informações e descrições adequadas com relação ao modo de uso (imagens e descrições), Aplicações e remoção.*  
*Também refere as precauções e advertências no material de instrução de uso.*

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: *Em apontamentos relevantes com relação à utilização / uma vez que está descrito no modo de uso e material é de marca reconhecida no mercado.*

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **CONCLUSÃO**

APROVA O PRODUTO:  SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: *Este material foi considerado de boa qualidade pelas equipes assistenciais pois marca é reconhecida no mercado pelo seu prestígio e boa qualidade dos produtos.*

DATA: 08/11/2023

Carolina Dias  
Bacharel em  
Ciências da Saúde

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO



## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 354/2023

ITEM: 26- LIMPADOR DE FERIDA

917395 - LIMPADOR DE FERIDA CONSTITUÍDO DE BETAINA E POLIEXANIDA. APRESENTAÇÃO EM FRASCO ENTRE 300 E 350 ML. DEVE MANTER ESTABILIDADE APOS ABERTO. EMBALAGEM CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

MARCA: DBS/ PIELSANA

LOTE: 696/23

REGISTRO (ANVISA): 80175820010

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 2 FRASCOS

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: Boa qualidade em frascos de 350ml, material plástico resistente com informações na parte posterior sobre produto, modo de uso, composição e contra-indicações.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Apresenta conformidade ao descritivo. Além de impressões na embalagem do produto, também acompanha um manual de uso impresso junto com cada frasco de 350ml.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Sem apontamentos que desabone o produto, que já está sendo utilizado nas unidades com boa avaliação.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO:  SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: material já está em uso pelas equipes com aprovação para continuar com a padronização do item, da marca atual.

DATA: 08/11/2023

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Carolina Elias  
Enfermeira  
CRESS 10257