

MEMORANDO SEI Nº 28057347/2026 - SES.UAD.ACM

Joinville, 13 de janeiro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Informações acerca das análises de amostras- Pregão Eletrônico **436/2025**.

Objeto: Aquisição de Insumos para Infusão

Seguem as informações das amostras já analisadas nesta Secretaria da Saúde:

Empresa	Item	Informação
GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8- CATETER PERIFERICO N° 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Conforme análise de amostra SEI nº 28057203, o bisel não é afiado, não progride adequadamente, causa lesão mesmo em veias calibrosas, ocasionando a perda do acesso. Possui ponto romba, perda do acesso imediatamente após a punção; a punção é extremamente dolorosa. Amostra reprovada.
GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10- CATETER PERIFERICO N° 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Amostar aprovada conforme Análise de amostra SEI nº 28057249
GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12- CATETER PERIFERICO N° 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Amostar aprovada conforme Análise de amostra SEI nº 28057218

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 13/01/2026, às 16:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28057347** e o código CRC **384CFDE7**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.200744-0

28057347v4

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 436/2025.

ITEM: 8

44202 - CATETER PERIFERICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 18 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTE DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER AÇIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTÁVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATÓXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APÓS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal

FORNECEDOR: GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Marca: GLOMED

LOTE: 241062

REGISTRO (ANVISA): 80273459025

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 10 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada Inadequada Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRIPTIVO

Apontamentos: *bisel não é afiado, teflon não pregride adequadamente, causa ferir mesmo em veias calibrosas, ocorrência da perda do acesso.*

Adequada Inadequada Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: *ponta rombuda, perda do acesso imediatamente após a punção, punção extremamente dolorosa.*

Adequada Inadequada Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM NÃO

JUSTIFICATIVA: *não tem as necessidades e as outras para procedimento seguro e acertivo*

DATA: 09/01/25

Cristina Rodrigues
Enfermeira
CORE/SC 489.141

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CÁRIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 436/2025.

ITEM: 12

44204 - CATETER PERIFERICO Nº 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 22 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFiado, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTE DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTÁVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATÓXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APÓS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal

FORNECEDOR: GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Marca: GLOMED

LOTE: 23943

REGISTRO (ANVISA): 80273459008

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 10 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: fácil abertura, resistente

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRIPTIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA


Apontamentos: cateter com biseis que possibilita punção precisa, nem uso adicional de força, não causa retrações de pele, fácil visualização do refluxo, biseis afiados, teflon flexível e resistente

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: adequado para uso.


Cristina Rodrigues

Enfermeira

COREN/SC 469.141

DATA: 13 / 01 / 26

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 436/2025.

ITEM: 10

44203 - CATETER PERIFERICO Nº 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 20 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFiado, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTE DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTÁVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APÓS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal

FORNECEDOR: GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Marca: GLOMED

LOTE: 23942

REGISTRO (ANVISA): 802734500028

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 10 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: fácil abertura, resistente

Adequada Inadequada Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRIPTIVO

Apontamentos: _____

Adequada Inadequada Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: bisel afiado que possibilita punção precisa, sem uso adicional de força, não causa retracção do tecido, fácil visualização do refluxo, bisel afiado, teflon flexível e resistente

Adequada Inadequada Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM NÃO

JUSTIFICATIVA: adequado para o uso


Cristina Rodrigues

Enfermeira
CORE/SC 469.141

DATA: 13 / 01 / 26

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO