



MEMORANDO SEI Nº 31263471/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 15 de outubro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 460/2026.

Objeto: Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 31223128 seguem as análises solicitadas.

As demais análises serão enviadas posteriormente.

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostra/como dato	Análise prévia e diligência realizada	Parecer final
3	47606 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS ARTICULADOS Escova com cabo plástico antiderrapante, com as seguintes medidas: comprimento total da escova de no mínimo 17 cm; comprimento da área das cerdas: 35mm x 7mm (±2mm) para ponta com três fileiras de cerdas e 25mm (±2mm) x 2mm para a ponta com uma fileira de cerdas; altura das cerdas: 12mm (±2mm) para ponta com três fileiras de cerdas e	Unidade	TECHSTER I LTDA	TSI Código: TSI-D01	Apresentou descrição resumida do item.	Isento	O prospecto não especifica todas as medidas do item.	-----	O prospecto não especifica todas as medidas do item. Para continuidade da análise é necessário que empresa confirme as medidas do item: comprimento total da escova; comprimento da área das cerdas para ponta com três	O edital exige altura das cerdas: 12mm (±2mm) para ponta com três fileiras e o produto ofertado apresenta altura 5mm da cerda de 03 fileiras. Proposta desclassificada por não atender ao

	6mm (±2mm) para a ponta com uma fileira de cerdas.								fileiras de cerdas e para a ponta com uma fileira de cerdas; altura das cerdas para ponta com três fileiras de cerdas e para a ponta com uma fileira de cerdas; ou a proposta será desclassificada.	descritivo exigido no edital.
8	45939 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES IRREGULARES ESCOVA MEDINDO MEDINDO 22 CM (± 2 CM), FABRICADAS EM POLIAMIDA, COM CERDAS RÍGIDAS EM NYLON COM MEDIDAS 78 (± 5 MM) X 17 (± 2 MM) X 10 MM (± 2 MM) PARA LIMPEZA PROFUNDA DE INSTRUMENTAIS COM SUPERFÍCIES IRREGULARES.	Unidade	SANEVITT A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	SAFMED FBC-6103	A proposta descreve " <i>Escova para limpeza de materiais em geral de dupla cabeça, cerdas rígidas. Cor azul. Dimensões: 78mm x 14mm x 30mm; 80mm x 14mm x 15mm. Comprimento da Escova 86 mm. SAFMED</i> ".	Isento	Apresentou prospecto com três modelos distintos, não sendo possível identificar qual é o modelo ofertado que deverá ser analisado.	-----	Para a continuidade da análise, é necessário que a empresa indique o modelo da escova a ser analisado no prospecto e confirme se suas dimensões atendem, na íntegra, às especificações exigidas no descritivo, ou a proposta será desclassificada. Resposta da Diligência: empresa Sanevitta Comércio e Representações de Produtos Médicos Ltda encaminhou o arquivo disponível no documento SEI	Na proposta a empresa descreve " <i>Comprimento da Escova 86 mm</i> " e o edital exige " <i>medindo 22 cm (± 2 cm)</i> ". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.

									nº 31222424, sem identificar qual o item a ser analisado.	
9	47610 - Escova para limpeza de endoscópio 1 a 2 mm Escova para limpeza de endoscópio, com cerdas resistentes nas duas extremidades em nylon antimicrobianas com diâmetro 1 a 2 mm, comprimento da área das cerdas de no mínimo 20mm e haste de material flexível medindo com 150 a 240 cm. Descartável.	Unidade	SANEVITT A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	SAFMED FBC3-D02-20B-240	A proposta descreve "Escova de limpeza de dupla cabeça para canal de endoscópios. Diâmetros 2mm x 10mm. Comprimento 2400mm. SAFMED",	Isento	Apresentou prospecto com três modelos distintos, não sendo possível identificar qual é o modelo ofertado que deverá ser analisado.	-----	Para a continuidade da análise, é necessário que a empresa indique o modelo da escova a ser analisado no prospecto e confirme se suas dimensões atendem, na íntegra, às especificações exigidas no descritivo, ou a proposta será desclassificada. Resposta da Diligência: empresa Sanevitta Comércio e Representações de Produtos Médicos Ltda encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 31222424.	Na proposta a empresa descreve "Diâmetros 2mm x 10mm. Comprimento 2400mm" e o edital exige "diâmetro 1 a 2 mm, comprimento da área das cerdas de no mínimo 20mm". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.
12	13082 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO 3MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO, COM CERDAS NA EXTREMIDADE EM NYLON MACIA E LONGA, COM DIÂMETRO DAS CERDAS DE 3 MM E HASTE RÍGIDA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO DE 70 A 80 CM DE COMPRIMENTO, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO. REUTILIZÁVEL.	Peça	BIOSTERIL MEDICAL LTDA	PCA	Descritivo da proposta indica "haste flexível"; o edital exige "haste rígida".	Isento	Apresentou, porém o prospecto não deixa claro a seguinte exigência do edital: haste rígida.	-----	O descritivo da proposta indica "haste flexível" e o edital exige "haste rígida". o prospecto não deixa claro se a haste é flexível ou rígida. Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme se o item atende a seguinte exigência do edital: 1. Haste rígida. Resposta da Diligência: Bom dia, Sr. Pregoeiro. Após nova conferência, esclarecemos que, de fato, houve um equívoco na análise	Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.

									da especificação por nossa equipe. Foi cotado o modelo com haste flexível, que é o modelo usualmente comercializado, enquanto o Edital exige haste rígida. Esclarecemos que se trata de modelos distintos e que o produto ofertado não atende à especificação exigida, não dispondo atualmente do modelo com haste rígida solicitado. Dessa forma, prezando pela transparência, boa-fé e pelo regular andamento do certame, solicitamos a desclassificação de nossa proposta nos itens 12 a 15, evitando qualquer prejuízo à Administração ou morosidade ao processo.	
13	13083 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO 5MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO, COM CERDAS NA EXTREMIDADE EM NYLON MACIA E LONGA, COM DIÂMETRO DAS CERDAS DE 5 MM E HASTE RÍGIDA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO DE 70 A 80 CM DE COMPRIMENTO, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO. REUTILIZÁVEL.	Peça	BIOSTERI MEDICAL LTDA	PCA	Descritivo da proposta indica "haste flexível"; o edital exige "haste rígida".	Isento	Apresentou, porém o prospecto não deixa claro a seguinte exigência do edital: haste rígida.	-----	<p>O descritivo da proposta indica "haste flexível" e o edital exige "haste rígida". o prospecto não deixa claro se a haste é flexível ou rígida.</p> <p>Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme se o item atende a seguinte exigência do edital:</p> <p>1. Haste rígida.</p>	Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.

									<p>Resposta da Diligência: Bom dia, Sr. Pregoeiro. Após nova conferência, esclarecemos que, de fato, houve um equívoco na análise da especificação por nossa equipe. Foi cotado o modelo com haste flexível, que é o modelo usualmente comercializado, enquanto o Edital exige haste rígida. Esclarecemos que se trata de modelos distintos e que o produto ofertado não atende à especificação exigida, não dispondo atualmente do modelo com haste rígida solicitado. Dessa forma, prezando pela transparência, boa-fé e pelo regular andamento do certame, solicitamos a desclassificação de nossa proposta nos itens 12 a 15, evitando qualquer prejuízo à Administração ou morosidade ao processo.</p>	
14	13084 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO 7MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO, COM CERDAS NA EXTREMIDADE EM NYLON MACIA E LONGA, COM DIÂMETRO DAS CERDAS DE 7 MM E HASTE RÍGIDA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO DE 70 A 80 CM DE	Peça	BIOSTERI MEDICAL LTDA	PCA	Descritivo da proposta indica "haste flexível"; o edital exige "haste rígida".	Isento	Apresentou, porém o prospecto não deixa claro a seguinte exigência do edital: haste rígida.	-----	<p>O descritivo da proposta indica "haste flexível" e o edital exige "haste rígida". o prospecto não deixa claro se a haste é flexível ou rígida.</p> <p>Para continuidade da análise solicitamos</p>	Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.

	COMPRIMENTO, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO. REUTILIZÁVEL.								que a empresa confirme se o item atende a seguinte exigência do edital: 1. Haste rígida. Resposta da Diligência: <i>Bom dia, Sr. Pregoeiro. Após nova conferência, esclarecemos que, de fato, houve um equivoco na análise da especificação por nossa equipe. Foi cotado o modelo com haste flexível, que é o modelo usualmente comercializado, enquanto o Edital exige haste rígida. Esclarecemos que se trata de modelos distintos e que o produto ofertado não atende à especificação exigida, não dispondo atualmente do modelo com haste rígida solicitado. Dessa forma, prezando pela transparência, boa- fé e pelo regular andamento do certame, solicitamos a desclassificação de nossa proposta nos itens 12 a 15, evitando qualquer prejuízo à Administração ou morosidade ao processo.</i>	
15	13086 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO 15MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL	Peça	BIOSTERI MEDICAL LTDA	PCA	Descritivo da proposta indica "haste flexível"; o	Isento	Apresentou, porém o prospecto não deixa claro a seguinte exigência	-----	O descritivo da proposta indica "haste flexível" e o edital exige "haste	Proposta desclassificada por não atender ao

	<p>CANULADO, COM CERDAS NA EXTREMIDADE EM NYLON ANTIMICROBIANAS PARA LIMPEZA PESADA, COM DIÂMETRO DAS CERDAS DE 15 MM E HASTE RÍGIDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA EVITAR DOBRAS MEDINDO DE 40 A 50CM DE COMPRIMENTO, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO. REUTILIZÁVEL.</p>			<p>edital exige "<i>haste rígida</i>".</p>		<p>do edital: haste rígida.</p>	<p><i>rígida</i>". o prospecto não deixa claro se a haste é flexível ou rígida.</p> <p>Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme se o item atende a seguinte exigência do edital:</p> <p>1. Haste rígida.</p> <p>Resposta da Diligência: <i>Bom dia, Sr. Pregoeiro. Após nova conferência, esclarecemos que, de fato, houve um equívoco na análise da especificação por nossa equipe. Foi cotado o modelo com haste flexível, que é o modelo usualmente comercializado, enquanto o Edital exige haste rígida. Esclarecemos que se trata de modelos distintos e que o produto ofertado não atende à especificação exigida, não dispondo atualmente do modelo com haste rígida solicitado. Dessa forma, prezando pela transparência, boa-fé e pelo regular andamento do certame, solicitamos a desclassificação de nossa proposta nos itens 12 a 15, evitando qualquer prejuízo à</i></p>	<p>descritivo exigido no edital.</p>
--	---	--	--	--	--	---------------------------------	--	--------------------------------------

									Administração ou morosidade ao processo.	
17	47612 - Escova para limpeza de endoscópio 4 a 6 mm Escova para limpeza de endoscópio, com cerdas resistentes nas duas extremidades em nylon antimicrobianas com diâmetro 4 a 6 mm, comprimento da área das cerdas de no mínimo 20mm e haste de material flexível medindo 150 a 240 cm produto não estéril. Descartável.	Unidade	SANEVITT A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	SAFMED FBC3-D01-60-240	A proposta descreve "escova de limpeza de dupla cabeça para canal de endoscópios. Diâmetros 6mm x 20mm. Comprimento 2400mm."	Isento	Apresentou prospecto com três modelos distintos, não sendo possível identificar qual é o modelo ofertado que deverá ser analisado.	-----	Para a continuidade da análise, é necessário que a empresa indique o modelo da escova a ser analisado no prospecto e confirme se suas dimensões atendem, na íntegra, às especificações exigidas no descritivo, ou a proposta será desclassificada. Resposta da Diligência: empresa Sanevitta Comércio e Representações de Produtos Médicos Ltda encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 31222424.	Proposta de acordo com o edital, classificada.
18	45943 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE PAPAGAIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE PAPAGAIO DE AÇO INOX, COM CERDAS EM NYLON E ANEL. MEDIDAS DAS CERDAS: 350 MM (± 10 MM) ESPESSURA DO FIO: 0,40 MM DIÂMETRO DAS CERDAS: 50 / 80 / 40 MM COMPRIMENTO TOTAL DA ESCOVA: 480 MM (± 10 MM).	Unidade	BIOSTERIL MEDICAL LTDA	PCA	O descritivo especifica "Possui comprimento total de 47 cm e diâmetro das cerdas de 150mm "; o edital exige "medidas das cerdas: 350 mm (± 10 mm) espessura do fio: 0,40 mm diâmetro das cerdas: 50 / 80 / 40 mm comprimento total da escova: 480 mm (± 10 mm)"	Isento	Apresentou, porém o prospecto descreve "comprimento total de 47 cm e diâmetro as cerdas 150mm" e não especifica as demais exigências do edital. No prospecto consta ainda a informação "Fabricamos em tamanhos personalizados conforme a necessidade do cliente."	-----	O prospecto descreve "comprimento total de 47 cm e diâmetro as cerdas 150mm" e não especifica as demais exigências do edital. No prospecto consta ainda a informação "Fabricamos em tamanhos personalizados conforme a necessidade do cliente." Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme que o item será fabricado e entregue de acordo com todas as	Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.

									medidas exigidas no edital: 1. Medidas das cerdas: 350 mm ($\pm$ 10 mm) espessura do fio: 0,40 mm diâmetro das cerdas: 50 / 80 / 40 mm comprimento total da escova: 480 mm ($\pm$ 10 mm). Resposta da Diligência: <i>Sr. pregoeiro, confirmamos as informações com o fabricante. E foi confirmado que nas dimensões estabelecidas no edital eles não estão fabricando. Logo, é somente nas dimensões especificadas no prospecto. Para darmos seriedade ao processo, solicitamos desclassificação.</i>	
24	22156 - INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, INDICADO PARA USO INTERNO NOS PACOTES DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. EFETIVO ENTRE 121°C E 134°C, OS VALORES DECLARADOS DEVEM SER SUPERIORES A 16,5 MINUTOS A 121°C E 1,2 MINUTOS A 134°C, COM TIRA INDICADORA QUÍMICA COM OU SEM ADESIVO. A LEITURA	Unidade	ASCLE BRASIL LTDA	ASCLE CLASSE V	De acordo	Isento	Apresentou prospecto, que indica "caixa com 200 unidades"; edital exige "embalagem secundária: pacotes com no máximo 50 unidades".	-----	O prospecto apresentado indica "caixa com 200 unidades" e o edital exige "embalagem secundária: pacotes com no máximo 50 unidades", porém não especifica se a quantidade é a mesma para todos os modelos do prospecto. Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme se o item atende a seguinte exigência do edital:	Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.

	PODERÁ SER FEITA A PARTIR DA MODIFICAÇÃO VISUAL, TÍPICAMENTE DE UMA COR A PARA UMA COR B DISTINTA, OU RESPOSTA GRADUAL, COMO OS INTEGRADORES QUÍMICOS DE MOVIMENTO FRONTAL NOS QUAIS SE OBSERVA UMA MUDANÇA PROGRESSIVA NO SENTIDO DE UMA ZONA DE ACEITAÇÃO APÓS EXPOSIÇÃO A TODAS AS VARIÁVEIS CRÍTICAS DO PROCESSO. DEVERÁ ATENDER A NBR/ISO 11.140-1. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ACONDICIONAR EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE. ACONDICIONADO EM PACOTES COM NO MÁXIMO 50 UNIDADES.								1. Acondicionado em pacotes com no máximo 50 unidades. Resposta da Diligência: a empresa Ascle Brasil Ltda encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 31221452 e se manifestou no chat conforme segue: <i>Item 24: Bom dia, Sr. Pregoeiro, nossos indicadores são acondicionados todos de padrão com 200 und por pacote.</i>	
29	47615 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 80 MM X 100 METROS PARA VAPOR ÚMIDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR ÚMIDO.GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL.DEVE CONTER NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO	Rol	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Ciex	De acordo	Isento	Apresentou o prospecto, porém não deixa claro as seguintes exigências do edital: 1. Composição poliéster e polipropileno; 2. Gramatura do papel grau cirúrgico 60g/m² a 80g/m, Filme plástico laminado de no mínimo 54g/m²; 3. Com indicadores químicos para vapor úmido.	-----	Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme que o item atende a seguinte exigência do edital: 1. Composição poliéster e polipropileno; 2. Gramatura do papel grau cirúrgico 60g/m² a 80g/m, Filme plástico laminado de no mínimo 54g/m²; 3. Com indicadores químicos para vapor úmido. Resposta da Diligência: a empresa JF	Após a diligência realizada, a empresa apresentou o documento SEI nº 31222029 sem as informações solicitadas. Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme que o item atende as seguintes exigências do edital ou a proposta será desclassificada: 1. Composição poliéster e polipropileno;

									Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 31222029.	2. Gramatura do papel grau cirúrgico 60g/m² a 80g/m, Filme plástico laminado de no mínimo 54g/m²; 3. Com indicadores químicos para vapor úmido.
35	47621 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300 MM X 100 METROS PARA VAPOR ÚMIDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR ÚMIDO.GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL.DEVE CONTER NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO	Rol	ASCLE BRASIL LTDA	ASCLELIZE MODELO/VERSÃO: 30CM X 100M	De acordo	Isento	Espeçura do filme laminado 52 µm ± 5; o edital exige 54g/m², ou seja, as unidades de medida são divergentes.	-----	<p>Espeçura do filme laminado 52 µm ± 5; o edital exige 54g/m², ou seja, as unidades de medida são divergentes.</p> <p>Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme que o item atende a seguinte exigência do edital: filme plástico laminado de no mínimo 54g/m².</p> <p>Resposta da Diligência: a empresa Ascle Brasil Ltda encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 31221452 e se manifestou no chat conforme segue: <i>Item 35: Sr. Pregoeiro essa pergunta ficou meio confusa, pois os 52m +5 que o catalogo se refere seria em relação a espeçura do filme, e os 54g/m2 que o edital exige seria sobre a gramatura do nosso papel, na qual nosso catalogo informa 60g/m2.</i></p>	<p>O edital exige gramatura do papel grau cirúrgico 60g/m² a 80g/m² e filme plástico laminado de no mínimo 54g/m².</p> <p>A empresa ofertou Espeçura do filme laminado 52 µm ± 5; ou seja, as unidades de medida são divergentes.</p> <p>Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme que o item atende a seguinte exigência do edital: filme plástico laminado de no mínimo 54g/m² ou a empresa será desclassificada.</p>

38	22144 - TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR DO TIPO-CONTIDO DE LEITURA RÁPIDA, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA OU QUÍMICO. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILUS STEAROTHERMOPHILUS. ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA ETIQUETADA PARA IDENTIFICAÇÃO, COM CALDO NUTRIENTE, RÓTULO EXTERNO CONSTANDO LOTE, FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.	Ampola	MAXXIME D COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MAXXIMED MODELO: CLICKTEST IB 3 HR	De acordo	Isento	Apresentou	<p>Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme a seguinte exigência do edital:</p> <p>1. Deverá fornecer em comodato <u>72 (setenta e duas) incubadoras</u> compatíveis com o item ofertado, <u>bem como os insumos para funcionamento e leitura.</u></p> <p>Caso a empresa confirme o comodato, a proposta está classificada.</p> <p>Não haverá a necessidade de apresentar amostras, pois o item já foi aprovado anteriormente e está em uso pela administração, conforme SEI nº 27840121.</p> <p>Resposta da Diligência: a empresa Maxximed Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 31222307 e se manifestou no chat conforme segue: <i>Bom dia ! Iremos fornecer as 72 incubadoras conforme está descrito na nossa proposta.</i></p>	Proposta de acordo com o edital, classificada.
----	---	--------	--	------------------------------------	-----------	--------	------------	--	--

39	25069 - ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NÃO ESTÉRIL, FORNECIDA EM GALÃO DE 5 LITROS	Galão	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	DC MEDICAL	De acordo	Isento	Apresentou	-----	<p>Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente a seguinte exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela).</p> <p>Resposta da Diligência: a empresa JF Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 31222029.</p>	Proposta de acordo com o edital, classificada.
----	--	-------	--	------------	-----------	--------	------------	-------	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 15/10/2026, às 08:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **31263471** e o código CRC **3F339151**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br