



Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 9 dias de fevereiro de 2023, deliberaram acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Ana Luiza Baumer e sua Equipe de Apoio, de acordo com a **Portaria nº 22/2023**, documento SEI nº 0015635656, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), conforme documento anexo SEI nº 0015844940, do **Pregão Eletrônico nº 597/2022**, destinado à **Aquisição de equipamento Hemodinâmica de Solo para o Hospital Municipal São José**.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Baumer, Servidor(a) Público(a)**, em 09/02/2023, às 14:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Laisa de Souza Rosa, Servidor(a) Público(a)**, em 09/02/2023, às 14:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Laercio Prestini, Servidor(a) Público(a)**, em 09/02/2023, às 15:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Andrea Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 09/02/2023, às 15:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0015844948** e o código CRC **EB345CD2**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.237480-3

0015844948v2

0015844948v2

➤ Pregão/Concorrência Eletrônica

Esta licitação possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

453230.5972022 .18660 .4517 .26610695085



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00597/2022

Às 08:00 horas do dia 25 de janeiro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 202/2022 de 10/10/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº SEI 22.0.237480-3, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00597/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamento Hemodinâmica de Solo para o Hospital Municipal São José., tendo em vista Para continuidade dos trâmites do presente certame..

Item: 1

Descrição: Aparelho p/ angiografia

Descrição Complementar: Aparelho P/ Angiografia Tipo: Digital Em Arco "C" De Chão , Componentes: Intensificador De Imagem De 9" , 2 Monitores De 20" , Características Adicionais: Workstation Separada Para Transferência E Gravação

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.920.135,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.855.800,0000 .

Histórico

Item: 1 - Aparelho p/ angiografia

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	23/01/2023 17:00:36	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	26/01/2023 08:38:31	Recusa da proposta. Fornecedor: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 46.563.938/0013-54, pelo melhor lance de R\$ 3.760.000,0000. Motivo: A empresa foi desclassificada conforme subitem 11.9, alínea "a" do Edital, de acordo com o Julgamento de Recurso SEI nº 0015534995, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3770/secretaria/11
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/01/2023 08:38:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., CNPJ/CPF: 01.449.930/0006-02.
Recusa de proposta	26/01/2023 10:41:41	Recusa da proposta. Fornecedor: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., CNPJ/CPF: 01.449.930/0006-02, pelo melhor lance de R\$ 3.762.000,0000. Motivo: A empresa foi desclassificada pois descumpriu o prazo disposto o subitem 8.2 do Edital.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/01/2023 10:41:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., CNPJ/CPF: 01.449.930/0006-02.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/01/2023 14:02:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/01/2023 14:04:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/02/2023 09:41:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/02/2023 10:03:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/02/2023 16:07:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/02/2023 08:03:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11.
Aceite de proposta	09/02/2023 14:10:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11, pelo melhor lance de R\$ 3.855.800,0000.
Habilitação de fornecedor	09/02/2023 14:16:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11
Registro de intenção de recurso	09/02/2023 14:22:30	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 46563938001354. Motivo: A empresa Canon Medical Systems do Brasil Ltda., vem através desta, manifestar recurso contra a sua injusta desclassificação. Solicitamos que também seja requerido diligência com a Can
Aceite de intenção de recurso	09/02/2023 14:50:03	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 46563938001354. Motivo: Abre-se prazo para apresentação das razões recursais.
Aceite de intenção de recurso	09/02/2023 14:50:10	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 46563938001354. Motivo: Abre-se prazo para apresentação das razões recursais.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
46.563.938/0013-54	09/02/2023 14:22	09/02/2023 14:50	Aceito
	Motivo Intenção: A empresa Canon Medical Systems do Brasil Ltda., vem através desta, manifestar recurso contra a sua injusta desclassificação. Solicitamos que também seja requerido diligência com a Canon, assim como fizeram com a Philips, para que assim, comprovem que o equipamento ofertado atende na íntegra o edital. Além disso, a Philips não atende o edital, pois é solicitado movimento de pivotamento da base da mesa seja motorizado e o equipamento ofertado por essa empresa é manual. Detalharemos na peça.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Abre-se prazo para apresentação das razões recursais.		

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	23/01/2023 17:00:36	Este pregão foi reagendado para 25/01/2023 08:00.
Sistema	23/01/2023 17:00:36	Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Julgamento.
Pregoeiro	25/01/2023 08:01:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de janeiro de 2023, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Pregoeiro	26/01/2023 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Pregoeiro	26/01/2023 08:36:23	Senhores, considerando o Julgamento de Recurso SEI nº 0015534995, o qual conclui o que segue,
Pregoeiro	26/01/2023 08:36:28	"Por todo o exposto, decide-se por CONHECER do recurso interposto pela PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, referente ao Pregão Eletrônico nº 597/2022 para, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, desclassificando a proposta da empresa CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, declarada vencedora no presente certame, no termos do item 11.9 alínea "a" do edital".

Pregoeiro	26/01/2023 08:37:27	Informo que procederei à desclassificação da empresa Canon no sistema e convocação da próxima colocada para apresentação de proposta adequada nos termos do item 8 do Edital. Ainda, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance, conforme subitem 11.3 do Edital.
Sistema	26/01/2023 08:38:34	Senhor fornecedor SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., CNPJ/CPF: 01.449.930/0006-02, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	26/01/2023 10:40:51	Senhores, considerando que a empresa Siemens não apresentou sua proposta atualizada no prazo disposto no subitem 8.2 do Edital, informo que procederei à desclassificação da proposta da empresa no sistema ComprasNet.
Sistema	26/01/2023 10:41:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	26/01/2023 10:42:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade da presente sessão acontecerá hoje, dia 26/01/2023, a partir das 14 horas.
Pregoeiro	26/01/2023 14:01:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Pregoeiro	26/01/2023 14:02:31	Considerando a desclassificação das empresas Canon e Siemens, informo que procederei à convocação da próxima colocada para apresentação de proposta adequada nos termos do item 8 do Edital. Ainda, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance, conforme subitem 11.3 do Edital.
Sistema	26/01/2023 14:02:37	Senhor fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	26/01/2023 14:04:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	26/01/2023 16:03:27	Senhores, informo que a proposta atualizada foi encaminhada para análise técnica. Nesse sentido, declaro suspensa a presente sessão e saliento que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	07/02/2023 08:03:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 8 de fevereiro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Pregoeiro	08/02/2023 09:01:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Pregoeiro	08/02/2023 09:02:31	Inicialmente, informo que a área técnica emitiu o documento SEI nº 0015693054, o qual apresenta questionamentos quanto ao parâmetro "Estação de Trabalho de Reconstrução":
Pregoeiro	08/02/2023 09:03:00	1. "Hardware de alta performance, para processamento de imagem 3D com no mínimo 32 GB de memória RAM e no mínimo 1 TB de HD (...) Não foram encontradas informações pertinentes a esta exigência editalícia nos documentos enviados pela licitante. Solicita-se a realização de diligência para confirmação dos parâmetros exigidos"
Pregoeiro	08/02/2023 09:03:14	2. "Hardware de alta performance com duplo processador ou superior, com no mínimo 4 GB de memória RAM e no mínimo 144 GB de HD (...) Não foram encontradas informações pertinentes a esta exigência editalícia nos documentos enviados pela licitante. Solicita-se a realização de diligência para confirmação dos parâmetros exigidos".
Pregoeiro	08/02/2023 09:04:16	Para PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - Nesse sentido, questiona-se a empresa Philips sobre o atendimento aos parâmetros acima elencados e aguarda-se manifestação via chat.
Pregoeiro	08/02/2023 09:10:25	Para PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - Senhores, estão conectados?
58.295.213/0021-11	08/02/2023 09:11:06	Bom dia.
58.295.213/0021-11	08/02/2023 09:11:46	Peço aguardar, por favor, que iremos verificar
58.295.213/0021-11	08/02/2023 09:31:34	Na página 18 é incluso todo o hardware. Quanto ao outro item Hardware de alta performance, o item pode ser verificado na página 4, onde é incluso o sistema de processamento, como este tipo de hardware tem alterações constantes de ampliação, está descrito a configuração atual e ficamos disponíveis para diligência demonstrando a conformidade com o edital.
Pregoeiro	08/02/2023 09:41:17	Para PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - Senhores, solicito o encaminhamento de documentação grifada com a comprovação de atendimento aos parâmetros exigidos em Edital.

Sistema	08/02/2023 09:41:22	Senhor fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	08/02/2023 09:42:16	Para PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - Para tanto, convoquei anexo no sistema ComprasNet, saliento que o prazo para inclusão do documento comprobatório é o mesmo do subitem 8.2 do Edital.
58.295.213/0021-11	08/02/2023 09:42:53	Sr. Pregoeiro, pedimos um momento, vamos encaminhar.
Pregoeiro	08/02/2023 09:50:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 08 de fevereiro de 2023, às 15 horas.
Sistema	08/02/2023 10:03:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	08/02/2023 14:57:06	Senhores, informo que a documentação está em análise técnica. Sendo assim, a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 8 de fevereiro de 2023, às 15 horas acontecerá hoje, dia 8 de fevereiro de 2023, às 16 horas.
Pregoeiro	08/02/2023 16:00:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Pregoeiro	08/02/2023 16:00:34	Com relação à documentação anexada, informo que a Equipe Técnica emitiu o documento SEI nº 0015823978, o qual afirma o que segue:
Pregoeiro	08/02/2023 16:00:41	"Na análise técnica realizada no Memorando SEI nº 0015693054, solicitamos que a licitante PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA confirmasse que o SISTEMA DE HEMODINÂMICA Modelo Azurion 5 F20, atenderia as exigências editalícias referente a: (...)
Pregoeiro	08/02/2023 16:00:48	(...) 1) "Hardware de alta performance, para processamento de imagem 3D com no mínimo 32 GB de memória RAM e no mínimo 1 TB de HD". (...)
Pregoeiro	08/02/2023 16:00:55	(...) 2) "Hardware de alta performance com duplo processador ou superior, com no mínimo 4 GB de memória RAM e no mínimo 144 GB de HD". (...)
Pregoeiro	08/02/2023 16:01:20	(...) Em diligência, através do Documento SEI nº 0015823794, a licitante detalhou nas páginas 27 e 28 a configuração do Hardware a ser entregue com o equipamento, conforme segue: (...)
Pregoeiro	08/02/2023 16:01:51	(...) Chipset : Intel C610CPU : 1x Intel Haswell 8-core 2.3 GHz or better (...)
Pregoeiro	08/02/2023 16:01:58	(...) Memory : 4x 4GB DDR4-1600 RDIMM or better (...)
Pregoeiro	08/02/2023 16:02:04	(...) Graphics : 2x equivalent to nVidia K620 or better with DVI-I (1) and DisplayPort (1) (...)
Pregoeiro	08/02/2023 16:02:10	(...) OS disk : 1x HDD, 250GB minimum, 100MB/s (...)
Pregoeiro	08/02/2023 16:02:17	(...) Data disk : 1x SSD Self Encrypting Drive (...)
Pregoeiro	08/02/2023 16:02:25	(...) Optical drive : None (...)
Pregoeiro	08/02/2023 16:02:32	(...) Ethernet ports : 4x 10/100/1000 Mb on motherboard (...)
Pregoeiro	08/02/2023 16:02:42	(...) USB : V2.0 or better, 6x on rear of unit (motherboard), 2x on front of unit (...)
Pregoeiro	08/02/2023 16:02:49	(...) Serial : 2x RS232 (breakout bracket connected to motherboard) (...)
Pregoeiro	08/02/2023 16:03:01	(...) Special IO : None (...)
Pregoeiro	08/02/2023 16:03:09	(...) BIOS version : V1.4.44 or higher (...)
Pregoeiro	08/02/2023 16:03:16	(...) TPM : V1.2 Disabled (...)
Pregoeiro	08/02/2023 16:03:26	(...) Secure Boot : Not Enabled (...)
Pregoeiro	08/02/2023 16:03:33	(...) BMC code version : V143 or higher (...)
Pregoeiro	08/02/2023 16:03:39	(...) Chassis : 19" rackmount, 4 HU, black (...)
Pregoeiro	08/02/2023 16:03:46	(...) Packaging : Single piece per package, packaging and labeling compliant with UX00109. (...)
Pregoeiro	08/02/2023 16:03:53	(...) Microsoft : Win 7 and Win 10 COA" (...)

Pregoeiro	08/02/2023 16:04:04	(...) Sendo assim, a configuração atende as exigências editalícias referente ao "Hardware de alta performance com duplo processador ou superior, com no mínimo 4 GB de memória RAM e no mínimo 144 GB de HD". (...)
Pregoeiro	08/02/2023 16:04:17	(...) Entretanto, não encontramos no Documento SEI nº 0015823794, a informação referente ao "Hardware de alta performance, para processamento de imagem 3D com no mínimo 32 GB de memória RAM e no mínimo 1 TB de HD". Por este motivo, solicitamos novamente que a licitante comprove o atendimento as exigências editalícias nesta especificação".
Pregoeiro	08/02/2023 16:07:30	Para PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - Assim, questiona-se a empresa Philips sobre o atendimento ao parâmetro acima elencado e solicito o encaminhamento de documentação grifada com a comprovação de atendimento aos parâmetros exigidos em Edital.
Sistema	08/02/2023 16:07:38	Senhor fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	08/02/2023 16:09:11	Para PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - Para tanto, convoquei anexo no sistema ComprasNet, saliento que o prazo para inclusão do documento comprobatório é o mesmo do subitem 8.2 do Edital. Nesse sentido, considerando que o expediente inicia às 8h e se encerra às 17h, informo que a empresa tem até amanhã, dia 9 de fevereiro de 2023, às 9h 09min para apresentar a documentação.
Pregoeiro	08/02/2023 16:10:07	Senhores, declaro suspensa a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 09 de fevereiro de 2023, às 14 horas.
Sistema	09/02/2023 08:03:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/02/2023 14:00:26	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Pregoeiro	09/02/2023 14:01:19	Com relação à documentação anexada, informo que a Equipe Técnica emitiu o documento SEI nº 0015836743, o qual afirma o que segue:
Pregoeiro	09/02/2023 14:01:43	"Em resposta ao Memorando SEI nº 0015835527, referente ao Documento SEI nº 0015835379, informamos que avaliamos as informações prestadas pela licitante PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA referente a exigência editalícia que solicita que o equipamento licitado contenha "Hardware de alta performance, para processamento de imagem 3D com no mínimo (...)
Pregoeiro	09/02/2023 14:01:58	(...) 32 GB de memória RAM e no mínimo 1 TB de HD". No documento a licitante declara que entregará o sistema "igual ou superior ao licitado", assim como detalha as especificações técnicas".
Pregoeiro	09/02/2023 14:02:10	(...) Nota-se que a licitante utilizou as expressões "or better" e "or equivalent" ao lado das configurações apresentadas. As expressões significam, respectivamente, "ou melhor" e "ou equivalente". (...)
Pregoeiro	09/02/2023 14:02:26	(...) Sendo assim, diante das documentações apresentadas pela licitante PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA neste certame, consideramos que o SISTEMA DE HEMODINÂMICA Modelo Azurion 5 F20, atende as exigências editalícias".
Pregoeiro	09/02/2023 14:10:20	Dessa forma, informa-se que após a realização de diligência visando COMPLEMENTAR as informações já apresentadas na proposta, a empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA está classificada no presente certame.
Pregoeiro	09/02/2023 14:11:42	Com relação à documentação de habilitação, a empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA está habilitada no presente certame, tendo em vista ter atendido às exigências editalícias.
Pregoeiro	09/02/2023 14:14:46	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA no sistema ComprasNet.
Pregoeiro	09/02/2023 14:15:17	Saliento que toda a documentação apresentada pela empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA e citada no presente processo estão disponíveis no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3770/secretaria/11
Pregoeiro	09/02/2023 14:15:54	Neste mesmo link, também estão disponíveis os documentos com as Análises Técnicas realizadas pela equipe técnica da unidade solicitante.
Sistema	09/02/2023 14:16:17	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	09/02/2023 14:16:31	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/02/2023 às 14:47:00.

Eventos da Licitação		
Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	23/01/2023 17:00:36	Para continuidade dos trâmites do presente certame.. Reagendado para: 25/01/2023 08:00
Abertura do prazo	09/02/2023 14:16:17	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	09/02/2023 14:16:31	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/02/2023 às 14:47:00.

Data limite para registro de recurso: 14/02/2023.

Data limite para registro de contrarrazão: 17/02/2023.

Data limite para registro de decisão: 03/03/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:51 horas do dia 09 de fevereiro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANA LUIZA BAUMER
Pregoeiro Oficial

ELIANE ANDREA RODRIGUES
Equipe de Apoio

LAERCIO PRESTINI
Equipe de Apoio

LAISA DE SOUZA ROSA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#)



Voltar

