

MEMORANDO SEI Nº 0020235415/2024 - SES.UFL.LAB

Joinville, 21 de fevereiro de 2024.

À SAP - LCT

Sra. Pregoeira Luciana Klitzke

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **542/2023**

Objeto: Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.

Prezada Senhora,

Em atenção à Convocação 0020183285, referente ao **item 4**, informamos que as amostras foram recebidas e testadas pelas equipes técnicas do Laboratório Municipal.

Sendo assim, segue Parecer Técnico:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Parecer Técnico
4	23592 - TUBO COM HEPARINA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 4ML TUBO COM HEPARINA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO P.E.T., TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, MEDINDO 13X75MM, ASPIRAÇÃO DE 4ML, COM ANTICOAGULANTE HEPARINA DE LÍTIO PARA OBTENÇÃO DE PLASMA. COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR VERDE E FECHAMENTO COM TAMPA DE BORRACHA SOB PRESSÃO OU COM ROSCA.	Unidade	MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA.	FIRSTLAB	REPROVADO Parecer Técnico 0020235789

As amostra recebidas não correspondem ao descritivo no item 4 do Edital 0019628279,

sendo estas de tampa vermelha e com ativador de coágulo, conforme imagem disponível no anexo Item 4 - MG35 0020235608

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 21/02/2024, às 16:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020235415** e o código CRC **7B0C55B7**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.255210-0

0020235415v10

PARECER TÉCNICO Nº 07/2024

Material: **Tubo com Heparina para coleta de sangue a vácuo 4ml**
Quantidade Enviada: 6
Marca: FIRSTLAB
Lote: 2557.0005.23
Validade: 11/2024

Setor Avaliador: Coleta e Controle de qualidade
Período da Avaliação: Fevereiro/2024

Descritivo do Edital para avaliação:

23592 - TUBO COM HEPARINA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 4ML TUBO COM HEPARINA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO P.E.T., TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, MEDINDO 13X75MM, ASPIRAÇÃO DE 4ML, COM ANTICOAGULANTE HEPARINA DE LÍTIU PARA OBTENÇÃO DE PLASMA. COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR VERDE E FECHAMENTO COM TAMPA DE BORRACHA SOB PRESSÃO OU COM ROSCA.

1. As características físicas do material estão de acordo com o padrão?

() SIM (X) NÃO **Tubo de tampa vermelha, com ativador de coágulo**

Avaliação: () APROVADO
(X) REPROVADO

A AMOSTRA ENVIADA NÃO POSSUI ANTICOAGULANTE HEPARINA E SIM, ATIVADOR DE COÁGULO.

Carolina Simone de Souza de Oliveira
Responsável Técnica - CRE/SC 8600
CAROLINA SIMONE DE SOUZA DE OLIVEIRA
Coordenação e Responsável Técnica
CRF SC 8600
Matrícula 40.412

Laboratório Municipal de Joinville
Rua Itajaí 268, Centro, Joinville-SC, 89201-090
Contato: (47) 3489-7050 / 3489-7060 / 3489-7070
www.joinville.sc.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
A/C LABORATORIO MUNICIPAL DE JOINVILLE

FONE: (47) 3489 - 7050

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 542/2023

ASSUNTO: AMOSTRA DO ITEM Nº 04

A Empresa MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.239.472/0001-37, sediada na Rua Desembargador Cid Campelo, 6598 – Loja 08 – Cond. Logístico CIC CD – CIC – CEP: 81250 -510 por intermédio de seu representante legal a Sra. Ana Flávia Gonçalves de Paula Ataíde, portadora da Carteira de Identidade nº 8.999.576-0/PR e do CPF nº 082.319.659-39, vem por meio desta informar que estamos apresentando a amostra do pregão eletrônico nº 542/2023 sendo esse o item solicitado a nossa empresa.

- Item Nº 04 – TUBO COM HEPARINA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 4ML – FIRST LAB



S... e nos ... para o ... te a atenção
atendime... protest... nsideraç...

Atenciosamen...

ANA FLÁVIA
GONÇALVES DE
PAULA
ATAÍDE
CPF: 082.319.659-39

CNPJ: 39.239.472/0001-37

... de fevereiro de

Pregão Eletrônico Nº 542/2023
ITEM 4 – TUDO DE HEPARINA PARA
COLETA DE SANGUE A VÁCUO 4ML
Marca – FIRST LAB
Amostra – Venda Proibida
MG35 ATACADO DA SAÚDE
CNPJ 39.239.472/0001-37

MG35 ATACADO DA SAÚDE
CNPJ 39.239.472/0001-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL

RUA DESEMBARGADOR CID CAMPELO, Nº 6598 – Loja 08 – CONDOMÍNIO