



MEMORANDO SEI Nº 27028429/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 03 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 389/2025

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração).

Em atenção ao memorando SEI nº 26943228, seguem as análises solicitadas:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca Registrada	Modelo (Proposta)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostras	Parecer
18	Normal	910799 - AGULHA P/ ASPIRACAO DE MEDICAMENTOS 1,2 MM X25 MM (18 G X 1") AGULHA EXCLUSIVA PARA ASPIRACAO DE MEDICAMENTOS COM BISEL SIMPLES COM AFIAÇÃO ADEQUADA PARA A PERFURAÇÃO DE FRASCOS-AMPOLA,PONTA ROMBA, CÂNULA SILICONIZADA, CANHAO DE COR VERMELHA. AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL EMBALADA UNITARIAMENTE. TAMANHO 18 G. Cota Principal	PC	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SR	---	De acordo.	80026180031 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Aparentou	---	O edital exige agulha exclusiva para aspiração de medicamentos com bisel simples, ponta romba. O prospecto indica agulha hipodérmica, sem indicação de bisel simples e ponta romba. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado é exclusivo para aspiração de medicamentos. 2 - Que o item ofertado possui bisel simples.

										3 - Que o item ofertado possui ponta romba.	
										(Para confirmação dos questionamentos, é necessário o envio de documentação comprobatória.)	
19	Exclusivo 25%	910799 - AGULHA P/ ASPIRACAO DE MEDICAMENTOS 1,2 MM X25 MM (18 G X 1") AGULHA EXCLUSIVA PARA ASPIRACAO DE MEDICAMENTOS COM BISEL SIMPLES COM AFIAÇÃO ADEQUADA PARA A PERFURAÇÃO DE FRASCOS-AMPOLA,PONTA ROMBA, CÂNULA SILICONIZADA, CANHAO DE COR VERMELHA. AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL EMBALADA UNITARIAMENTE. TAMANHO 18 G. Cota Reservada até 25%	PC	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	SR	---	De acordo.	8002618003 1 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Aprezentou	---	O edital exige agulha exclusiva para aspiração de medicamentos com bisel simples, ponta romba. O prospecto indica agulha hipodérmica, sem indicação de bisel simples e ponta romba. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado é exclusivo para aspiração de medicamentos . 2 - Que o item ofertado possui bisel simples. 3 - Que o item ofertado possui ponta romba. (Para confirmação dos questionamentos, é necessário o envio de documentação comprobatória.)

21	Exclusivo 25%	40590 - AGULHA HIPODERMICA 40 X 1,2 MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DESCARTÁVEL, MEDINDO (COMPRIMENTO X DIÂMETRO) 40 MM X 1,2 MM, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONADA, CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLASTICO, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA, COM ABERTURA ASSEPTICA, PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S/ /ANVISA, VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA Cota Reservada até 25%	UNID	DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	SALDANA RODRIGUES	---	A proposta apresenta descritivo resumido.	80026180047 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Aprentou	---	Proposta de acordo com o edital, classificada.
27	Exclusivo	911910 - AGULHA TIPO PONTA DE LAPIS Nº 27 AGULHA PARA RAQUIANESTESIA TIPO PONTA DE LAPIS Nº 27, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	PC	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	KDL	---	De acordo	10150470689 - Registro válido até 25/10/2031. Confirmado no portal da ANVISA.	Aprentou.	---	Proposta de acordo com o edital, classificada.
28	Normal	13214 - COBERTURA PARA FIXAÇÃO DE CATETER CURATIVO AUTOADESIVO DE POLIURETANO, TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO SÍTIO DE INSERÇÃO, SEMIPERMEAVEL AS TROCAS GASOSAS, HIPOALERGENICO. RESISTENTE A UMIDADE INTERNA. FLEXIVEL. UTILIZADO EM ESTABILIZACAO DE CATETERES. APRESENTAR FENDA PARA SAÍDA DE EQUIPOS E TUBULAÇÕES. DEVE POSSUIR TIRAS EXTRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DO CATETER E FIXAÇÃO ADEQUADA E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO. MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE 6 A 9 CM DE LARGURA E 7 A 10CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESP. TECNICO E REG. NA ANVISA. Cota Principal	Unidade	M F C DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	DESCARPACK	---	De acordo.	10330660348 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Aprentou	---	Proposta de acordo com o edital, classificada.
29	Exclusivo 25%	13214 - COBERTURA PARA FIXAÇÃO DE CATETER CURATIVO AUTOADESIVO DE POLIURETANO, TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO SÍTIO DE INSERÇÃO, SEMIPERMEAVEL AS TROCAS GASOSAS, HIPOALERGENICO. RESISTENTE A UMIDADE INTERNA. FLEXIVEL. UTILIZADO EM ESTABILIZACAO DE CATETERES. APRESENTAR FENDA PARA SAÍDA DE EQUIPOS E TUBULAÇÕES. DEVE POSSUIR TIRAS EXTRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DO CATETER E FIXAÇÃO ADEQUADA E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO. MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE 6 A 9 CM DE LARGURA E 7 A 10CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESP.	Unidade	M F C DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	DESCARPACK	---	De acordo.	10330660348 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Aprentou	---	Proposta de acordo com o edital, classificada.

		TECNICO E REG. NA ANVISA. Cota Reservada até 25%									
30	Exclusivo	25049 - CONECTOR LUER MACHO E FEMEA PARA SERINGA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, FORMATO ANATÔMICO, PARA CONEXÃO DIRETA NAS SERINGAS E LINHAS DE INFUSÃO, LUER MACHO E FÊMEA; CONEXÃO TANTO EM DISPOSITIVOS LUER SLIP QUANTO EM LUER LOCK. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA . EMBALAGEM SEGURA PARA ARMAZENAMENTO.	Unidade	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	BIOSANI	5.9.8020-83	De acordo	80286000043 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Aprezentou	---	Proposta de acordo com o edital, classificada.
31	Exclusivo	911571 - DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO TIPO ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO, SENDO UM LADO COM PONTA TRIFACETADA E OUTRA PONTA LUER LOCK. EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL CONTENDO Nº LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	LAVITA	ADA02	De acordo	80288090076 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Aprezentou	---	O edital exige ponta luer lock. A ficha técnica indica duas pontas perfurantes. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado possui uma ponta luer lock. (Para a confirmação do questionamento, é necessário o envio de documentação comprobatória.)
38	Normal	16329 - FRASCO DE ALIMENTAÇÃO EM SONDA (500 ML) EM PVC/ POLIETILENO, FLEXÍVEL, BRANCO TRANSPARENTE, GRADUADO, 500 ML, COM ABA PARA SUSPENSÃO, ABERTURA TIPO MAMADEIRA COM BOCA ROSQUEADA E ENTRADA PARA EQUIPO PADRÃO. PROTEÇÃO INDIVIDUAL, RÓTULO INDICATIVO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/ REGISTRO NO M.S./ ANVISA. Cota Principal	Unidade	BIOBASE INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	BIOBASE	---	A proposta apresenta descritivo resumido.	80212390002 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Aprezentou	---	Proposta de acordo com o edital, classificada.
46	Exclusivo	917215 - SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 1CC COM AGULHA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE U-100 INSULINA, BICO UNIVERSAL, COM AGULHA 8 X 0,30 MM, 5/16, FIXA COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO SEM REBARBAS, SEM ESPACO MORTO, SILICONIZADA, GRADUACAO EXATA DE 2 EM 2 UNIDADES, NITIDA E PERMANENTE, EMBOLO DE CORTE RETO COM BORRACHA DE AJUSTE E	PC	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SR	---	De acordo	80026180048 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Aprezentou.	---	O edital exige agulha 8 x 30mm. No prospecto há a indicação de cinco tamanhos de agulha que podem ser apresentados.

		VEDACAO, DESLIZANTE, CORPO TRANSLUCIDO, ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. EMBALAGEM SEGURA PARA ARMAZENAMENTO. Cota Reservada até 25%									Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado apresenta agulha 8x30mm.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 03/10/2025, às 10:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27028429** e o código CRC **8A589094**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.160452-5

27028429v3