



OFÍCIO SEI Nº 26561595/2025 - HMSJ.CAOP

Joinville, 25 de agosto de 2025.

À Secretaria de Administração e Planejamento

Unidade de Licitações

Assunto: Resposta ao Memorando n. 26515324/2025 - SAP.LCT.

Cumprimentando-os cordialmente, em resposta ao memorando supracitado, no processo destinado à "Aquisição de Passa Material para atender a demanda do Hospital Municipal São José", servimo-nos do presente expediente para informar o que segue:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtde licitada	Fornecedor	Marca	Valor Unit. Lance	Análise Técnica
1	PASSA MATERIAL DEVERÁ SER CONSTRUÍDO EM AÇO INOX (ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA) AISI 304 OU SUPERIOR, COM ACABAMENTO ESCOVADO; ACABAMENTO COM CANTOS ARREDONDADOS. DOBRADIÇAS E PUXADORES EM AÇO INOX. DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE DUAS JANELAS INTERTRAVADAS COM DISPOSITIVO QUE IMPEÇA A ABERTURA SIMULTÂNEA DAS JANELAS, COM VISOR DE VIDRO DUPLO INCOLOR; DEVERÁ SER DO TIPO DE PAREDE; DEVERÁ SER	Unidade	3	WIELGANCZ UK & MELLO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Wilk/Wilk Engenharia	R\$ 8.990,00	A proposta apresentada atende as características definidas em edital, conforme catálogo de produto apresentado nas páginas 3 e 4 do anexo 26507297; Por tratar-se de produto feito sob medida, e com características próprias, solicitamos que seja realizada diligência junto a proponente, referente ao certificado de registro ou do documento de desobrigação de registro de produto na anvisa, para procedermos com a análise técnica.

FORNECIDO COM SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA PROPORCIONAR A PASSAGEM DE MATERIAIS SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO. DIMENSÕES EXTERNAS: 65X70X70CM (LXAXP) - PODENDO TER VARIAÇÕES DE ATÉ ± 5MM; DIMENSÕES INTERNAS 50X60X60CM (LXAXP) - PODENDO TER VARIAÇÕES DE ATÉ ± 5MM.						
--	--	--	--	--	--	--

Sendo o que tínhamos a informar no momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Thyago Haugusto Andrioli, Coordenador(a)**, em 29/08/2025, às 15:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26561595** e o código CRC **B1FCC1F7**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-050 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.129764-9

26561595v6