

MEMORANDO SEI Nº 27212780/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 20 de outubro de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise de Recurso - Pregão Eletrônico nº 389/2025.**Objeto:** Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração).

Encaminhamos as informações das amostras já analisadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
4	25771 - AGULHA DESC. PARA QUIMIOTERAPIA 20G X 25 MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	VOLARE COMERCIO LTDA	Dealermed-Exact Slim	Amostra aprovada conforme SEI nº 27197217

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 20/10/2025, às 08:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27212780** e o código CRC **DD766E3E**.Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.160452-5

27212780v5

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de CAME / PADRONIZAÇÃO – Ramal:9137

ITEM	MATERIAL
4	AGULHA DESCARTÁVEL PARA QUIMIOTERAPIA 20GX25MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 389/2025

SETOR TESTE: AMBULATÓRIO ONCOLOGIA

MARCA: DEALERMED- EXACT SLIM

FORNECEDOR: VOLARE COMERCIO

LOTE: 240905

FABRICANTE: ZHEJIANG KINDLY MEDICAL DEVICES

REGISTRO ANVISA: 81472689012

QUANTIDADE: 04

EMBALAGEM: ☒ Adequada () Inadequada () Não se aplicaFUNCIONALIDADE: Ba funcionalidade, adequada as necessidades.**CONCLUSÃO**APROVA O MATERIAL? ☒ SIM

() NÃO MOTIVO: _____

Mirlene R. A. O. Lemos
Enfermeira
Coren SC 220110

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 16/10/2025

MEMORANDO SEI Nº 27216408/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 20 de outubro de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise de Recurso - Pregão Eletrônico nº 389/2025.**Objeto:** Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração).

Encaminhamos as informações das amostras já analisadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
3	25771 - AGULHA DESC. PARA QUIMIOTERAPIA 20G X 25 MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Polyperf Safe Perouse	Amostra reprovada conforme SEI nº 27216359, devido ao item não atender as exigências do edital, sendo que o descritivo pede a agulha com 20G x 25mm e a amostra entregue foi de 20G x 17mm. Ademais, o registro da Anvisa, indicado na proposta (10150470566), difere do material entregue como amostra (10150479099), e por fim, a entrega da amostra foi realizada fora do prazo indicado na convocação.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 20/10/2025, às 10:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27216408** e o código CRC **F48B340D**.

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de CAME / PADRONIZAÇÃO – Ramal:9137

ITEM	MATERIAL
4	AGULHA DESCARTÁVEL PARA QUIMIOTERAPIA 20GX25MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 389/2025

SETOR TESTE: PADRONIZAÇÃO/AMBULATÓRIO ONCOLOGIA

MARCA: POLYPERF SAFE PEROUSE

FORNECEDOR: PRIOM

LOTE: 23065229

FABRICANTE: PEROUSE MEDICAL

REGISTRO ANVISA: 10150470566

QUANTIDADE: 2

EMBALAGEM: ☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? () SIM

☒ NÃO MOTIVO: _____

Amostra entregue fora do prazo e o item enviado não possui as especificações do edital. Edital pede agulha 20G x 25mm e empresa envia agulha de 20G x 17mm.

Beatris Soares
Enfermeira
Coren/SC 687914

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: ____/____/____