

MEMORANDO SEI Nº 0022840896/2024 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 17 de setembro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Parecer Técnico das amostras

Pregão Eletrônico 437/2024 - Aquisição de Material de Hemodinâmica para atender a demanda do Hospital Municipal São José.

LAIBO MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Item 21 (0022840815) - APROVADO

Item 23 (0022840838) - APROVADO

Item 24 (0022840861) - APROVADO

Item 25 (0022840882) - APROVADO

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 20/09/2024, às 10:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022840896** e o código CRC **10E83D07**.

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6632.

ITEM	MATERIAL
21	30104 - INTRODUTOR FEMORAL 4FR INTRODUTOR PERCUTÂNEO, FEMORAL, COM CALIBRE 4FR COMPOSTO POR BAINHA COM COMPRIMENTO DE 10,8 À 12 CM, DILATADOR INTERNO CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA BAINHA, PARA FIO 0,035". CONTENDO VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA, AGULHA PARA PUNÇÃO COMPATÍVEL COM CALIBRE DO INTRODUTOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL (CÓD. SUS 0702050342 – INTRODUTOR VALVULADO).
AValiação Técnica PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 437/2024 SETOR TESTE: HEMODINÂMICA/OPME MARCA: BEIJING TARGET MEDICAL FORNECEDOR: LAIBO MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80279421056 LOTE: 202311016 FABRICANTE: BEIJING TARGET MEDICAL QUANTIDADE AVALIADA: 02 EMBALAGEM: ☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica FUNCIONALIDADE: <u>Adequado material para acesso via femoral.</u>	
CONCLUSÃO APROVA O MATERIAL? ☒ SIM () NÃO MOTIVO: _____	

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 20/07/2024

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6632.

ITEM	MATERIAL
23	30110 - INTRODUTOR FEMORAL 9FR INTRODUTOR PERCUTÂNEO, FEMORAL, COM CALIBRE 9FR COMPOSTO POR BAINHA COM COMPRIMENTO DE 10 À 12 CM, DILATADOR INTERNO CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA BAINHA, PARA FIO 0,035", CONTENDO VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA, AGULHA PARA PUNÇÃO COMPATÍVEL COM CALIBRE DO INTRODUTOR E MINI GUIA RETORCIDA DE PONTA EM J COM ENDEREÇADOR.. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 437/2024

SETOR TESTE: HEMODINÂMICA/OPME

MARCA: BEIJING TARGET MEDICAL

FORNECEDOR: LAIBO MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80279421056

LOTE: 202401009

FABRICANTE: BEIJING TARGET MEDICAL

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: ☒ Adequada () Inadequada () Não se aplicaFUNCIONALIDADE: Adequado introdutor para uso de cateter guia
balão (trombectomia)**CONCLUSÃO**APROVA O MATERIAL? ☒ SIM

() NÃO MOTIVO: _____

a. Tamara M. Z. Albuquerque
CRM 34.705
Neurologia - RQE 97.774
Neurorradiologia Intervencionista

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 20/09/24

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6632.

ITEM	MATERIAL
24	30111 - INTRODUTOR RADIAL 5FR INTRODUTOR PERCUTÂNEO RADIAL COM CALIBRE DE 5FR, COMPOSTO POR BAINHA COM COMPRIMENTO DE 10 À 12 CM, DILATADOR INTERNO CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA BAINHA, PARA FIO 0,035". CONTENDO VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA, AGULHA DE MICRO PUNÇÃO COMPATÍVEL COM CALIBRE DO INTRODUTOR E MINI GUIA RETORCIDO DE PONTA RETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL (CÓD. SUS 0702050342 – INTRODUTOR VALVULADO).

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 437/2024

SETOR TESTE: HEMODINÂMICA/OPME

MARCA: BEIJING TARGET MEDICAL

FORNECEDOR: LAIBO MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80279421056

LOTE: 202308013

FABRICANTE: BEIJING TARGET MEDICAL

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: ☒ Adequada ☐ Inadequada ☐ Não se aplica

FUNCIONALIDADE:

Adeguato material para acceso arterial via radial

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? (X)SIM

()NÃO MOTIVO:

ASS. PROFESSIONAL/CARIMBO

DATA: 20 / 09 / 24

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6632.

ITEM	MATERIAL
25	30112 - INTRODUTOR RADIAL 6FR INTRODUTOR PERCUTÂNEO RADIAL COM CALIBRE DE 6FR, COMPOSTO POR BAINHA COM COMPRIMENTO DE 10 À 12 CM, DILATADOR INTERNO CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA BAINHA, PARA FIO 0,035". CONTENDO VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA, AGULHA DE MICRO PUNÇÃO COMPATÍVEL COM CALIBRE DO INTRODUTOR E MINI GUIA RETORCIDO DE PONTA RETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL (CÓD. SUS 0702050342 – INTRODUTOR VALVULADO).

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 437/2024

SETOR TESTE: HEMODINÂMICA/OPME

MARCA: BEIJING TARGET MEDICAL

FORNECEDOR: LAIBO MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80279421056

LOTE: 202309011

FABRICANTE: BEIJING TARGET MEDICAL

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: ☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE:

Adequada funcionalidade para acesso arterial radial
em procedimentos terapêuticos (neuro)

CONCLUSÃOAPROVA O MATERIAL? ☒ SIM

() NÃO MOTIVO:

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 20/09/24

MEMORANDO SEI Nº 0022873538/2024 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 19 de setembro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Parecer Técnico Amostras

Pregão Eletrônico 437/2024 - Aquisição de Material de Hemodinâmica para atender a demanda do Hospital Municipal São José.

BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL
Item 19 (0022864952) - REPROVADO

Transcrição da justificativa médica:

" Material sem indicação neurovascular, tecnicamente não permite acesso distal a vasculatura cerebral. "

Dr Pedro Magalhães - CRM 12588

Dr Paulo Wille - CRM 8396

Protocolo de amostra:

BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL - (0022864940)

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 19/09/2024, às 10:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022873538** e o código CRC **019DF7A7**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.178124-7

0022873538v5

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6632.

ITEM	MATERIAL
19	44133 - MICRO CATETER 0,18 UTILIZADO PARA ACESSO A VASCULATURA PERIFÉRICA E NEUROVASCULAR SOBRE O FIO GUIA COM CAPACIDADE DE DIRECIONAMENTO, NO TRATAMENTO DE EMBOLIZAÇÕES. COMPRIMENTO ENTRE 150 E 170 CM, DIÂMETRO EXTERNO DISTAL: 2,0 F A 2,3 F E INTERNO DISTAL DE 0,021", CONTENDO MARCAS RADIOPACAS EM SUAS EXTREMIDADES E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO. DEVE PERMITIR A INFUSÃO DE CONTRASTES, AGENTES FARMACOLÓGICOS, AGENTES EMBOLIZANTES LÍQUIDOS (DMSO COMPATÍVEL) E ENTREGA DE MICRO MOLAS DESTACÁVEIS. PONTA MOLDÁVEL NOS FORMATOS RETO, 45° E 90°. COMPATÍVEL COM MICRO GUIA 0,014" A 0,018". PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO (CÓD. SUS 0702050350)

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 437/2024

SETOR TESTE: HEMODINÂMICA

MARCA: BOSTON SCIENTIFIC

FORNECEDOR: BOSTON SCIENTIFIC

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10341350582

LOTE: 32058954

FABRICANTE: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: () Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: MATERIAL NÃO COMPATÍVEL COM VASCULATURA INTRACRANIAL/ CEREJAL DEVIDO A EXTREMA DUREZA DO MICROCATETER.

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? () SIM

() NÃO MOTIVO: MATERIAL SEM INDICAÇÃO NEUROVASCULAR, TECNICA-
CAUMENTE NÃO PERMITINDO ACESSO DISTAL - A VASCULATURA
CEREJAL.

Dr. Pedro Magalhães
CRM 12558
Neurologista RQE 9542
Neurorradiologista RQE 15757

PAULO WILLE MD, PhD
CRM/SC 8396
Neurorradiologia Intervencionista
RQE 11914
www.neurovie.org

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 18/09/2024