

MEMORANDO SEI Nº 27475485/2025 - SES.UME.APA

Joinville, 11 de novembro de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **308/2025**.

Objeto: Aquisição de Aparelhos e Equipamentos de Odontologia.

Prezado(a) Senhor(a),

Venho por meio deste, no âmbito do Processo Licitatório SEI nº 25.0.114879-1, apresentar análise quanto:

It em	Material/Ser viço	U ni d. m ed id a	For nec edor	Mar ca (Co mpr asn et)	Mo del o (Pr op ost a)	D es cri ti vo d e ac or d o c o m o e di ta l?	Pro spect o/ Fich a Tecn ica	Regis tro Anvis a	Am ostr as?	Parecer
	41126 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CONFECCIONA DA EM METAL, SPRAY TRIPLO OU QUÁDRUPLO, ROLAMENTO CERÂMICO, ROTAÇÃO ENTRE 335.000 RPM A 420.000 RPM , ROTOR COM TORQUE ENTRE 0,05 A 0,18 NCM. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, SISTEMA DE									APROVADO Conforme documento SEI 00233236 41 ATA CIN 00117_2023_I

10	SISTEMA DE CONEXÃO TIPO BORDEN - DOIS FUROS, SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA POR BOTÃO DE PRESSÃO, BAIXO CONSUMO DE AR (ENTRE 32 A 50 LITROS/MIN.), PRESSÃO DE TRABALHO 30 A 35 LIBRAS (PSI), ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE 135°C. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA .	UND	F5 DISTRIBUIDORA LTDA	NEOLAB	MOD ELO CX20 7-W TP	SIM	DE ACO RDO COM EDITAL	32000 3, VIGE NTE CONF IRMA DO NO PORT AL ANVI SA	01140 disp ens ado	TEM 22184 SEI 0023009 1550 item DA MESMA MARCA E MODELO, já é utilizado pela equipes de odontologia, com aprovação dos profissionais. Dessa forma está dispensada a apresentação de amostras e o item
----	--	-----	-----------------------	--------	---------------------	-----	-----------------------	---	--------------------	---

Permanecemos à disposição;

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) P**úblico(a), em 11/11/2025, às 12:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27475485** e o código CRC **DE7AD3BA**.

Rua Max Colin, 550 - Bairro América - CEP 89204-040 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.114879-1

27475485v5