
MEMORANDO SEI N° 0019386083/2023 - SES.GTO

Joinville, 05 de dezembro de 2023.

À SAP.LTC

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico n° 485/2023.

Objeto: Aquisição de cadeiras odontológicas para atender a necessidade das Unidades Básicas de Saúde.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI n° 0019378078), segue a análise solicitada:

Quanto ao descritivo da proposta apresentado pela empresa, este está de acordo com as exigências do edital;

Referente ao item 8.10.

A empresa apresentou juntamente com a proposta comercial, prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto, estando de acordo com as exigências do edital, no entanto, restou pendente a apresentação da documentação relativa ao "mocho odontológico".

Referente ao item 8.11.

A empresa apresentou juntamente com a proposta comercial, os seguintes registro na ANVISA:

10069210062 - Para a cadeira modelo D1;

10069210075 - Para equipo modelo Syncrus G2;

10069210063 - Para a unidade auxiliar modelo Syncrus G2

10069210069 - Para o refletor modelo Persus L.

Em consulta ao portal da Anvisa, todos os registros estão vigentes.

Parecer: Considerando que a empresa indicou na proposta o fornecimento do mocho odontológico e apresentou a documentação exigida no subitem 8.10 do edital, porém, restando pedente a ficha técnica/prospecto/imagem de site referente ao mocho odontológico, para a confirmação do atendimento integral às exigências editalícias, solicitamos a complementação dos documentos a partir da apresentação da ficha técnica/prospecto/Imagem de site referente ao mocho odontológico.

Sem mais, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 06/12/2023, às 10:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 06/12/2023, às 10:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019386083** e o código CRC **D98E8719**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.231176-5

0019386083v18