

MEMORANDO SEI Nº 25922206/2025 - SES.UFL.LAB

Joinville, 27 de junho de 2025.

À SAP - LCT

Sra. Pregoeira Luciana Klitzke

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 220/2025**Objeto:** Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville

Prezada Senhora,

Em atenção a Convocação SEI nº 25768625, informamos que a amostra para o item 10 foi recebida pelo Laboratório Municipal e testada pela equipe técnica do Laboratório do Hospital Municipal São José.

Sendo assim, segue o Parecer Técnico:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer Técnico
10	Swab para coleta e transporte de amostras com meio STUART ou AMIES estéril, haste plástica individual. Swab com 150 mm de comprimento e ponta de rayon.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CRAL	APROVADO Parecer técnico Nº 11/2025 SEI 25922337

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 27/06/2025, às 10:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Marlos Vanni Borba, Coordenador(a)**, em 27/06/2025, às 10:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25922206** e o código CRC **A4C059C7**.

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA
Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 220/2025
ITEM: 10

10 25398	Swab para coleta e transporte de amostras com meio STUART ou AMIES estéril, haste plástica individual. Swab com 150 mm de comprimento e ponta de rayon.
----------	---

FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

MARCA: CRAL

LOTE: 241203

REGISTRO (ANVISA): 10379860075

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 5 tubos de swab de meio stuart.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Integros, com prazo de validade e lote descritos, individualmente embalados e lacrados.

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Atende devidamente aos descritivos estabelecidos em edital

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE / UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Atende devidamente à função. Validamos o meio stuart através de cultivo de uma cepa conhecida (E. coli) e inserimos pl a identificação automatizada, a qual confirmou a cepa E. coli.

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: Produto validado, em perfectas condições de uso e funcionalidade. Possui embalagem íntegra, lacrada, individualmente embalada. Além disso, o seu meio de cultivo atende à função de transportar espécimes biológicos devidamente preservados.

DATA: 26/06/25

NOME/ASSINATURA DO PROFISSIONAL E MATRÍCULA / CARIMBO

BRUNA MARTINS DE SOUZA

Br

M: 105111