



MEMORANDO SEI Nº 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 06 de novembro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 453/2024.
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0023457060), segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço		EMPRESA ATUAL	Marca	Proposta de acordo com o edital	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica	Amostra	Parecer
3	25771 - AGULHA DESC. PARA QUIMIOTERAPIA 20 G X 25 MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDIKA/ Modelo 95003	De acordo	10289689032- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital. Haverá a necessidade de apresentar amostras
28	25582 - BOMBA ELASTOMÉRICA DE INFUSÃO 2 ML/H, PRA INFUSÃO DE ATÉ 2 DIAS	Unidade	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDIKA	De acordo	10299680148- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, referente a vários modelos.	EXIGE	Solicitamos que a empresa confirme o código de referência do modelo ofertado, visto que a documentação técnica refere-se a diversos modelos. Caso o modelo ofertado seja o código "CBI-M100-2" a proposta está aprovada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
29	25582 - BOMBA ELASTOMÉRICA DE	Unidade	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE	MEDIKA	De acordo	10299680148- Registro vigente,	Apresentou, referente a vários modelos.	EXIGE	Solicitamos que a empresa confirme o código de referência do modelo ofertado,

	INFUSÃO 2 ML/H, PARA INFUSÃO DE ATÉ 2 DIAS		MEDICAMENTOS LTDA			confirmado no portal da Anvisa			visto que a documentação técnica refere-se a diversos modelos. Caso o modelo ofertado seja o código "CBI-M100-2" a proposta está aprovada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
30	25583 - BOMBA ELASTOMÉRICA DE INFUSÃO 2 ML/H, PARA INFUSÃO DE 2 A 5 DIAS	Unidade	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDIKA	De acordo	10299680148-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, referente a vários modelos.	EXIGE	Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme o código de referência do modelo ofertado, visto que a documentação técnica refere-se a diversos modelos.
31	25583 - BOMBA ELASTOMÉRICA DE INFUSÃO 2 ML/H, PARA INFUSÃO DE 2 A 5 DIAS	Unidade	DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	EXACT/ E250002002	De acordo	81472680002-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, porém, não consta a informação que o modelo ofertado possui volume de 250 ml e fluxo de 2 ml/h	EXIGE	Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme o código de referência do modelo ofertado, assim como, que este atende a exigência de fluxo de 2 ml/h e volume de 250 ml, visto que a documentação técnica refere-se a diversos modelos.
33	44200 - CATETER PERIFERICO Nº 14 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	LABOR IMPORT	Apresentou descrição resumida	10369460083-Registro vogente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras
34	44201 - CATETER PERIFERICO Nº 16 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DESCARPACK	Apresentou descrição resumida	10330660052-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras
35	44202 - CATETER PERIFERICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	VITALGOLD	De acordo	10296900115-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras
36	44202 - CATETER PERIFERICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	VITALGOLD	De acordo	10296900115-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras
37	44203 - CATETER PERIFERICO Nº 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	VITALGOLD	De acordo	10296900115-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras
38	44203 - CATETER PERIFERICO Nº 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	VITALGOLD	De acordo	10296900115-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras
39	44204 - CATETER PERIFERICO Nº 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	VITALGOLD	De acordo	10296900115-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras
40	44204 - CATETER PERIFERICO Nº 22 COM	Unidade	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	VITALGOLD	De acordo	10296900115-Registro vigente,	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras

	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA					confirmado no portal da Anvisa			
43	44205 - CATETER PERIFERICO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	VITALGOLD	De acordo	10296900115-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras
44	44205 - CATETER PERIFERICO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	VITALGOLD	De acordo	10296900115-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras

As análises das demais propostas serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 06/11/2024, às 16:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023458773** e o código CRC **FE727233**.