



MEMORANDO SEI Nº 31402054/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 27 de outubro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 460/2026.
Objeto: Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 31381502 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marc a	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registr o ANVIS A	8.10.2 - Prospecto , Ficha Técnica, Imagem de site	11 - Amostr a/como dato	Parecer
------	------------------	--------------	------------	--------	------------------------------------	----------------------------	--	-------------------------	---------

							(print de tela)		
24	22156 - INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, INDICADO PARA USO INTERNO NOS PACOTES DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. EFETIVO ENTRE 121°C E 134°C, OS VALORES DECLARADOS DEVEM SER SUPERIORES A 16,5 MINUTOS A 121°C E 1,2 MINUTOS A 134°C, COM TIRA INDICADORA QUÍMICA COM OU SEM ADESIVO. A LEITURA PODERÁ SER FEITA A PARTIR DA MODIFICAÇÃO VISUAL, TÍPICAMENTE DE UMA COR A PARA UMA COR B DISTINTA, OU RESPOSTA GRADUAL, COMO OS INTEGRADORES QUÍMICOS DE MOVIMENTO FRONTAL NOS QUAIS SE OBSERVA UMA MUDANÇA PROGRESSIVA NO SENTIDO DE UMA ZONA DE ACEITAÇÃO APÓS EXPOSIÇÃO A TODAS AS VARIÁVEIS CRÍTICAS DO PROCESSO. DEVERÁ ATENDER A NBR/ISO 11.140-1. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ACONDICIONAR EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE. ACONDICIONADO EM PACOTES COM NO MÁXIMO 50 UNIDADES.	Unidade	GTMED IMPORTADOR A E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21 Código/SKU: 699/700/740	A proposta está incompleta, sem o descritivo do item, apenas com o prospecto anexado após a assinatura do representante legal.	Isento	Apresento o prospecto com caixas com 25, 100 ou 250 unidades. E edital exige no máximo 50 unidades.	-----	Para continuidade da análise é necessário que a empresa descreva o item na proposta e confirme se a caixa ofertada será com 25 unidades, pois o edital exige "acondicionado em pacotes com no máximo 50 unidades".

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 27/10/2026, às 06:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **31402054** e o código CRC **09E1E6DE**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.169976-5

31402054v7