



MEMORANDO SEI Nº 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 22 de novembro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 453/2024.
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

Em atenção ao documento SEI nº 0023623790, segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Proposta de acordo com o edital	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica	Amostra	Parecer
101	32947 - EQUIPO MACROGOTAS LIVRE DE PVC COM FILTRO EM LINHA 0,2 MICRA PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO; PADRÃO MACROGOTAS (1 ML= 20 GOTAS); CÂMARA GOTEJADORA COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MM; ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO 0,22 E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO TRANSPARENTE, LIVRE DE PVC, EM POLIURETANO, COM NO MÍNIMO 150 CM DE COMPRIMENTO; INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO - CICATRIZANTE (MODELOS CONVENCIONAIS) OU VÁLVULA	Unidade	M BENTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	MEDIKA	Apresentou descrição resumida	10330669151- Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA, referente a equipo fabricado pela Polymedicure e Descarpack como detentora do registro.	Apresentou	-----	No sistema a empresa cadastrou a marca Medika, porém, na proposta a empresa indicou produto da marca polymed e anexou documentação técnica do equipo da marca Descarpack. Em consulta ao portal da Anvisa, verifica-se que o registro 10330669151, informado pela empresa, é referente ao equipo fabricado

NEEDLE-FREE COMO PONTO DE INJEÇÃO; FILTRO 0,2 MM EM LINHA, RETÊM: BACTÉRIAS, FUNGOS E PARTÍCULAS; PINÇA ROLETE; LÁTEX FREE; CONECTOR LUER LOCK REVERSÍVEL COM O PACIENTE, COM FILTRO HIDRÓFOTO PARA ELIMINAÇÃO DO AR DURANTE A REALIZAÇÃO DO PREENCHIMENTO; EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS : NBR ISO 8536-8 (2004) E NBR ISO 594-2 (2003) E SUAS ATUALIZAÇÕES; EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES; USO ÚNICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO; EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.							pela empresa Poly Medicure (Polymed) e o detentor do registro é a empresa Descarpac, porém, não tem relação com a marca Medika, indicada inicialmente pela empresa no sistema. Em análise à ficha técnica apresentada, verifica-se também a informação "Confecionado em PVC flexível e incolor", porém, o edital exige equipo livre de PVC. Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido e edital e por indicar na proposta atualizada marca diferente do cadastrado no sistema eletrônico (item 8.4.4.1 e 10.9 a do edital)
---	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 22/11/2024, às 09:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023626322** e o código CRC **69E2CE31**.