

MEMORANDO SEI N° 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 04 de abril de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise de amostras- Pregão Eletrônico 041/2025

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)

Encaminhamos as informações acerca das amostras já analisadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Informação
10	12913- FIXADOR PARA SONDA NASAL	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	Amostra aprovada conforme Análise de amostra SEI nº 0025071405
20	25697 - SONDA DE ALIMENTACAO POR GASTROSTOMIA SILICONE NR 20	JOAOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	Conforme Análise SEI nº 0025071880, "a empresa apresentou apenas 2 (duas) unidades para análise, porém, o edital exige a apresentação de 4 amostras. O quantitativo fornecido não foi suficiente para a emissão de parecer conclusivo. Considerando que a empresa não atendeu o quantitativo exigido no item 11 do edital, a amostra foi REPROVADA. " Considerando o disposto no subitem 10.9 alínea "g" da reprovação das amostras: g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos, solicitamos a reprovação da proposta da empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A para o item 20.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 04/04/2025, às 14:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025075786** e o código CRC **6EBA3F52**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.264936-9

0025075786v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 41/2025

ITEM: 10

12913 - FIXADOR PARA SONDA NASAL FIXADOR DE SONDAS NASOGÁSTRICAS E NASOENTERAIS, HIPOALERGÊNICA, ISENTA DE LÁTEX. FIXAÇÃO SEGURA, RESPIRÁVEL, DE FÁCIL COLOCAÇÃO E REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS E LESÕES NA PELE. TAMANHO ADULTO COM FORMATO ANATÔMICO ADAPTANDO-SE FACILMENTE AO FORMATO DO NARIZ IMPEDINDO A PRESSÃO NAS NARINAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.

FORNECEDOR: Angular Produtos para Saúde Ltda

MARCA: POLAR FIX

LOTE: 082024

REGISTRO (ANVISA): 8003400137

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: Atende as especificações

DATA: 01/04/25

Jessica Maestrelli
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Jessica R. dos S. Maestrelli
Enfermeira
COREN-SC 699.849

ANÁLISE SEI Nº 0025071880/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 04 de abril de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 041/2025

ITEM 20- SONDA DE ALIMENTACAO POR GASTROSTOMIA SILICONE NR 20

DESCRIÇÃO	25697 - SONDA DE ALIMENTACAO POR GASTROSTOMIA SILICONE NR 20 PARA PACIENTE ADULTO, EM SILICONE, ISENTA DE LÁTEX, CALIBRE 20 FR, COM BALÃO NA PORÇÃO DISTAL COM CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O CALIBRE DA SONDA; 3 VIAS, UMA PARA INSUFLAR O BALÃO, UMA PARA ADMINISTRAR DIETA ENTERAL E UMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
FORNECEDOR	Joamed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A
MARCA	VITAL
REGISTRO ANVISA	10296909031
LOTE	20240425
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	2 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

() Adequada () inadequada Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada () inadequada Não se aplica

CONCLUSÃO: A empresa apresentou apenas 2 (duas) unidades para análise, porém, o edital exige a apresentação de 4 amostras. O quantitativo fornecido não foi suficiente para a emissão de parecer conclusivo. Considerando que a empresa não atendeu o quantitativo exigido no item 11 do edital, a amostra foi **REPROVADA**.



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 04/04/2025, às 14:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025071880** e o código CRC **F03B75E0**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.264936-9

0025071880v4