



**MEMORANDO SEI N° 28581029/2026 - SES.UME.CAME**

Joinville, 27 de fevereiro de 2026.

À SES.UAD.ACM

**Assunto:** Análise Técnica - **PREGÃO ELETRÔNICO N° 232/2025**

**Objeto:** Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração

Prezado,

Em resposta ao memorando SEI 28577510 venho por meio deste, encaminhar análise quanto:

Item	Material/Serviço - Descritivo apresentado na proposta	DESCRITIVO DO EDITAL	Unida de Medida	Fornecedor	Marc a	Descritivo de acordo com Edital?	Prosp ecto/fi cha técnic a	Regi stro Anv isa	Amos tras?	Parec er
02	ADESIVO FOTO AMBAR 4ML FGM ADESIVO DE 5ª GERACAO SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA ESMALTE E DENTINA, ADESIVO CONVENCIONAL DE DOIS PASSOS, CONTEM PRIMER E ADESIVO EM UM SO	ADESIVO PARA ESMALT E E DENTINA SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, INGREDI ENTES	uni da de	EMIG E MAT ERIA IS ODO NTO LOGI COS LTDA	AM BAR DEN TSC ARE LTD A - BRA SIL	<b>Em desaco rdo com o edital.</b> Aprese nta como veiculo apenas o compo	<b>Em desac ordo com o edital.</b> Não infor ma a presen ça de água como	8017 2310 045 VIG ENT E CO NFO RM E CO NFI	Não	<b>Repr ovado</b>  Não infor ma a presen ça de água como comp onent

FRASCO. CONTEM MDP CONTEM PARTICULAS DE DIOXIDO DE SILICIO. TAMPA FLIPTOP. BPA FREE COMPOSICAO BASICA: MISTURA DE MONOMEROS METACRILICOS, MDP (10-METACRILILOXIDE CIL DIHIDROGENOFOSFATO), FOTOINICIADORES, CO-INICIADORES, ESTABILIZANTES, PARTICULAS INORGANICAS DE DIOXIDO DE SILICIO SILANIZADO E ETANOL, ESSE ULTIMO, SENDO UTILIZADO COMO VEICULO. O TEOR DE DIOXIDO DE SILICIO SILANIZADO EM SUA COMPOSICAO ESTE ENTRE 1 E 10 % EM MASSA, APRESENTANDO O TEOR IDEAL PARA FACILITAR E ENTRADA DO ADESIVO NOS TUBULOS DENTINARIOS. MAIOR ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO FILME ADESIVO DEVIDO À PRESENÇA DE NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA TRATADA. APRESENTACAO COMERCIAL: FRASCO 4ML	ATIVOS: MONÔM EROS METACRÍ LICOS, FOTO INICIAD ORES, CO- INICIAD ORES, E ESTABILI ZANTE. INGREDI ENTES INATIVO S: CARGA INERTE DE NANOPA RTICULA S, VEICULO (ETANOL ) E ÁGUA. APRESEN TAÇÃO EM FRASCO ÚNICO CONTEN DO NO MÍNIMO 4ML OU 4 GRAMAS , EM EMBALA GEM SEGURA, COM TAMPA FLIP TOP QUE PREVINA VAZAME NTOS				nente ETAN OL e não ETAN OL E ÁGUA CONF ORME REQUI SITAD O NO EDITA L	comp onent e do veicul o, CON FOR ME PODE SER OBSE RVAD O NA PAG 5 DO DOC UME NTO SEI 2 85774 64	RM AD O NO POR TAL AN VIS A	e do veicul o, CON FOR ME OBSE RVAD O EM <a href="https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351426426200975/anexo/T34001511/nomeArquivo/IFU_Ambar_2025.11.pdf?Authorization=Guest">https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351426426200975/anexo/T34001511/nomeArquivo/IFU_Ambar_2025.11.pdf?Authorization=Guest</a>
---	--	--	--	--	---	--	-----------------------------	--

Sem mais, a SES.UAD.CAME, encontra-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 27/02/2026, às 06:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28581029** e o código CRC **4E37825A**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.072451-9

28581029v5