

MEMORANDO SEI Nº 0025228079/2025 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 17 de abril de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 186/2025.**Objeto:** Aquisição de materiais para neurocirurgia, em regime de consignação, para atender a demanda do Hospital Municipal São José.

Em atenção ao disposto no Memorando SEI Nº 0025221619/2025 - SAP.LCT, informamos que os itens foram devidamente avaliados de acordo com o estabelecido no Edital SEI nº 0024988201. Assim, encaminhamos abaixo a análise dos documentos técnicos apresentados:

Lote	Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Avaliação Técnica
1	1	9659 - PLACA ESP.TITANIO MICRO FRAGMENTOS SIST.1.5 PLACA ESP.TITANIO MICRO FRAGMENTOS SIST.1.5, INCLUI PARAFUSOS, UTILIZADA PARA NEUROLOGIA. COD SUS 0702050482	BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Signo Ortho/Signo Vinces	DOCUMENTAÇÃO APROVADA As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa DEVERÁ apresentar amostras.
	2	24284 - Parafuso Micro fragmentos Parafuso 1,5mm para uso em sistema placa micro fragmentos 1.5. Deverá vir em caixa de implantes com placas micro fragmentos. Cod. Sus 0702030660	BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Signo Ortho/Signo Vinces	DOCUMENTAÇÃO APROVADA As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa DEVERÁ apresentar amostras.
-	3	14191 - VALVULA PARA HIDROCEFALIA BAIXA PRESSÃO Conjunto de válvula para hidrocefalia adulto contorneada de baixo perfil, completa composta por uma válvula de pressão com membrana de silicone côncava regular de baixa pressão, com reservatório central próprio injetável com base rígida e resistente a transfixação de agulha e conectores integrados, e um cateter peritoneal. A válvula deverá ser confeccionada em material dessemelhante (silicone, polipropileno ou polisulfona) para evitar a deformação e aderência das paredes internas, totalmente isenta de metal para uso sem interferência nos exames de ressonância magnética. A válvula deverá apresentar pontos radiopacos para identificação de pressão e do sentido do fluxo e também um sistema de fácil desobstrução nos dois sentidos. Os cateteres deverão ser impregnados de bário para visualização em raio - x. Contendo externamente os dados de identificação do produto e do fabricante, procedência, numero do lote, tipo e data de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.(cod sus 0702010111).	UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	KFF S.A	DOCUMENTAÇÃO APROVADA As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa DEVERÁ apresentar amostras.
		14192 - VALVULA PARA HIDROCEFALIA-MÉDIA PRESSÃO CONJUNTO DE VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA ADULTO CONTORNEADA DE BAIXO PERFIL, COMPLETA COMPOSTA POR UMA VÁLVULA DE PRESSÃO COM MEMBRANA DE SILICONE CÔNCAVA REGULAR DE MÉDIA PRESSÃO, COM RESERVATÓRIO CENTRAL			

-	4	PRÓPRIO INJETÁVEL COM BASE RÍGIDA E RESISTENTE A TRANSFIXAÇÃO DE AGULHA E CONECTORES INTEGRADOS, UM CATETER PERITONEAL. A VÁLVULA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM MATERIAL DESSEMELHANTE (SILICONE, POLIPROPILENO OU POLISULFONA) PARA EVITAR A DEFORMAÇÃO E ADERÊNCIA DAS PAREDES INTERNAS, TOTALMENTE ISENTA DE METAL PARA USO SEM INTERFERÊNCIA NOS EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. A VÁLVULA DEVERÁ APRESENTAR PONTOS RADIOPACOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PRESSÃO E DO SENTIDO DO FLUXO E TAMBÉM UM SISTEMA DE FÁCIL DESOBSTRUÇÃO NOS DOIS SENTIDOS. OS CATETERES DEVERÃO SER IMPREGNADOS DE BÁRIO PARA VISUALIZAÇÃO EM RAIO - X. CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, NUMERO DO LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (COD SUS 0702010111).	UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	KFF S.A	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa DEVERÁ apresentar amostras.
-	5	14193 - VALVULA PARA HIDROCEFALIA- ALTA PRESSÃO CONJUNTO DE VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA ADULTO CONTORNEADA DE BAIXO PERFIL, COMPLETA COMPOSTA POR UMA VÁLVULA DE PRESSÃO COM MEMBRANA DE SILICONE CÔNCAVA REGULAR DE ALTA PRESSÃO COM RESERVATÓRIO CENTRAL PRÓPRIO INJETÁVEL COM BASE RÍGIDA E RESISTENTE A TRANSFIXAÇÃO DE AGULHA, CONECTORES INTEGRADOS E UM CATETER PERITONEAL. A VÁLVULA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM MATERIAL DESSEMELHANTE (SILICONE , POLIPROPILENO OU POLISULFONA) PARA EVITAR E DEFORMAÇÃO E ADERÊNCIA DAS PAREDES INTERNAS, TOTALMENTE ISENTA DE METAL PARA USO SEM INTERFERÊNCIA NOS EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. A VÁLVULA DEVERÁ APRESENTAR PONTOS RADIOPACOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PRESSÃO E DO SENTIDO DO FLUXO E TAMBÉM UM SISTEMA DE FÁCIL DESOBSTRUÇÃO NOS DOIS SENTIDOS. OS CATETERES DEVERÃO SER IMPREGNADOS DE BÁRIO PARA VISUALIZAÇÃO EM RAIO - X. CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, NUMERO DO LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (COD SUS 0702010111).	UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	KFF S.A	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa DEVERÁ apresentar amostras.
-	6	912209 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E MPIC Sistema de drenagem externa adulto para redução e controle temporário da pressão intracraniana (pic), em embalagem esteril em duplo blister, com dados de identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, validade, número de lote e registro no ms, composto por:cateter ventricular cerebral de 35cm em silicone grau médico, com marcação numérica a cada 3cm, com guia de aço inox, haste perfurante, presilha para fixação em silicone e adaptador luer;equipo composto por tubo de pvc com 200cm, com os acessórios: conector luer macho para adaptador luer do cateter ventricular, adaptador luer fêmea-fêmea para preenchimento do sistema, corta fluxo, primeira torneira de três vias, válvula em y para coleta de amostra ou injeção, válvula anti-refluxo, segunda torneira de três vias para conexão com sistema monitorização pic, régua graduada com escala de pressão em mmhg e cmh2o, bureta adulta móvel graduada de 70ml para regulagem da pic, com respiro protegido por filtro antimicrobiano hidrofóbico;bolsa de drenagem (coletora) em pvc atóxico, com 700ml graduada a cada 50ml, com corta fluxo e porta coletora, com respiro protegido por filtro antimicrobiano hidrofóbico.cod sus = 0702010090	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	BIOMEDICAL	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa DEVERÁ apresentar amostras.
		13684 - DERIVAÇÃO LOMBAR EXTERNA DERIVAÇÃO LOMBAR EXTERNA - ESTÉRIL COM			

7	EMBALAGEM DUPLA, COMPOSTO POR: CATETER LOMBAR DE 400 MM DE COMPRIMENTO - DIAM. EXT. 1,6MM - DIAM. INT., 0,75MM EM SILICONE DE GRAU MÉDICO, 01 GUIA PARA CONEXÃO DO CATETER, 01 CONECTOR LUER FÊMEA, 01 HASTE PERFURANTE, 01 AGULHA EPIDURAL TUOHY 14G, 01 PROTETOR DE CONEXÃO, 01 TAMPAS LUER, 01 PRESILHA PARA O CATETER, 01 FIO GUIA; EQUIPO, COMPOSTO POR TUBO DE PVC COM 200 CM, 02 TORNEIRAS DE TRÊS VIAS, 01 VÁLVULA EM Y PARA COLETA DE AMOSTRA OU INJEÇÃO INTERLINK - SEM USO DE AGULHA, 01 VÁLVULA ANTI-REFLUXO, 03 CORTA FLUXO, 03 TAMPAS LUER, 01 CONECTOR FÊMEA-FÊMEA, 02 CONECTOR LUER MACHO, 01 CONECTOR LUER FÊMEA, RÉGUA GRADUADA COM ESCALA DE PRESSÃO EM MMHG E CMH2O, BURETA MÓVEL GRADUADA DE 70 ML COM GRADUAÇÃO DE 1ML COM RESPIRO PROTEGIDO POR FILTRO ANTIMICROBIANO HIDROFÓBICO, BOLSA COLETORA EM PVC ATÓXICO COM 700 ML GRADUADA A CADA 50 ML, COM CORTA FLUXO E PORTA COLETORA INTERLINK - SEM USO DE AGULHA, COM RESPIRO PROTEGIDO POR FILTRO ANTIMICROBIANO HIDROFÓBICO. (COD SUS 0702010090).	BR MEDICAL LTDA	HP Bioprotéses Ltda	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa ESTÁ ISENTA de apresentação de amostras, visto que este material já nos foi fornecido através da Ata SEI nº 0017705854.
---	---	-----------------	---------------------------	---

Sem mais para o momento, permanecemos disponíveis para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Coordenador(a)**, em 17/04/2025, às 13:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025228079** e o código CRC **DC2BE8BB**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.046800-8

0025228079v9