



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0017091604/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 26 de maio de 2023.

À SAP.LCT

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0016904920), informamos que a documentação constante na Diligência SEI nº 0016904915 e o glicosímetro encaminhado pela empresa foram analisados juntamente com a área de TI desta Secretaria da Saúde; expomos que a empresa encaminhou com a amostra um cabo USB compatível com o equipamento, onde durante os testes, foi possível realizar a "transmissão dos resultados para o armazenamento local no computador, sem a necessidade de uso de internet e/ou armazenamento em "nuvem".

Frente ao exposto, a proposta e as amostras da empresa Henrique de Oliveira Prado para o lote 3, itens 5 e 6 estão **aprovadas** por esta Secretaria da Saúde.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 26/05/2023, às 09:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017091604** e o código CRC **9DBEE9CA**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.173174-2

0017091604v6