



MEMORANDO SEI Nº 0024609511/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 21 de fevereiro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **012/2025**.

Objeto: Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar.

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024609168), segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Prospecto/ ficha técnica/ Imagem de site (print de tela)	Parecer
L O T E 1	909402 - RESERVATORIO DE O2 P/REANIMADOR MANUAL ADULTO (SIL RESERVATORIO DE OXIGENIO PARA REANIMADOR MANUAL ADULTO EM SILICONE.	PC	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	SAFT	Na proposta, a empresa indica "oferecemos em policloreto de vinila"	Apresentou o registro 10296900045, de acordo	Apresentou, porém, a ficha técnica indica "reservatório-PVC".	Proposta reprovada por ofertar item que não atende na íntegra as exigências do edital.
	910447 - RESSUSCITADOR O2 ADULTO SILICONE C/RESERVATORIO	PC	JOAOMED COMERCIO DE	SAFT	De acordo	Apresentou o registro 10296900045, de acordo	Apresentou	Proposta reprovada por ofertar no Lote item que não atende

	<p>RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO - CONSTITUIDO DE: MASCARA FACIAL EM SILICONE, VALVULA UNIDIRECIONAL COM MECANISMO INTERNO EM SILICONE, BALAO DE VENTILACAO EM SILICONE COM VOLUME INTERNO APROXIMADO DE 1500ML, VALVULA DO BALAO RESERVATORIO DE O2 REMOVIVEL EM MATERIAL DE VINIL COM VOLUME DE 2500ML. EXTENSÃO EM PVC COM NO MÍNIMO 1,5 M, COM UMA DAS EXTREMIDADES EM ROSCA PADRÃO VERDE PARA SER CONECTADO DIRETAMENTE NA REDE DE OXIGENIO E NA OUTRA EXTREMIDADE COM BICO SLIP. TODOS OS COMPONENTES DEVERAO SER DESMONTAVEIS, PERMITINDO A LIMPEZA E REPROCESSAMENTO POR ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE, COM EXCECAO DO BALAO RESERVATORIO DE O2 E A EXTENSÃO DE OXIGENIO.</p>		MATERIAIS CIRURGICOS S/A					as exigências do edital.
3	11093 - BANDEJA RETANGULAR LISA 30 X 20 X 4 CM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420	Unidade	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORTINOX	De acordo	Item não regulado	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

4	18765 - CAIXA EM PAPELÃO PARA DESCARTE DE RESÍDUOS INFECTANTES, PERFURO OU CORTANTES. 13 L. COM ALÇA PARA TRANSPORTE, COR AMARELA, IDENTIFICAÇÃO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE.	Pç.	X MED HOSPITALAR LTDA	FLEXPELL	De acordo	Item não regulado	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
5	26209 - CAIXA EM PAPELÃO PARA DESCARTE DE RESÍDUOS INFECTANTES, PERFURO OU CORTANTES. 20 L COM ALÇA PARA TRANSPORTE, COR AMARELA, IDENTIFICAÇÃO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE.	Pç.	X MED HOSPITALAR LTDA	FLEXPELL	De acordo	Item não regulado	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
6	26210 - CAIXA EM PAPELÃO PARA DESCARTE DE RESÍDUOS INFECTANTES, PERFURO OU CORTANTES. 3 L COM ALÇA PARA TRANSPORTE, COR AMARELA, IDENTIFICAÇÃO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE.	Pç.	X MED HOSPITALAR LTDA	FLEXPELL	De acordo	Item não regulado	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
7	18739 - CAIXA EM PAPELÃO PARA DESCARTE DE RESÍDUOS INFECTANTES, PERFURO OU CORTANTES. 7 L COM ALÇA PARA TRANSPORTE, COR AMARELA,	Pç.	X MED HOSPITALAR LTDA	FLEXPELL	De acordo	Item não regulado	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	IDENTIFICAÇÃO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE.							
8	18779 - CAIXA EM PAPELÃO PARA DESCARTE DE RESÍDUOS QUÍMICOS, PERFURO OU CORTANTES 20 L. COR LARANJA, COM ALÇA PARA TRANSPORTE, IDENTIFICAÇÃO COMO TÓXICO- COM SÍMBOLO DA CAVEIRA.	Peças	X MED HOSPITALAR LTDA	FLEXPELL	De acordo	Item não regulado	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
9	18773 - CAIXA EM PAPELÃO PARA DESCARTE DE RESÍDUOS QUÍMICOS, PÉRFURO OU CORTANTES 7 L. COR LARANJA, IDENTIFICAÇÃO COMO TÓXICO- COM SÍMBOLO DA CAVEIRA.	Peças	X MED HOSPITALAR LTDA	FLEXPELL	De acordo	Item não regulado	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
10	18778 - CAIXA EM PAPELÃO PARA DESCARTE DE RESÍDUOS QUÍMICOS, PERFURO OU CORTANTES 13 L. COR LARANJA, COM ALÇA PARA TRANSPORTE, IDENTIFICAÇÃO COMO TÓXICO- COM SÍMBOLO DA CAVEIRA.	Pç.	X MED HOSPITALAR LTDA	FLEXPELL	De acordo	Item não regulado	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
11	910426 - CANETA PARA MARCAR PELE/VARIZES CANETA PARA MARCAR PELE/VARIZES, DE USO PERMANENTE COM SECAGEM INSTANTANEA E A PROVA DE AGUA, TRAÇO FINO, COR PRETA, NÃO ESTERIL.	Pç.	MEM CIRURGICA LTDA	VISCOT Medical LLC	Apresentou descrição resumida.	Item não regulado	Apresentou. Prospecto não deixa claro a exigência do edital: 1. A prova de água.	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. A prova de água.

12	14595 - COBERTURA/INVÓLUCRO DE ÓBITO Cobertura/invólucro de óbito, medindo entre 90cm a 1,10m X 2,10m a 2,20m, em lona plástica de polietileno especial de baixa densidade, alta resistência, formato retangular, fechamento com zíper, etiqueta de identificação do corpo, com 230 a 250 micras de espessura e tensão de 180kg/cm, na cor cinza, descartável.	Pç.	BRIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	BRIT	De acordo	Item não regulado	Apresentou. porém, descreve "20 micras", divergindo do edital que exige "com 230 a 250 micras de espessura e tensão de 180kg".	Prospecto descreve "20 micras", edital exige "com 230 a 250 micras de espessura e tensão de 180kg". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.
14	18800 - COLETOR PARA RESÍDUO INFECTANTE PERFURO CORTANTE RÍGIDO 7 L CONFECCIONADO EM PLASTICO RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A PERFURAÇÕES. CONSTITUÍDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMPA, BOCAL COM SOBRETAMPA. 7 L. COR AMARELA, IDENTIFICAÇÃO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE.	Pç.	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	LABOR IMP	De acordo	Item não regulado	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
15	18798 - COLETOR PARA RESÍDUO INFECTANTE PERFURO CORTANTE RÍGIDO 13 L CONFECCIONADO EM PLASTICO RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A	Pç.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CRAL/ VACUPLAST	De acordo	Item não regulado	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	PERFURAÇÕES. CONSTITUÍDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMPA, BOCAL COM SOBRETAMPA. 13 L. COR AMARELA, IDENTIFICAÇÃO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE.							
16	913559 - COLETOR RIGIDO PARA RESIDUOS QUIMIOTERAPICOS CONFECCIONADO EM PLASTICO RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A PERFURAÇÕES. CONSTITUÍDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMPA, BOCAL COM SOBRETAMPA. 7 L. COR BRANCA, IDENTIFICACAO NO ROTULO DE PRODUTO TOXICO- COM SÍMBOLO DA CAVEIRA.	Pç.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DESCARPACK	De acordo	Item não regulado	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
17	913562 - COLETOR RIGIDO PARA RESIDUOS TOXICOS CONFECCIONADO EM PLASTICO RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A PERFURAÇÕES. CONSTITUÍDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMPA, BOCAL COM SOBRETAMPA. 7 L. COR	Pç.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DESCARPACK	De acordo	Item não regulado	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	LARANJA, IDENTIFICACAO NO ROTULO DE PRODUTO TOXICO- COM SÍMBOLO DA CAVEIRA.							
20	909678 - FAIXA ESMARCH 10CM FAIXA DE ESMARCH 10CM - FABRICADA EM BORRACHA OU LATEX LAMINADO ESPECIAL, MATERIAL DE SUBSTANCIA ATÓXICA, INODORA, INSÍPIDA, RESISTENTE A RUPTURA E AUTOCLAVAGEM, POSSUIR ELASTICIDADE SUFICIENTE PARA MANTER O GARROTE CIRURGICO, ESPESSURA DE NO MINIMO 0,40MM, COMPRIMENTO 2M.	Rolo	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	INDUFLEX	De acordo	Item não regulado	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
21	909679 - FAIXA ESMARCH 12CM FAIXA DE ESMARCH 12CM - FABRICADA EM BORRACHA OU LATEX LAMINADO ESPECIAL, MATERIAL DE SUBSTANCIA NAO TOXICA, INODORA, INSÍPIDA, RESISTENTE A RUPTURA E AUTOCLAVAGEM, POSSUIR ELASTICIDADE SUFICIENTE PARA MANTER O GARROTE CIRURGICO, ESPESSURA DE NO MINIMO 0,40MM, COMPRIMENTO 2M.	Rolo	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	INDUFLEX	De acordo	Item não regulado	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

22	909680 - FAIXA ESMARCH 15CM FAIXA DE ESMARCH 15CM - FABRICADA EM BORRACHA OU LATEX LAMINADO ESPECIAL, MATERIAL DE SUBSTANCIA NAO TOXICA, INODORA, INSIPIDA, RESISTENTE A RUPTURA E AUTOCLAVAGEM, POSSUIR ELASTICIDADE SUFICIENTE PARA MANTER O GARROTE CIRURGICO, COMPRIMENTO 2M.	Rolo	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	INDUFLEX	De acordo	Item não regulado	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
23	910423 - FAIXA ESMARCH 20CM FAIXA DE ESMARCH 20CM - FABRICADA EM BORRACHA OU LATEX LAMINADO ESPECIAL, MATERIAL DE SUBSTANCIA NAO TOXICA, INODORA, INSIPIDA, RESISTENTE A RUPTURA E AUTOCLAVAGEM, POSSUIR ELASTICIDADE SUFICIENTE PARA MANTER O GARROTE CIRURGICO, ESPESSURA DE NO MINIMO 0,40MM, COMPRIMENTO 2M.	Rolo	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	INDUFLEX	De acordo	Item não regulado	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
24	917591 - LANTERNA CLINICA APARELHO PORTATIL E LEVE, DE MATERIAL RESISTENTE DE ALUMINIO/PLASTICO, EQUIPAMENTO MEDICO	PC	MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BIOLAND	Apresentou descrição resumida do item, porém, a documentação	Item não regulado	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	ASSISTENCIAL UTILIZADO PARA MELHOR VISIBILIDADE,. COM BOTAO LIGA/DESLIGA, ALIMENTACAO COM PILHA 1,5V, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E CERTIFICADO DE GARANTIA.				técnica apresentada demonstra o atendimento ao exigido no edital			
25	910458 - PAPAGAIO EM AÇO INOXIDAVEL PAPAGAIO EM AÇO INOXIDAVEL 26 x 15 CM - 1000 ML	PC	MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTINOX	Apresentou descrição resumida do item.	Item não regulado.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
26	909432 - TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO TAMANHO G TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO TAMANHO G - TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA ANTIALÉRGICA TAMANHO G COM MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE 160 E 190 DE LARGURA, 230 E 250MM DE COMPRIMENTO.	Pç.	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	MSO OFERECEMOS 160 X 250MM	De acordo	Não apresentou	Não apresentou	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa apresente o Registro ANVISA e Prospecto/ ficha técnica/ Imagem de site (print de tela).
27	909431 - TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO TAMANHO M TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO TAMANHO M- TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA ANTIALÉRGICA TAMANHO M COM	Pç.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MSO	De acordo	Apresentou o registro 80128000010, de acordo	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	MEDIDAS APROXIMADAS 16X180MM.							
28	909598 - TRAQUEIA EM SILICONE 22 X 1600MM COMPRIMENTO TRAQUEIA 22 X 1600MM COMPRIMENTO 100% SILICONE AUTOCLAVAVEL COM CONECTOR LONGO NAO SEGMENTADO	PC	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	MJV	Apresentou descrição resumida do item.	Apresentou o registro 80568900012, de acordo	Não apresentou	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa apresente o Prospecto/ ficha técnica/ Imagem de site (print de tela).
29	911056 - TUBO DE SILICONE Nº 200 TUBO DE SILICONE Nº 200 COM ELASTICIDADE E TENSO EFICAZ PARA MANTER O GARROTEAMENTO, SUPERFÍCIE LISA, AUSENTE DE EMENDAS E PERFURAÇÕES, RESISTENTE AO PROCESSO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS, NÃO COLABAR.	M	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SILFLEX MODELO: SILFLEX 326	De acordo	Apresentou o registro 81479110013, de acordo	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
30	911044 - TUBO DE SILICONE Nº 203 TUBO DE SILICONE TRANSPARENTE Nº 203 COM ESPESSURA E DIÂMETRO COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO, SUPERFÍCIE LISA, AUSENTE DE EMENDAS E PERFURAÇÕES, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO COM AGENTES QUÍMICOS OU VAPOR ÚMIDO, NÃO	M	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SILFLEX MODELO: SILFLEX 329	De acordo	Apresentou o registro 81479110013, de acordo	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	DEVENDO DESPRENDER UMIDADE, OLEOSIDADE, ODOR INTENSO E NÃO COLABAR.							
31	911012 - TUBO DE SILICONE Nº 204 TUBO DE SILICONE TRANSPARENTE Nº 204 COM ESPESSURA E DIÂMETRO COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO, SUPERFÍCIE LISA, AUSENTE DE EMENDAS E PERFURAÇÕES, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO COM AGENTES QUÍMICOS OU VAPOR ÚMIDO, NÃO DEVENDO DESPRENDER UMIDADE, OLEOSIDADE, ODOR INTENSO E NÃO COLABAR.	M	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SILFLEX MODELO: SILFLEX 330	De acordo	Apresentou o registro 81479110013, de acordo	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
32	913363 - GUIA DE BIOPSIA DESCARTAVEL PARA APARELHO US PHILIPS GUIA DE BIOPSIA DESCARTAVEL PARA USO EM TRANSDUTOR DA MARCA PHILLIPS MODELO C8-4V.	PC	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ALPHARD ALPHA09	De acordo	Apresentou o registro 80634880010, de acordo	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

A análise dos demais itens será encaminhada posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 26/02/2025, às 13:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024609511** e o código CRC **FF077855**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.279266-8

0024609511v37