



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0018547208/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 28 de setembro de 2023.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 347/2023

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem para Exames e Monitorização para atender a demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, e do Hospital Municipal São José.

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0018498532), informamos que a amostra apresentada para o item 9 pela empresa BMI PROSPER LTDA foi analisada e reprovada. Conforme apontado na Análise de amostra item 9- Empresa BMI Prosper Ltda (SEI nº 0018547201), o produto ofertado "perde o fio rapidamente. Foi necessário mais de um aparelho para realizar tricotomia da barba de um paciente"; desta forma, o item não atende as necessidades desta Secretaria da Saúde.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 28/09/2023, às 13:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018547208** e o código CRC **634033BA**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

Inv. 28/09 p' Juo.



FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 347/2023

ITEM: 09

CÓDIGO E DESCRIÇÃO: 910270 - APARELHO DE BARBEAR/TRICOTOMIA DESC Aparelho de Barbear/Tricotomia descartavel com fita lubrificante e duas lâminas paralelas, cabo plastico com textura antideslizante e capa de plastico que protege as lâminas evitando contato com outros objetos.

FORNECEDOR: BMI PROSPER LTDA

MARCA: DORCO

LOTE:

REGISTRO (ANVISA): ISENTO

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 PACOTE COM 05 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Bem embalada.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Atende ao descritivo

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: rende o fio rapidamente. É necessário mais de um aparelho para realizar tricotomia de barba de um paciente.

() Adequada Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM NÃO

JUSTIFICATIVA:

DATA: 27/09/23

Maiara R. A. O. Lemos
Enfermeira
005570110
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO