

**MEMORANDO SEI Nº 25704254/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 05 de junho de 2025.

À

**SAP.LCT**

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **141/2025**.

**Objeto:** Aquisição de Materiais Hospitalares (Insumos para Suporte Ventilatório, Acessórios para equipamentos e Materiais para Radioterapia).

Em atenção ao documento SEI nº 25701144 e 25702058, segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descrição da proposta de acordo com o edital?	8.10 a- Registro ANVISA	8.10.1- Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela	Amostragem	Parecer
54	25612 - ESPACADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATORIOS; VALVULA DE SILICONE, BOCAL ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MASCARA ADULTO MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR DESINFECÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS (TERMODESINFECTORA); FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, REG. M/SAUDE E INSTRUCOES DE USO.	Unidade	COTACAO	3B INDUSTRIA	De acordo	81372000008, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. O prospecto apresentado não trás as informações exigidas no edital.	EXIGE	O prospecto apresentado não trás as informações do edital.  Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital:  1- Válvula de silicone;  2- Volume 200 a 250 ml;  3- Acompanha máscara adulto macia;  4- Todas as peças suportam desinfecção em altas temperaturas (termodesinfectora).  Haverá a necessidade de apresentar amostras.
55	44875 - ESPAÇADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS; VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE	Unidade	COTACAO	3B INDUSTRIA	De acordo	81372000008, registro ativo, confirmado no	Apresentou.	EXIGE	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item atende as

	<p>UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA ADULTO MACIA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 12 X 8 CM; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPOSTAR DESINFECÇÃO QUÍMICA; FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO.</p>	<p>IMPOR TACAO E EXPOR TACAO LTDA</p>			<p>Portal ANVISA.</p>		<p>seguintes exigências do edital: 1- Válvula de silicone; 2- Volume de 200 a 250 ml; 3- Acompanha máscara adulto macia com medidas mínimas de 12 X 8 cm; 4- Todas as peças suportam desinfecção química;</p> <p>No retorno, a empresa manifestou-se: <i>"Foi questionado com o nosso fornecedor, e o material ofertado atende todas as especificações solicitadas no edital, podemos fornecer 1 unidades de amostra se necessário."</i></p> <p>Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.</p>
<p>5 6</p>	<p>917520 - ESPACADOR INFANTIL PARA USO EM TRATAMENTO RESPIRATÓRIOS, VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 150 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA INFANTIL EM PVC ATÓXICA E MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPOSTAR DESINFECÇÃO QUÍMICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO</p>	<p>UNID COTAC 3B AO INDUS COM TRIA REPRE SENTA CAO IMPOR TACAO E EXPOR TACAO LTDA</p>	<p>De acordo</p>	<p>81372000</p>	<p>008, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.</p>	<p>Apresentou</p>	<p>EXIGE</p> <p>Na proposta a empresa indicou descritivo de acordo com o edital, porém, a ficha técnica não trás todas as informações do edital. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme que o item atende as seguintes exigências do edital: 1- Válvula de silicone; 2- Volume de 150 a 250 ml; 3- Acompanha máscara infantil em PVC; 3- Todas as peças suportam desinfecção química;</p> <p>No retorno, a empresa manifestou-se: <i>"Foi questionado com o nosso fornecedor, e o material ofertado atende todas as especificações solicitadas no edital"</i></p> <p>Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de</p>

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 05/06/2025, às 13:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25704254** e o código CRC **F11122CE**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.018249-0

25704254v12