



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0013815207/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 04 de agosto de 2022.

À SAPLCT

Encaminhamos os pareceres das amostras já analisadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	8.9.1 Registro ANVISA	Parecer
6	25656 - ADESIVO DE HIDROPOLÍMERO/ ESPUMA SACRAL ESPUMA HIDROCELULAR DE BORDAS ADESIVAS, ESPECIALMENTE PARA REGIÃO SACRAL, COM ACOMODAÇÃO ANATÔMICA; FORMADO POR CAMADAS DE HIDROPOLÍMERO E PELÍCULA EXTERNA IMPERMEÁVEL, UTILIZADA PARA MINIMIZAR A PRESSÃO LOCAL EM PACIENTES COM ALTO DE RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO E/OU TRATAR FERIDAS. TAMANHO MÍNIMO 18 X 18 CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, REG. MS/ ANVISA.	Unidade	POLAR FIX	POLAR FIX	8003400128	Amostra aprovada conforme SEI 0013703586
7	25655 - CURATIVO TRANSPARENTE DE SILICONE 10 CM X 15 CM UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS TRAUMÁTICAS, ABRASIVAS, PERDA DE PELE; PERMITE PASSAGEM DO EXUDATO PARA OUTRO CURATIVO SECUNDÁRIO; CONFECCIONADO EM SILICONE E FILME DE POLIURETANO, PERFURADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO; TAMANHO MÍNIMO 10 X 15 CM; EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REG. MS/ ANVISA.	Unidade	POLAR FIX	POLAR FIX	8003400112	Conforme parecer técnico SEI 0013709853, o produto não atende o descritivo. Não é perfurado, não permite a passagem do exsudato para um curativo secundário e não possui o tamanho especificado no descritivo. AMOSTRA REPROVADA
9	909324 - CURATIVO TRANSPARENTE 10 X 25 CM CURATIVO DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL, HIPOALERGÊNICO, ESTERIL, TAMANHO MÍNIMO 10 X 25 CM, ALTA PERMEABILIDADE, PERMITINDO TROCAS GASOSAS. RESISTENTE A UMIDADE INTERNA. FLEXIVEL. UTILIZADO EM ESTABILIZAÇÃO DE CATETERES. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.	PC	POLAR FIX	POLAR FIX	8003400112	Amostra aprovada conforme SEI 0013709886
10	910623 - CURATIVO TRANSPARENTE 6 X 7 CM CURATIVO DE POLIURETANO SEMIPERMEAVEL, HIPOALERGÊNICO, ESTERIL, TAMANHO MÍNIMO 6 X 7 CM, ALTA PERMEABILIDADE, PERMITINDO TROCAS GASOSAS. RESISTENTE A	PC	POLAR FIX	POLAR FIX	8003400112	Amostra aprovada conforme SEI 0013709907

	UMIDADE INTERNA, FLEXIVEL. UTILIZADO PARA ESTABILIZACAO DE CATETER. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO: NØ DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.					
11	918202 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE COMPOSTO DE POLIURETANO EM ROLO, NAO ESTERIL, TAMANHO MÍNIMO 10 CM X 10 M, ADESIVO HIPOALERGENICO, PERMITINDO TROCA GASOSA, IMPEDINDO A CONTAMINAÇÃO EXTERNA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BULA CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO, IDENTIFICACAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APARTIR DA N.F DE ENTREGA.	Rolo	GUINEZ	PHARMAFIX PU	80121600015	Conforme parecer técnico 0013811591, ao testar o produto verifica-se que na retirada deste material da pele, tinha resíduos visíveis e palpáveis de uma substância semelhante a cola, podendo gerar prejuízos a integridade da pele do usuário e é difícil a retirada dos resíduos. AMOSTRA REPROVADA
12	910912 - CURATIVO 20 X 15 CM, TIPO MEMBRACEL CURATIVO COM MEMBRANA DE CELULOSE TAMANHO MÍNIMO 20 X 15 CM, POROSA, DESIDRATADA, MALEAVEL, UNIFORME, ADERE COM FACILIDADE A SUPERFICIE DA FERIDA, HIPOALERGENICA, CONTROLA A SAIDA DE LIQUIDOS ORGANICOS. TRANSLUCIDO. INDICADA PARA DERMO ABRASOES SUPERFICIAIS. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. CONTENDO: NØ DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.	PC	VUELO PHARMA	MEMBRACEL	80074780002	Amostra aprovada conforme SEI 0013709924
13	910913 - CURATIVO 10X7,5CM, TIPO MEMBRACEL CURATIVO COM MEMBRANA DE CELULOSE TAMANHO MÍNIMO 10 X 7,5 CM, POROSA, DESIDRATADA, ALTAMENTE MALEAVEL, UNIFORME, ADERE COM FACILIDADE A SUPERFICIE DA FERIDA, HIPOALERGENICA, CONTROLA A SAIDA DE LIQUIDOS ORGANICOS, TRANSLUCIDO. INDICADA PARA DERMO ABRASOES SUPERFICIAIS. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. CONTENDO: NØ DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.	PC	VUELO PHARMA	MEMBRACEL	80074780002	Amostra aprovada conforme SEI 0013709952
14	20034 - CURATIVO PARA TRAQUEOSTOMIA E DRENOS CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, ESTÉRIL, MEDIDAS : 6 A 10 CM X 9 A 13 CM, MACIO PRÉ RECORTADO PARA TRAQUEOSTOMIA E DRENOS, COMPOSTO POR UMA ESTRUTURA DE TRES CAMADAS, SENDO UMA CAMADA DE CONTATO NÃO ADERENTE, OUTRA CAMADA MACIA E ALTAMENTE ABSORVENTE E UMA TERCEIRA CAMADA EXTERNA DE FILME RESISTENTE A AGUA E BACTÉRIAS, PERMITE FÁCIL MANIPULAÇÃO DE MODO A ADAPTAR O CURATIVO DE FORMA JUSTA AO REDOR DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. SE NECESSÁRIO, O CURATIVO PODE SER RECORTADO PARA ADAPTAR-SE AINDA MELHOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO : N° DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Peças	POLAR FIX	POLAR FIX	8003400113	Amostra aprovada conforme SEI 0013709969

15	24957 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA HIDROFIBRA COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS E CARBOMETILCELULOSE SODICA E 1,2% DE PRATA IONICA E/OU FIBRAS DE ALCOOL POLIVINILICO, HIDROXIPROPILCELULOSE E SULFATO DE PRATA. COM PODER DE ALTA ABSORCAO E CONTROLE DE ODORE, NÃO ADERENTE ADAPTAVEL AO LEITO DA LESAO E RECORTAVEL. TAMANHO MÍNIMO DE 10X10 CM, ESTERIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, INSCRICAO/REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	Unidade	KORAL PRODUTOS	FIBROSOL AG	80327910015	Conforme parecer técnico 0013812012, apesar da embalagem indicar que o produto atende a medida de 10 X 10 cm, na análise a unidade constatou que o produto possui medidas de 9,5 X 10 cm. A unidade também indicou que o produto não possui a composição de 100% de fibras de e carbometilcelulose sodica, possui 98,8%. Na testagem do produto foi constatado que o produto macera a borda da lesão, podendo causar dano e ou piora da ferida durante o tratamento. AMOSTRA REPROVADA
16	917391 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, IMPREGNADA COM PRATA, ESTERIL, ALTA CAPACIDADE DE ABSORCAO, TAMANHO MÍNIMO 15 X 15 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BULA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO MS/ANVISA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APARTIR DA EMISSAO DA NOTA DE ENTREGA.	UNID	KORAL PRODUTOS	FIBROSOL AG	80327910015	Conforme parecer técnico 0013812758, o produto ofertado não atende o descritivo do edital. Conforme verifica-se na documentação técnica da amostra, trata-se do mesmo produto com a mesma composição do ofertado para o item 15, apenas com medidas diferentes. AMOSTRA REPROVADA
23	917395 - LIMPADOR DE FERIDA CONSTITUIDO DE BETAINA E POLIEXANIDA. APRESENTACAO EM FRASCO ENTRE 300 E 350 ML. DEVE MANTER ESTABILIDADE APOS ABERTO. EMBALAGEM CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	FRS	FUFA-SC	Pielsana Polihexanid	80175820010	Amostra aprovada conforme SEI 0013811755
24	911243 - PELICULA LÍQUIDA SEM ALCOOL ESTERIL EM SPRAY COM SECAGEM RAPIDA - NAO CITOTOXICO, PERMITE PERMEABILIDADE AO OXIGENIO. PODE SER APLICADO SOBRE PELE INTEGRAL OU COM LESAO. APRESENTACAO EM FRASCO SPRAY COM NO MÍNIMO 28 ML. CONTENDO: DATA DE VALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E REG. NA ANVISA.	FRC	UNAMED	M-TEC DER PROTECTION	81403200001	Conforme parecer técnico SEI 0013710038, o produto não é estéril, não atendendo assim o exigido no edital. AMOSTRA REPROVADA
34	30162 - SISTEMA DE CONTROLE DE INCONTINÊNCIA FECAL DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO FECAL TEMPORÁRIA, INDICADO PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES COM POUCO OU NENHUM CONTROLE INTESTINAL E COM FEZES LÍQUIDAS OU SEMILÍQUIDAS. CONSISTE EM UM KIT CONTENDO: 1 CONJUNTO DE CATETER DE SILICONE FLEXÍVEL, 1 SERINGA E 3 BOLSAS COLETORAS DE 1 LITRO COM TAMPA . CATETER DE SILICONE FLEXÍVEL, COM BALÃO DE	KIT	FUFA-SC	Flexi Seal	80523020054	Amostra aprovada conforme SEI 0013710070

	<p>RETENÇÃO DE BAIXA PRESSÃO EM UMA DAS EXTREMIDADES (QUE SE ADAPTA À ANATOMIA DO ESFÍNCTER, PRESERVANDO SEU FUNCIONAMENTO E TÔNUS MUSCULAR) E UM CONECTOR PARA FIXAÇÃO DA BOLSA COLETORA NA OUTRA EXTREMIDADE. DEVE POSSUIR DOIS TUBOS PEQUENOS AFIXADOS AO CATETER DE SILICONE, UM UTILIZADO PARA INFLAR O BALÃO DE RETENÇÃO APÓS INSERÇÃO DO DISPOSITIVO NO RETO DO PACIENTE, E OUTRO UTILIZADO PARA ENXAGUAR O DISPOSITIVO, SE NECESSÁRIO. A BOLSA PARA COLETA DO EFLUENTE DEVE SER DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, GRADUADA, COM CAPACIDADE PARA 1000 ML, COM TAMPA DE FECHAMENTO AO FINAL DO USO QUE EVITA CONTAMINAÇÃO CRUZADA, COM ENCAIXE NO SISTEMA POR PRESSÃO, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO PARA CONTROLE DE ODORES E LIBERAÇÃO DE GASES. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, LIVRE DE LÁTEX, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE. DEVE ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>					
35	<p>30298 - PÓ PROTETOR DA PELE A BASE DE HIDROCOLÓIDE PÓ BARREIRA GRANULAR PARA ESTOMIA, COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA SEM ÁLCOOL. PÓ PROTETOR QUE RETIRA A UMIDADE DA PELE PERIESTOMAL PROMOVENDO A REGENERAÇÃO DA ÁREA LESIONADA. AUXILIA NA FIXAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PARA ESTOMIA. DISPONIBILIZADO EM FRASCO COM BICO DOSADOR PARA FACILITAR A APLICAÇÃO, CONTENDO PELO MENOS 25G. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.</p>	Frasco	COINTER	COLOPLAST	10430310119	Amostra aprovada conforme SEI 0013710091

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 04/08/2022, às 18:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013815207** e o código CRC **087C6F73**.

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 424/2022

ITEM: 6

25656 - ADESIVO DE HIDROPOLÍMERO/ ESPUMA SACRAL ESPUMA HIDROCELULAR DE BORDAS ADESIVAS, ESPECIALMENTE PARA REGIÃO SACRAL, COM ACOMODAÇÃO ANATÔMICA; FORMADO POR CAMADAS DE HIDROPOLÍMERO E PELÍCULA EXTERNA IMPERMEÁVEL, UTILIZADA PARA MINIMIZAR A PRESSÃO LOCAL EM PACIENTES COM ALTO DE RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO E/OU TRATAR FERIDAS. TAMANHO MÍNIMO 18 X 18 CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, REG. MS/ ANVISA.

FORNECEDOR: POLAR FIX

MARCA: POLAR FIX

LOTE: 15L21

REGISTRO (ANVISA): 8003400128

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: *Bordas de silicone muito grande em relação ao tamanho da espuma.*

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 21/07/2022 *Bratkaupra com 195511 SC.*
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 424/2022

ITEM: 7

25655 - CURATIVO TRANSPARENTE DE SILICONE 10 CM X 15 CM UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS TRAUMÁTICAS, ABRASIVAS, PERDA DE PELE; PERMITE PASSAGEM DO EXUDATO PARA OUTRO CURATIVO SECUNDÁRIO; CONFECCIONADO EM SILICONE E FILME DE POLIURETANO, PERFURADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO; TAMANHO MÍNIMO 10 X 15 CM; EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REG. MS/ ANVISA.

FORNECEDOR: POLAR FIX

MARCA: POLAR FIX

LOTE: 220102

REGISTRO (ANVISA): 8003400112

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

() Adequada Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

() Adequada Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM NÃO

JUSTIFICATIVA: O material não atende o descritivo; não é perfurado, não permite a passagem de exudato para um curativo secundário e não possui o tamanho especificado no descritivo.

DATA: 21/07/2022

Evakayra Corr 195511 SC
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO



FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 424/2022

ITEM: 9

909324 - CURATIVO TRANSPARENTE 10 X 25 CM CURATIVO DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL, HIPOALERGÊNICO, ESTERIL, TAMANHO MÍNIMO 10 X 25 CM, ALTA PERMEABILIDADE, PERMITINDO TROCAS GASOSAS. RESISTENTE A UMIDADE INTERNA. FLEXIVEL. UTILIZADO EM ESTABILIZAÇÃO DE CATETERES. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA

FORNECEDOR: POLAR FIX

MARCA: POLAR FIX

LOTE: 210402

REGISTRO (ANVISA): 8003400112

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 21/07/2022 Evandro Kaupen CRM SC 195511

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Evandro Kaupen
CRM - 195511

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 424/2022

ITEM: 10

910623 - CURATIVO TRANSPARENTE 6 X 7 CM CURATIVO DE POLIURETANO SEMIPERMEAVEL, HIPOALERGÊNICO, ESTERIL, TAMANHO MÍNIMO 6 X 7 CM, ALTA PERMEABILIDADE, PERMITINDO TROCAS GASOSAS. RESISTENTE A UMIDADE INTERNA, FLEXIVEL. UTILIZADO PARA ESTABILIZACAO DE CATETER. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.

FORNECEDOR: POLAR FIX

MARCA: POLAR FIX

LOTE: 210402

REGISTRO (ANVISA): 8003400112

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 21/07/2022 Evakayser Ceun 195511 SC.
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 424/2022

ITEM: 11

918202 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE COMPOSTO DE POLIURETANO EM ROLO, NAO ESTERIL, TAMANHO MÍNIMO 10 CM X 10 M, ADESIVO HIPOALERGENICO, PERMITINDO TROCA GASOSA, IMPEDINDO A CONTAMINAÇÃO EXTERNA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BULA CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO, IDENTIFICACAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APARTIR DA N.F DE ENTREGA.

FORNECEDOR: GUINEZ

MARCA: PHARMAFIX PU

LOTE: 15B20

REGISTRO (ANVISA): 80121600015

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Atende ao descritivo

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Atende parcialmente ao descritivo, pois na remoção da pele, deixa resíduos visíveis e palpáveis e de difícil remoção, podendo causar prurigo a pele do usuário.

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: As testes o produto verifica-se que na utilização deste material de pele, deixa resíduos visíveis e palpáveis de uma substância semelhante ao cola, podendo gerar prurigo e irritação de pele do usuário e de difícil remoção de resíduos.

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: Reprovado por deixar resíduos na pele semelhante a cola, estes resíduos e visíveis e palpáveis na pele, de difícil remoção de pele, podendo causar prurigo a pele do usuário.

DATA: 19/07/2022

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Michelle
Michelle Stringham
Enfermeira
COREN 080979

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 424/2022

ITEM: 12

910912 - CURATIVO 20 X 15 CM, TIPO MEMBRACEL CURATIVO COM MEMBRANA DE CELULOSE TAMANHO MÍNIMO 20 X 15 CM, POROSA, DESIDRATADA, MALEAVEL, UNIFORME, ADERE COM FACILIDADE A SUPERFICIE DA FERIDA, HIPOALERGENICA, CONTROLA A SAIDA DE LIQUIDOS ORGANICOS. TRANSLUCIDO. INDICADA PARA DERMO ABRASOES SUPERFICIAIS. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.

FORNECEDOR: VUELO PHARMA

MARCA: MEMBRACEL

LOTE: M210121

REGISTRO (ANVISA): 80074780002

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 21/07/2022

Erakayzer com 195511-SC.
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Erakayzer
195511-SC

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 424/2022

ITEM: 13

910913 - CURATIVO 10X7,5CM, TIPO MEMBRACEL CURATIVO COM MEMBRANA DE CELULOSE TAMANHO MÍNIMO 10 X 7,5 CM, POROSA, DESIDRATADA, ALTAMENTE MALEAVEL, UNIFORME, ADERE COM FACILIDADE A SUPERFICIE DA FERIDA, HIPOALERGENICA, CONTROLA A SAIDA DE LIQUIDOS ORGANICOS, TRANSLUCIDO. INDICADA PARA DERMATO ABRASOES SUPERFICIAIS. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.

FORNECEDOR: VUELO PHARMA

MARCA: MEMBRACEL

LOTE: M230120B

REGISTRO (ANVISA): 80074780002

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 21/07/2022

Prokayper com SC 195511.
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO



FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 424/2022

ITEM: 14

20034 - CURATIVO PARA TRAQUEOSTOMIA E DRENOS CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, ESTÉRIL, MEDIDAS : 6 A 10 CM X 9 A 13 CM, MACIO PRÉ RECORTADO PARA TRAQUEOSTOMIA E DRENOS, COMPOSTO POR UMA ESTRUTURA DE TRES CAMADAS, SENDO UMA CAMADA DE CONTATO NÃO ADERENTE, OUTRA CAMADA MACIA E ALTAMENTE ABSORVENTE E UMA TERCEIRA CAMADA EXTERNA DE FILME RESISTENTE A AGUA E BACTÉRIAS, PERMITE FÁCIL MANIPULAÇÃO DE MODO A ADAPTAR O CURATIVO DE FORMA JUSTA AO REDOR DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. SE NECESSÁRIO, O CURATIVO PODE SER RECORTADO PARA ADAPTAR-SE AINDA MELHOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO : Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.

FORNECEDOR: POLAR FIX

MARCA: POLAR FIX

LOTE: 220320

REGISTRO (ANVISA): 8003400113

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 21/07/2022 Evandro Cerem 1955115C.

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Evandro Cerem
C.R.F. - 1955115C

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 424/2022

ITEM: 15

24957 - CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO COM PRATA HIDROFIBRA COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS E CARBOMETILCELULOSE SÓDICA E 1,2% DE PRATA IÔNICA E/OU FIBRAS DE ALCÓOL POLIVINÍLICO, HIDROXIPROPILCELULOSE E SULFATO DE PRATA. COM PODER DE ALTA ABSORÇÃO E CONTROLE DE ODOR, NÃO ADERENTE ADAPTÁVEL AO LEITO DA LESÃO E RECORTÁVEL. TAMANHO MÍNIMO DE 10X10 CM, ESTERIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE, INSCRIÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: KORAL PRODUTOS

MARCA: FIBROSOL AG

LOTE: 15L21

REGISTRO (ANVISA): 80327910015

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Na embalagem consta que o produto mede 10x10 cm porém constata-se a medida de 3,5x10 cm, não atende às dimensões do termo de referência acima.

() Adequada (x) Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

Não atende totalmente mínimo também não atende na composição de 100% de fibras e carbometilcelulose sódica pois tem 98,8% conforme lista técnica e embalagem do produto testado. No teste constatada ausência de absorção efetiva, molhando as bordas não ficou em questão.

() Adequada (x) Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

Bom, aderente ao leito e de fácil e confortável também ausência de odor efetiva molhando as bordas não ficou em questão.

() Adequada (x) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM (x) NÃO

JUSTIFICATIVA:

Não atende ao descritivo do termo de referência, além disso, na medida mínima do produto, não atende a composição conforme lista técnica, pois aderente ao leito e molhada as bordas da lesão, podendo causar dor e ou piora da ferida durante o tratamento.

DATA:

18/07/2022

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Michelle Stringhini
Enfermeira
COREN 080979

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 424/2022

ITEM: 16

917391 - CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO COM PRATA COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, IMPREGNADA COM PRATA, ESTERIL, ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, TAMANHO MÍNIMO 15 X 15 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BULA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO MS/ANVISA, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APARTIR DA EMISSÃO DA NOTA DE ENTREGA.

FORNECEDOR: KORAL PRODUTOS

MARCA: FIBROSOL AG

LOTE: 15G21

REGISTRO (ANVISA): 80327910015

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Não atende ao descritivo do termo de referência de licitação municipal de Joinville (original).

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Não atende ao descritivo do termo de referência de licitação municipal de Joinville (original).

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Não atende em nada o termo de referência de licitação municipal de Joinville (original).

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: Reprovado devido o produto não atender ao descritivo original, que está no termo de referência de licitação municipal de Joinville (original). Não atende a nenhuma item do edital.

DATA: 19/07/2022

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Michelle Stringhini
Enfermeira
COREN 080979

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 424/2022

ITEM: 23

917395 - LIMPADOR DE FERIDA CONSTITUIDO DE BETAINA E POLIEXANIDA. APRESENTAÇÃO EM FRASCO ENTRE 300 E 350 ML. DEVE MANTER ESTABILIDADE APOS ABERTO. EMBALAGEM CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.
FORNECEDOR: FUFA -SC
MARCA: PIELSANA DBS
LOTE: 250/22
REGISTRO (ANVISA): 80175820010
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: contendo as informações descritas no termo de referência - adequada.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: contendo as informações e atendendo o termo de referência do município de Joinville.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: produto apresentado para teste, atende com todos os requisitos técnicos e na prática adequada.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: Produto segue para substituição em Joinville, atendendo todos os requisitos do termo de referência do município de Joinville. Adequado.

DATA: 14/07/2022

Michelle
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Michelle Stringhini
Enfermeira
COREN 080979

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 424/2022
ITEM: 24

911243 - PELICULA LÍQUIDA SEM ALCOOL ESTERIL EM SPRAY COM SECAGEM RAPIDA - NAO CITOTOXICO, PERMITE PERMEABILIDADE AO OXIGENIO. PODE SER APLICADO SOBRE PELE INTEGRAS OU COM LESAO. APRESENTACAO EM FRASCO SPRAY COM NO MÍNIMO 28 ML. CONTENDO: DATA DE VALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E REG. NA ANVISA.
FORNECEDOR: UNAMED
MARCA: MISSNER DERMA PROTECT SPRAY
LOTE: 2210201
REGISTRO (ANVISA): 81403200001
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: *Conforme ficha técnica do produto enviado pela própria empresa, o produto não é esteril, não atende portanto ao descritivo.*

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM NÃO

JUSTIFICATIVA: *Não atende as especificações do descritivo*

DATA: *21/07/2022* *Enivalde Kayser com 195511SC.*

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO



FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 424/2022

ITEM: 34

30162 - SISTEMA DE CONTROLE DE INCONTINÊNCIA FECAL DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO FECAL TEMPORÁRIA, INDICADO PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES COM POUCO OU NENHUM CONTROLE INTESTINAL E COM FEZES LÍQUIDAS OU SEMILÍQUIDAS. CONSISTE EM UM KIT CONTENDO: 1 CONJUNTO DE CATETER DE SILICONE FLEXÍVEL, 1 SERINGA E 3 BOLSAS COLETORAS DE 1 LITRO COM TAMPA . CATETER DE SILICONE FLEXÍVEL, COM BALÃO DE RETENÇÃO DE BAIXA PRESSÃO EM UMA DAS EXTREMIDADES (QUE SE ADAPTA À ANATOMIA DO ESFÍNCTER, PRESERVANDO SEU FUNCIONAMENTO E TÔNUS MUSCULAR) E UM CONECTOR PARA FIXAÇÃO DA BOLSA COLETORA NA OUTRA EXTREMIDADE. DEVE POSSUIR DOIS TUBOS PEQUENOS AFIXADOS AO CATETER DE SILICONE, UM UTILIZADO PARA INFLAR O BALÃO DE RETENÇÃO APÓS INSERÇÃO DO DISPOSITIVO NO RETO DO PACIENTE, E OUTRO UTILIZADO PARA ENXAGUAR O DISPOSITIVO, SE NECESSÁRIO. A BOLSA PARA COLETA DO EFLUENTE DEVE SER DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, GRADUADA, COM CAPACIDADE PARA 1000 ML, COM TAMPA DE FECHAMENTO AO FINAL DO USO QUE EVITA CONTAMINAÇÃO CRUZADA, COM ENCAIXE NO SISTEMA POR PRESSÃO, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO PARA CONTROLE DE ODORES E LIBERAÇÃO DE GASES. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, LIVRE DE LÁTEX, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE. DEVE ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

FORNECEDOR: FUFA-SC

MARCA: FLEXI SEAL CONVATEC

LOTE: 21FM0414

REGISTRO (ANVISA): 80523020054

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 21/07/2022 Evakauer com 195514 SC
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Evakauer
Inf. - CONF

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 424/2022

ITEM: 35

30298 - PÓ PROTETOR DA PELE A BASE DE HIDROCOLÓIDE PÓ BARREIRA GRANULAR PARA ESTOMIA, COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA SEM ÁLCOOL. PÓ PROTETOR QUE RETIRA A UMIDADE DA PELE PERIESTOMAL PROMOVEDO A REGENERAÇÃO DA ÁREA LESIONADA. AUXILIA NA FIXAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PARA ESTOMIA. DISPONIBILIZADO EM FRASCO COM BICO DOSADOR PARA FACILITAR A APLICAÇÃO, CONTENDO PELO MENOS 25G. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

FORNECEDOR: COINTER

MARCA: COLOPLAST

LOTE: (10) 8106865

REGISTRO (ANVISA): 10430310119

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Adequada.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 21/07/2022.

EnaKauper 
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO