

OFÍCIO SEI Nº 28109992/2026 - HMSJ.CAOP

Joinville, 19 de janeiro de 2026.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **454/2025**.

Objeto: Aquisição de instrumentais cirúrgicos para atendimento às demandas do Hospital Municipal São José.

Cumprimentando-os cordialmente, em atenção ao Memorando SEI n. 28104541/2026 - SAP.LCT, segue análise técnica dos itens ofertados:

Item	Material/Serviço	Unid medida	Qtd ofertada	Fornecedor	Marca	Análise Técnica
16	43188 - PINÇA FOERSTER (ANEL/CORAÇÃO) SERRILHADA CURVA 25CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidadde		MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MCN INSTRUMENTOS	Proposta Aprovada O modelo ofertado atende as exigências do edital, bem como foi apresentado certificado de registro do produto na Anvisa, conforme páginas 5 a 190 do Anexo SEI n. 28103910. Para este item a empresa deverá apresentar 2 (duas) amostras .
17	43189 - PINÇA FOERSTER (ANEL/CORAÇÃO) SERRILHADA RETA 25 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidadde		MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MCN INSTRUMENTOS	Proposta Aprovada O modelo ofertado atende as exigências do edital, bem como foi apresentado certificado de registro do produto na Anvisa, conforme páginas 5 a 190 do Anexo SEI n. 28103910. Para este item a empresa deverá apresentar 2 (duas) amostras .
30	13944 - CONTRA PORTA AGULHA PARA VIDEOCIRURGIA CONTRA PORTA AGULHA PARA VIDEOCIRURGIA, COMPRIMENTO MINIMO DE HASTE 36CM	UNID	3	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A	BHIO SUPPLY	Não foram encaminhados junto a proposta, documentos técnicos que possam auxiliar na análise do item, portanto solicito que seja realizada diligência junto a proponente para que encaminhe documentos técnicos, conforme exigido no item 8.10.2 do edital.

					Proposta Reprovada
31	25203 - PINÇA HULK 05 MM X 36 CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420	Pecas	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	ATS	Conforme páginas 12 e 13 do Anexo SEI n. 28103883, o tamanho do item ofertado é inferior ao exigido em edital. (Ofertado: 33 cm - Editorial: 36 cm), bem como o tipo de aço que compõe o item é diferente do exigido em edital. (Ofertado AISI 304 - Editorial: AISI 420)
36	45484 - PORTA AGULHA VIDEOLAPAROSCOPIA PORTA AGULHA PARA VIDEOCIRURGIA. EMPUNHADURA COM CREMALHEIRA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE HASTE 30 CM E MÁXIMO 36 CM. REUTILIZÁVEL, ESTERILIZÁVEL À VAPOR SATURADO 134°.	Unidade	MF MEDICAL LTDA	ARTHIMED	Proposta Aprovada O modelo ofertado atende as exigências do edital, bem como foi apresentado certificado de registro do produto na Anvisa, conforme página 4 a 23 do Anexo SEI n. 28103923. Para este item a empresa deverá apresentar 1 (uma) amostras .

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Gerente**, em 19/01/2026, às 09:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28109992** e o código CRC **F89EDDFA**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-050 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.217124-0

28109992v9