

MEMORANDO SEI Nº 27806459/2025 - SES.UME.APA

Joinville, 10 de dezembro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **308/2025**.

Objeto: Aquisição de Aparelhos e Equipamentos de Odontologia.

Prezado(a) Senhor(a),

Venho por meio deste, no âmbito do Processo Licitatório SEI nº 25.0.114879-1, em resposta ao documento SEI 27789985 apresentar análise quanto:

Ite	Material/Serv	Uni med	Forne	Marc (Com)	Mod (Pro co o edi	Des de aco con o edi	Pros pect o/ Fich a Tec nica	Registro Anvisa	A m os tr as ?	Parecer
3	19126 - MICRO MOTOR COM SPRAY ENCAIXE BORDEN 2 FUROS; SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE 135º. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	K2 INDUSTRIA CÓMERCIOS, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO AO EXPO RTAC AO LTDA	Khalkos	MODERLO KME -	SIM	DEACORDOCOM EDITAL	81745339 001, VIGENTE CONFIRMANDO NO PORTAL ANVISA	SIM (u) ma)	Apto a apresentar amostra
	17638 - CONTRA-ÂNGULO ENCAIXE UNIVERSAL,							80055110		

9	CABEÇA FIXA, ACOPLAMENT O INTRA, ESTERILIZÁVE L EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C, COM IDENTIFICAÇ ÃO DO PRODUTO, FABRICANTE. APRESENTAR REGISTRO/ISE NÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVIS A.	UN D	ALTE RME D MATE RIAL MÉDI CO HOSP ITALA R LTDA	Dx	INT RA REF RIG ERA DO	SI M	Não lizad o na prop osta	conforme informaçã o na proposta comercial apresenta da pela empresa e comprova ntes anexos	Si m	1(Reprovad o					

Permanecemos à disposição;

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) PÚBLICO(a)**, em 10/12/2025, às 07:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27806459** e o código CRC **918C1F03**.

Rua Max Colin, 550 - Bairro América - CEP 89204-040 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.114879-1

27806459v6

Consultas / Situação de Documentos / Situação de Documentos / DOU

Empresa	DX INDÚSTRIA COMÉRCIO importação E EXPORTAÇÃO LTDA	CNPJ	02.228.938/0001-99
----------------	--	-------------	--------------------

DOU: 149	Dt.PUBLICAÇÃO: 05/08/2024	Resolução: 2772	Dt.Resolução: 30/07/2024
-----------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------------

NOME DA EMPRESA / CNPJ

AUTORIZAÇÃO

NOME TÉCNICO

NUMERO DO PROCESSO

NOME COMERCIAL

FABRICANTE

MODELO(s) DO PRODUTO

CLASSE

REGISTRO

PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

DX INDÚSTRIA COMÉRCIO importação E EXPORTAÇÃO LTDA / 02.228.938/0001-998.00551-1

Instrumentos de Mao Odontologicos

25351.636263/2012-11

Contra Angulo DX

FABRICANTE: DX INDÚSTRIA COMÉRCIO importação E EXPORTAÇÃO LTDA - BRASIL

DORIOT

DORIOT REFRIGERADO

INTRA

INTRA REFRIGERADO

CLASSE : II

80055110012

8062 - EQUIPAMENTO – Cancelamento de registro ou notificação – ANVISA / 1006043/24-0

Consultado em 10/12/2025 07:39:44 no endereço

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351636263201211/25351636263201211/834650/>

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	DX INDÚSTRIA COMÉRCIO importação E EXPORTAÇÃO LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	02.228.938/0001-99	Autorização de Funcionamento da Empresa	8.00.551-1
Nome do Dispositivo Médico	Contra Angulo DX		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Instrumentos de Mao Odontologicos		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80055110012		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Inválido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	<u>25351.636263/2012-11</u>		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: DX INDÚSTRIA COMÉRCIO importação E EXPORTAÇÃO LTDA - BRASIL <ul style="list-style-type: none"> - CNPJ / Código Único: 02.228.938/0001-99 - Endereço: RUA COIMBRA, Nº 1702 VILA ELISA 14075450 		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	11/11/2013		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Cancelado em 05/08/2024		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado		

Modelo Produto Médico

DORIOT REFRIGERADO

DORIOT

INTRA

INTRA REFRIGERADO

[Exportar para Excel](#)

[Exportar para PDF](#)

[Voltar](#)