

MEMORANDO SEI Nº 31155266/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 06 de outubro de 2026.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **279/2026** e Portal de Compras do Governo Federal nº **38/2026**.**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para Suporte Ventilatório).

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 31127860 segue a análise solicitada.

Lo te	It em	Material/Serviço	Uni d. med ida	Forneced or	Marc a	Descri tivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amo stras ?	Parecer
										Análise prévia: Para continuidade da análise se faz necessário que a empresa confirme qual item será ofertado. 1-Espaçador para aerossol Clear; 2-Espaçador para aerossol em PVC; 2- Espaçador para aerossol em PVC Clear 2.

							nº 31127855. Condições de Operação 5°C a 30°C; Umidade Relativa: 30 a 65% Não atende a seguinte exigência do edital: 1-Todas as peças devem suportar reprocessamento e desinfecção química;	A empresa Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Ltda encaminhou o documento SEI nº 31127855 . Condições de Operação 5°C a 30°C; Umidade Relativa: 30 a 65%. Em análise ao documento Sei 3108984 1, verificamos que na embalagem do item ofertado deixa claro que: Este espaçador não é esterilizado . Para evitar infecções e contágios esse espaçador só deve ser usado por um indivíduo. Não atende a seguinte exigência do edital: 1-Todas as peças devem suportar reprocessamento e desinfecção química; Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital.
--	--	--	--	--	--	--	---	---

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Analise Schmidt Nicacio, Servidor(a) Público(a)**, em 07/10/2026, às 10:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **31155266** e o código CRC **D5D10DAC**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.123700-1

31155266v6