



MEMORANDO SEI Nº 26809813/2025 - SES.UAD.APA

Joinville, 16 de setembro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 333/2025

Objeto: Aquisição de Instrumentais de Odontologia para a Secretaria Municipal de Saúde de Joinville

Prezado(a) Senhor(a),

Em resposta ao memorando SEI26725727 encaminhamos nossa análise conforme os critérios estabelecidos no Processo Licitatório SEI nº 25.0.129755-0, quanto:

a) ao descritivo das propostas de preços, se estão de acordo com os Anexos I e VI do Edital (SEI nº 26434542) para as empresas arrematantes, ou seja, comparando-se o descritivo da proposta com o respectivo item dos Anexos I e VI do Edital, bem como, de possíveis prospectos (ou assemelhados) apresentados, conforme:

8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

(...)

8.4.4 - a identificação da marca e do modelo do objeto ofertado;

8.4.4.1 - A marca indicada na proposta atualizada deverá ser a mesma cadastrada na proposta no sistema eletrônico, conforme exigência do item 6 do Edital.

(...)

8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde.

a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.

a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

b) Para todos os itens as proponentes deverão apresentar, juntamente às propostas, uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:

b.1) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

b.2) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Se o item for importado, a ficha técnica deverá ser apresentada com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

b.3) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Segue a lista de item por empresa para análise técnica da proposta, constituída com o descritivo do Anexo I do Edital:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marc a (Com prasn et)	Modelo (Proposta)	Descritivo de acordo com o edital?	Prospecto/ Ficha Técnica	Registro Anvisa	Amostr as?	Parecer
1	31060 - PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COMPATÍVEL COM MARCA KAVO SONIC BORDEN INSERTOS PERIODONTIA PARA CANETA DE PROFILAXIA, COMPATÍVEL COM O APARELHO KAVO SONIC BORDEN. CONFECCIONADO EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA LISA, COM REFRIGERAÇÃO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE 135°C. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	ANA JULIA MARTINS FALEIRO DE ANDRADE LTDA	COOPERFLUX	PONTEIRA ULTRASSOM	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	NÃO APRESENTOU	NÃO	Diligenciar Apesar da empresa afirmar que o produto é isento de registro, o mesmo é considerado produto para saúde (correlato) e está sujeito ao registro/cadastro na ANVISA. Solicitar a empresa que apresente o número de registro na anvisa adquadamente

2	31061 - PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COMPATÍVEL COM MARCA KAVO ULTRASET G2 PONTAS PARA CANETA DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADAS EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA LISA, COM REFRIGERAÇÃO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE 135°C. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	ITAPEMED IMPORTADORA EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	ALT	G2	NÃO. APRESENTA PONTERIRA COM LÂMINA DENTEADA ENQUANTO O EDITAL PEDE PONTA LISA	APRESENTAR OU APENAS DA GD2. EM DESACORDO COM O EDITAL	VIGENTE 80348960006	NÃO	REPROVADO
3	17788 - PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COMPATÍVEL COM MARCA SCHUSTER INSERTOS PERIODONTIA PARA CANETA DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ODONTOLÓGICO, COMPATÍVEL COM APARELHO DA MARCA SCHUSTER MODELO G1. CONFECCIONADO EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA LISA, COM REFRIGERAÇÃO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE 135°C. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	ITAPEMED IMPORTADORA EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	ALT	G1	NÃO. APRESENTA PONTERIRA COM LÂMINA DENTEADA ENQUANTO O EDITAL PEDE PONTA LISA	APRESENTAR OU APENAS DA GD1. EM DESACORDO COM O EDITAL	VIGENTE 80348960006	NÃO	REPROVADO
4	17770 - PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CONFECCIONADA EM AÇO INOX. TAMANHO DE 15 A 18 CM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COOPERFLUX	PINÇA CLÍNICA	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	VIGENTE 82667650004	NÃO	APROVADO
5	17801 - SINDESMÓTOMO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, AUTOCLAVÁVEL. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	IMPLANTA	ISIN OIT	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	VIGENTE 81986630001	NÃO	APROVADO

			CIO DE PRODUT OS ODONT OLOGIC OS LTDA							
6	17796 - PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	Unid ade	ANA JULIA MARTIN S FALEIR OS DE ANDRA DE LTDA	COOP ERFL EX	PORTA MATRIZ TOFFLE MIRE ADULTO	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	VIGENTE 8075653000 4	NÃO	APROVADO
7	17797 - PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INFANTIL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	Unid ade	ANA JULIA MARTIN S FALEIR OS DE ANDRA DE LTDA	COOP ERFL EX	PORTA MATRIZ TOFFLE MIRE INFANTI L	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	VIGENTE 8075653000 4	NÃO	APROVADO
8	17659 - ESPÁTULA DUPLA Nº 1 CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unid ade	ANA JULIA MARTIN S FALEIR OS DE ANDRA DE LTDA	COOP ERFL EX	ESPÁTU LA DUPLA Nº 1	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	8266765000 5 É REFEREN TE AO ESPELHO CLÍNICO	NÃO	Diligenciar solicitando a empresa que apresente o número de registro na anvisa adequadamente
9	17668 - ESPÁTULAS PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 1 ESPÁTULA MODELO 1/2, PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA. MATERIAL EM AÇO INOX. SENDO ACEITA PONTA ATIVA BANHADA EM TITÂNIO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. E A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unid ade	MAXIM A DENTAL IMPORT ACAO, EXPORT ACAO E COMER CIO DE PRODUT OS ODONT OLOGIC	IMPL A	IESPT 12	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	VIGENTE 8198663000 1	NÃO	APROVADO

			OS LTDA							
10	17803 - SONDA EXPLORADORA Nº 5 CONFECCIONADA EM AÇO INOX. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	ANA JULIA MARTINS FALEIRO DE ANDRADE LTDA	COOPERFLUX	SONDA EXPLORADORA Nº 5	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	82667650005 VIGENTE	NÃO	APROVADO
11	17621 - BANDEJA EM AÇO INOX 22 X 12 X 1,5 CM BANDEJA EM AÇO INOX COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,5 MM E COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 22 X 12 X 1,5 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA IDENTIFICANDO O PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	IMPLA	22X12X1,5 CM INOX	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	ISENTO	NÃO	APROVADO
12	17671 - FÓRCEPS ADULTO Nº 01 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C, CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA IDENTIFICANDO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	ANA JULIA MARTINS FALEIRO DE ANDRADE LTDA	COOPERFLUX	FÓRCEPS ADULTO Nº 01	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	82667650004 VIGENTE	NÃO	APROVADO
13	17672 - FÓRCEPS ADULTO Nº 150 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C, CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA IDENTIFICANDO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	ANA JULIA MARTINS FALEIRO DE ANDRADE LTDA	COOPERFLUX	FÓRCEPS ADULTO Nº 150	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	82667650004 VIGENTE	NÃO	APROVADO

14	17673 - FÓRCEPS ADULTO Nº 151 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C, CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA IDENTIFICANDO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	ANA JULIA MARTINS FALEIRO DE ANDRADE LTDA	COOPERFLUX	FÓRCEPS ADULTO Nº 151	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	82667650004 VIGENTE	NÃO	APROVADO
15	17677 - FÓRCEPS ADULTO Nº 18R CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C, CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA IDENTIFICANDO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	ANA JULIA MARTINS FALEIRO DE ANDRADE LTDA	COOPERFLUX	FÓRCEPS ADULTO Nº 18R	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	82667650004 VIGENTE	NÃO	APROVADO
16	17676 - FÓRCEPS ADULTO Nº 18L CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C, CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA IDENTIFICANDO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	ANA JULIA MARTINS FALEIRO DE ANDRADE LTDA	COOPERFLUX	FÓRCEPS ADULTO Nº 18L	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	82667650004 VIGENTE	NÃO	APROVADO
17	41711 - FÓRCEPS ADULTO Nº 101 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C, CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA IDENTIFICANDO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	ANA JULIA MARTINS FALEIRO DE ANDRADE LTDA	COOPERFLUX	FÓRCEPS ADULTO Nº 101	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	82667650004 VIGENTE	NÃO	APROVADO
18	17674 - FÓRCEPS ADULTO Nº 16 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C, CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA	Unidade	ANA JULIA MARTINS FALEIRO DE	COOPERFLUX	FÓRCEPS ADULTO Nº 16	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	82667650004 VIGENTE	NÃO	APROVADO

	IDENTIFICANDO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		ANDRA DE LTDA							
19	17675 - FÓRCEPS ADULTO Nº 17 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C, CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA IDENTIFICANDO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRA DE LTDA	COOPERFL EX	FÓRCEPS ADULTO Nº 17	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	82667650004 VIGENTE	NÃO	APROVADO
20	17681 - FÓRCEPS ADULTO Nº 65 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C, CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA IDENTIFICANDO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRA DE LTDA	COOPERFL EX	FÓRCEPS ADULTO Nº 65	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	82667650004 VIGENTE	NÃO	APROVADO
21	17682 - FÓRCEPS ADULTO Nº 68 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C, CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA IDENTIFICANDO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRA DE LTDA	COOPERFL EX	FÓRCEPS ADULTO Nº 68	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	82667650004 VIGENTE	NÃO	APROVADO
22	17683 - FÓRCEPS ADULTO Nº 69 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C, CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA IDENTIFICANDO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR	Unidade	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRA DE LTDA	COOPERFL EX	FÓRCEPS ADULTO Nº 69	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	82667650004 VIGENTE	NÃO	APROVADO

	REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.									
23	17701 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 01 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C, CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA IDENTIFICANDO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	ANA JULIA MARTINS FALEIRO DE ANDRADE LTDA	COOPERFLUX	FÓRCEPS INFANTIL Nº 01	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	82667650004 VIGENTE	NÃO	APROVADO
24	41712 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 150 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C, CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA IDENTIFICANDO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	ANA JULIA MARTINS FALEIRO DE ANDRADE LTDA	COOPERFLUX	FÓRCEPS INFANTIL Nº 150	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	82667650004 VIGENTE	NÃO	APROVADO
25	41713 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 151 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C, CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA IDENTIFICANDO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	ANA JULIA MARTINS FALEIRO DE ANDRADE LTDA	COOPERFLUX	FÓRCEPS INFANTIL Nº 151	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	82667650004 VIGENTE	NÃO	APROVADO
26	17704 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 44 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C, CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA IDENTIFICANDO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	ANA JULIA MARTINS FALEIRO DE ANDRADE LTDA	COOPERFLUX	FÓRCEPS INFANTIL Nº 44	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	82667650004 VIGENTE	NÃO	APROVADO
27	17706 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 69 CONFECCIONADO EM AÇO	Unidade	ANA JULIA	COOPERFLUX	FÓRCEPS INFANTIL	SIM	DE ACORDO	82667650004	NÃO	APROVADO

	INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C, CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA IDENTIFICANDO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		MARTIN S FALEIRO DE ANDRADE LTDA	EX	L Nº 69		COM O EDITAL	VIGENTE		
28	17601 - ALAVANCA SELDIN N.2 CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 COM CABO DE CHAPA. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	ANA JULIA MARTINS FALEIRO DE ANDRADE LTDA	COOPERFL EX	ALAVANCA SELDIN N.2	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	82667650005 VIGENTE	NÃO	APROVADO
29	17599 - ALAVANCA SELDIN N. 1R DIREITA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	ANA JULIA MARTINS FALEIRO DE ANDRADE LTDA	COOPERFL EX	ALAVANCA SELDIN N.1R DIREITA	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	82667650005 VIGENTE	NÃO	APROVADO
30	17598 - ALAVANCA SELDIN N. 1 L ESQUERDA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 E AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	ANA JULIA MARTINS FALEIRO DE ANDRADE LTDA	COOPERFL EX	ALAVANCA SELDIN N.1L ESQUERDA	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	82667650005 VIGENTE	NÃO	APROVADO
31	41714 - ALAVANCA SELDIN 1L ESQUERDA INFANTIL UTILIZADA PARA EXTRAÇÃO DE DENTES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, AUTOCLAVÁVEL. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONT	IMPLA	IALA SEL 1L INF	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	82667650005 VIGENTE	NÃO	APROVADO

			OLOGIC OS LTDA							
32	18379 - APLICADOR PARA IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA AUTOCLAVÁVEL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	Unidade	MORETI DISTRIB UIDORA DE PRODUT OS MEDICO S E ODONT OLOGIC OS LTDA	SDI	Riva Applicator	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	VIGENTE 8237562000 5	NÃO	APROVADO
33	11049 - TESOURA IRIS CURVA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420	Unidade	ANA JULIA MARTIN S FALEIR OS DE ANDRA DE LTDA	COOP ERFL EX	TESOUR A IRIS CURVA 12 CM	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	8266765000 5 VIGENTE	NÃO	APROVADO
34	17811 - TESOURA TIPO SPENCER FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM MEDIDAS DE 11 A 15 CM, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	ANA JULIA MARTIN S FALEIR OS DE ANDRA DE LTDA	COOP ERFL EX	TESOUR A TIPO SPENCE R	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	8266765000 5 VIGENTE	NÃO	APROVADO
35	17650 - ESCAVADOR DUPLO DE DENTINA Nº 17 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	DENTAR IA E CIRURG ICA MERCO SUL LTDA	UNIA O	Modelo: Nº 17	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	VIGENTE 8133637000 1	NÃO	APROVADO
36	11187 - CABO PARA ESPELHO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, COM 13 CM, APRESENTANDO CORPO RANHURADO PARA APOIO DIGITAL, ENCAIXE PERFEITAMENTE DELINEADOS PARA A FUNÇÃO, COM POLIMENTOS	Unidade	MAXIM A DENTAL IMPORT ACAO, EXPORT ACAO E	IMPL A	ICAB ESP	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	VIGENTE 8198663000 1	NÃO	APROVADO

	BRILHANTES, LIVRES DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO. RESISTENTE AOS MÉTODOS NORMALMENTE USADOS PARA DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO.		COMER CIO DE PRODUT OS ODONT OLOGIC OS LTDA							
37	14465 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM COM VIDEA	Peças	ANA JULIA MARTIN S FALEIR OS DE ANDRA DE LTDA	COOP ERFL EX	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM COM VIDEA	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	82667650009 VIGENTE	NÃO	APROVADO
38	17589 - AFASTADOR MINESSOTA FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA AFASTAR O LÁBIO E BOCHECHA DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS. AUTOCLAVÁVEL, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unid ade	ANA JULIA MARTIN S FALEIR OS DE ANDRA DE LTDA	COOP ERFL EX	AFASTA DOR MINESS OTA	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	82667650005 VIGENTE	NÃO	APROVADO
39	45710 - ALAVANCA SELDIN N. 2 INFANTIL ALAVANCA SELDIN RETA (INFANTIL) SEM LÂMINA. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 E AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unid ade	MAXIM A DENTAL IMPORT Acao, EXPORT Acao E COMER CIO DE PRODUT OS ODONT OLOGIC OS LTDA	IMPL A	IALA SEL 2 INF	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	VIGENTE 81986630002	NÃO	APROVADO
40	17800 - SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DOBRÁVEL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA QUE	Unid ade	MAXIM A DENTAL IMPORT Acao, EXPORT Acao E	IMPL A	ISER CARPUL E	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	VIGENTE 81986630001	NÃO	APROVADO

	IDENTIFICA O PRODUTO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		COMER CIO DE PRODUT OS ODONT OLOGIC OS LTDA							
41	12767 - CABO BISTURI Nº 3 CABO BISTURI Nº 3 PARA LÂMINAS Nº 10 A 17, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420	Unid ade	ANA JULIA MARTIN S FALEIR OS DE ANDRA DE LTDA	COOP ERFL EX	CABO BISTURI Nº 3	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	8266765000 5 VIGENTE	NÃO	APROVADO

Sem mais, a Secretaria da Saúde , através da Unidade de Patrimônio, encontra-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 16/09/2025, às 10:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26809813** e o código CRC **03AEBCB9**.

Rua Max Colin, 550 - Bairro América - CEP 89204-040 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.129755-0

26809813v13