

OFÍCIO SEI Nº 28596382/2026 - HMSJ.CAOP

Joinville, 27 de fevereiro de 2026.

À SAP.LCT

Assunto: Análise e Parecer Técnico de Amostras - BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A

Cumprimentando-os cordialmente, encaminho abaixo tabela com análise técnica das amostras apresentadas pela empresa acima citada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Análise Técnica - Anexo SEI 28596374
27	25209 - PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO MARYLAND, PARA USO EM CIRURGIA LAPAROSCÓPICA TIPO PONTA CURVA, SEM CREMALHEIRA; MEDIDAS: COMPRIMENTO DA PONTA DE 2 A 3 CM E COMPRIMENTO DA HASTE DE 30 A 36 CM	Peças	Reprovado - Conforme análise realizada pela Dra. Dayana Galdino, CRM 22782, o item " <i>Entorta a boca antes de usar</i> ".
28	25210 - PINÇA ENDOCLINCH DUPLA ACAO MANDIBULAR 05 MM x 360 MM, COM CREMALHEIRA E TRAVA.	Unidade	Reprovado - Conforme análise realizada pela Dra. Dayana Galdino, CRM 22782, o item possui " <i>Apreensão completamente friável, não trava</i> ".
30	13944 - CONTRA PORTA AGULHA PARA VIDEOSCIURGIA CONTRA PORTA AGULHA PARA VIDEOSCIURGIA, COMPRIMENTO MINIMO DE HASTE 36CM	UNID	Reprovado - Conforme análise realizada pela Dra. Dayana Galdino, CRM 22782, o item " <i>Não possui cremalheira</i> ". Por mais que o edital não preveja esta função, é subentendido na área de instrumentais que o contra porta agulha necessita de cremalheira, pois é utilizado para apreensão de fio ou tecido sem exigir que o cirurgia fique segurando o instrumental.
35	14850 - AGULHA DE VERRES PARA PNEUMOPERITONIO AGULHA DE VERRES PARA PNEUMOPERITONIO COMPRIMENTO 12 à 15 CM REPROCESSÁVEL.	Peças	Reprovado - Conforme análise realizada pela Dra. Dayana Galdino, CRM 22782, o item possui " <i>Válvula de segurança que não fecha , fica rodando completamente</i> ".

Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos disponíveis para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Diretor (a) Executivo (a)**, em 02/03/2026, às 12:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28596382** e o código CRC **9FD74D1C**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-050 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.217124-0

28596382v7

PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS**HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ**

Item	PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO MARYLAND, PARA USO EM CIRURGIA LAPAROSCÓPICA TIPO PONTA CURVA, SEM CREMALHEIRA; MEDIDAS: COMPRIMENTO DA PONTA DE 2 A 3 CM E COMPRIMENTO DA HASTE DE 30 A 36 CM
Marca/Modelo	BHIO SUPPLY
Quantidade Testada	01

Avaliação

Critério	Resultado
Conformidade Dimensional	☒ Sim ☐ Não
Qualidade Material	☒ Adequada ☐ Inadequada
Funcionalidade Clínica	☐ Adequada ☒ Inadequada
Conformidade com Descritivo	☒ Sim ☐ Não

Parecer Final

☐ **APROVADO** — Instrumental aprovado para fornecimento

☒ **REPROVADO** — Motivo:

Torta A Boca Antes do
USAR

Responsável: _____

Data: / /

18/02/20

Dr. [Assinatura]
Médico Trauma
RQE 11.123/17955

PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS**HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ**

Item	PINÇA ENDOCLINCH DUPLA ACAO MANDIBULAR 05 MM x 360 MM, COM CREMALHEIRA E TRAVA
Marca/Modelo	BHIO SUPPLY
Quantidade Testada	01

Avaliação

Critério	Resultado
Conformidade Dimensional	☒ Sim ☐ Não
Qualidade Material	☒ Adequada ☐ Inadequada
Funcionalidade Clínica	☐ Adequada ☒ Inadequada
Conformidade com Descritivo	☐ Sim ☒ Não

Parecer Final

☐ **APROVADO** — Instrumental aprovado para fornecimento

☒ **REPROVADO** — Motivo:

APRESENTA COMPLEMENTOS FRIAVEL
NÃO TRAVA ADO QUE GASTAM 20

Responsável: _____

Data: / /

18/02/20

Day
Cir. C
RGE 17123/17355

PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS

HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ

Item	CONTRA PORTA AGULHA PARA VIDEOCIRURGIA CONTRA PORTA AGULHA PARA VIDEOCIRURGIA, COMPRIMENTO MINIMO DE HASTE 36CM
Marca/Modelo	BHIO SUPPLY
Quantidade Testada	01

Avaliação

Critério	Resultado
Conformidade Dimensional	☒ Sim ☐ Não
Qualidade Material	☒ Adequada ☐ Inadequada
Funcionalidade Clínica	☐ Adequada ☒ Inadequada
Conformidade com Descritivo	☐ Sim ☒ Não

Parecer Final

☐ **APROVADO** — Instrumental aprovado para fornecimento

☒ **REPROVADO** — Motivo:

NÃO tem CROMALUMINA

Responsável: _____

Data: / /

18/02/20

PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS

HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ

Item	AGULHA DE VERRES PARA PNEUMOPERITONIO COMPRIMENTO 12 à 15 CM REPROCESSÁVEL
Marca/Modelo	BHIO SUPPLY
Quantidade Testada	01

Avaliação

Critério	Resultado
Conformidade Dimensional	☒ Sim ☐ Não
Qualidade Material	☐ Adequada ☒ Inadequada
Funcionalidade Clínica	☐ Adequada ☒ Inadequada
Conformidade com Descritivo	☒ Sim ☐ Não

Parecer Final

☒ **APROVADO** — Instrumental aprovado para fornecimento

☒ **REPROVADO** — Motivo:

↓ VALUUA DE SEGURANÇA É NÃO
EGUAL AO DADO COM PLATA MONES

Responsável: _____

Data: / /

18/02/20


RQE 17123/17665