



MEMORANDO SEI Nº 0018170337/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 28 de agosto de 2023.

À SAPLCT

Em atendimento aos Memorandos SAPLCT SEI nº 0017912982, 0018151874 e 0018152190, segue análise técnica das propostas apresentadas para os itens 5, 14, 15, 16 e 18:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.4- Prospecto/Ficha Técnica ou Print de tela	Questionamento	Parecer
5	912399 - ALÇA DE POLIPECTOMIA OVAL 13 a 15 MM ALÇA DE POLIPECTOMIA EM AÇO INOX, TIPO OVAL, MEDINDO 13MM A 15MM DE DIAMETRO DO LAÇO, PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8MM COM 230CM Á 240CM DE COMPRIMENTO ÚTIL, COM MANOPLA ACOPLADA, UTILIZADA EM RETIRADA DE POLIPOS EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E BAIXA, EMBALADOS EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO, DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, AUTOCLAVÁVEL	PC	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	ARGUS/AAC-2323OV15	De acordo	80393910028- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pág. 9	-----	Proposta classificada
14	912387 - PINÇA DE BIOPSIA FENESTRADO SEM AGULHA PINÇA DE BIOPSIA FENESTRADA SEM AGULHA PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM MATERIAL BIOCMPATÍVEL COM MANDÍBULA BASCULANTE, FENESTRADA SEM AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO ÚTIL DE 230 CM Á 240 CM, TAMANHO DE ABERTURA DA COPA DE NO MÍNIMO 7,8MM, TAMANHO MÍNIMO DO CANAL 2,8MM, AUTOCLAVÁVEL.	PC	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ARGUS/ PJA-C-2323-BO	De acordo	Dos registros anexados pela empresa não foi possível confirmar qual é referente ao item ofertado	Não apresentou	-----	Proposta reprovada , não atendeu ao item 8.10.4 do edital; as fichas técnicas anexadas pela empresa não contemplam o modelo PJA-C-2323-BO
15	912420 - PINÇA DE BIOPSIA FIBROBRONCOSCÓPIA PINÇA DE BIOPSIA FIBROBRONCOSCÓPIA EM MATERIAL BIOCMPATÍVEL, FENESTRADA, ABERTURA DA COPA	PC	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	ARGUS/ PJA-P-1818-BO	Indicou pinça para endoscopia flexível e comprimento de 180 cm	80393910021- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pág. 15	-----	A empresa ofertou pinça com comprimento de 180 cm, porém, o edital exige pinça para fibrobroncoscopia, que devem ter medidas menores, não sendo possível o aceite do item ofertado, pois o comprimento com

	4.0MM, COMPRIMENTO ÚTIL DE 105CM, TAMANHO MÍNIMO DO CANAL 2.0MM, AUTOCALVÁVEL.								diferença de 75 cm prejudica a realização dos procedimentos. Proposta reprovada.
16	912421 - PINÇA DE BIOPSIA MANDIBULA DE CROCODILO PINÇA DE BIOPSIA PARA FIBROBRONCOSCOPIA, EM MATERIAL BIOCMPATIVEL, COM MANDIBULA DE CROCODILO, DENTE DE RATO, FENESTRADA, COPA ALARGADA BASCULANTE, COMPRIMENTO 105CM, TAMANHO MINIMO DO CANAL 2.0MM, AUTOCLAVAVEL	PC	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ARGUS/ PJA-P1818-DJ	Indicou pinça com comprimento de 180 cm e o edital indica item com 105 cm	80393910021- - Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pág. 15		A empresa ofertou pinça com comprimento de 180 cm, porém, o edital exige pinça para fibrobroncoscopia, que devem ter medidas menores, não sendo possível o aceite do item ofertado, pois o comprimento com diferença de 75 cm prejudica a realização dos procedimentos. Proposta reprovada.
18	912394 - PINÇA RECUPERADORA DE CORPOS ESTRANHOS PARA COLONOSCOPIA PINÇA DE 5 PONTAS PARA CAPTURA DE CORPOS ESTRANHOS, EM MATERIAL BIOCMPATIVEL, COMPRIMENTO ÚTIL 230CM Á 240CM, COM ABERTURA DA COPA DE 20,0 MM, TAMANHO MINIMO DO CANAL 2,8MM, AUTOCLAVAVEL.	PC	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Argus/ PEF-A-C-2323-5P	De acordo, confirmou os questionamentos realizados na análise anterior.	80393910021- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pág. 6	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado possui abertura de copa de 20,0 mm.	Considerando: - A manifestação da empresa de que o item ofertado possui abertura de copa de 35,0 mm; - Que o anexo VI do edital prevê no subitem 6.1.1 que "As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência deverão ser igualadas, <u>como poderão ser superadas</u> , desde que sejam mantidas as exigências conceituais de padrão, desempenho e funcionalidades da solução" - E que a medida de 35,0 mm de copa não trás prejuízos à assistência, inclusive aprimoram a realização dos procedimentos, atendendo assim, as necessidades do Hospital Municipal São José; A proposta está aprovada por esta área técnica.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 05/09/2023, às 14:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018170337** e o código CRC **05EDB117**.