

MEMORANDO SEI Nº 25396962/2025 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 08 de maio de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **191/2025**.

Objeto: Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, em regime de consignação, para uso das especialidades de Cirurgia Geral e Exames Diagnósticos, para o Hospital Municipal São José.

Em atenção ao disposto no Memorando SEI Nº 25395329/2025 - SAP.LCT, informamos que os itens foram devidamente avaliados de acordo com o estabelecido no Edital SEI nº 0025095789. Assim, encaminhamos abaixo a análise dos documentos técnicos apresentados:

Lote	Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Verão	Avaliação Técnica
1	1	913702 - PINÇA BIPOLAR OU ULTRASSÔNICA PARA CIRÚRGIA ABERTA PINÇA PARA CIRÚRGIA ABERTA, COM ENERGIA BIPOLAR OU ULTRASSÔNICA COM SISTEMA DE SELAGEM E CORTE, SELAGEM DE VASOS DE CALIBRE DE 05MM A 07MM, COM MANDÍBULA RETA OU CURVA.	OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	LEPU	P23H5	PROPOSTA REPROVADA As documentações apresentadas apresentam material não compatível com o descritivo do edital, pois é contra indicado seu uso em vasos sanguíneos maiores que 5mm, pag 17 do anexo SEI nº 25391663, e o descritivo do item requer que o material seja utilizado em vasos de até 7mm.
1	2	910476 - PINÇA BIPOLAR P/ LAPAROSCOPIA RETA DELICADA PINÇA LAPAROSCOPIA DESCARTÁVEL, COM ENERGIA BIPOLAR OU ULTRASSÔNICA COM SISTEMA DE SELAGEM E CORTE, SELAGEM DE VASOS DE CALIBRE DE 05MM A 07MM, COM MANDÍBULA RETA OU CURVA.	OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	LEPU	P36H5	PROPOSTA REPROVADA As documentações apresentadas apresentam material não compatível com o descritivo do edital, pois é contra indicado seu uso em vasos sanguíneos maiores que 5mm, pag 17 do anexo SEI nº 25391663, e o descritivo do item requer que o material seja utilizado em vasos de até 7mm.
6		911013 - KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA CH 20 KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCOPICA ESTERIL CH 20 - CONTENDO: 1 CJ DE SONDA, 1 DISCO DE RETENÇÃO EXTERNA, 1 CONECTOR ESTERIL DE PORTA DUAL, 1 AGULHA 21GA, 1 AGULHA 25GA, 1 SERINGA, 1 LAMINA BISTURI Nº11, 1 CATETER COM AGULHA DE 18GA, 1 FIO GUIA COM LACO, 1 CAMPO CIRURGICO FENESTRADO, 1 FAIXA DE RETENÇÃO.	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	Fresenius	Fresenius	PROPOSTA REPROVADA Este item já foi analisado pela equipe médica deste hospital, sendo reprovado, conforme Anexo SEI nº 25396952.
7		910742 - CATETER PARA EMBOLECTOMIA A.V. 2F TIPO FOGARTY CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL (TIPO FOGARTY) CH 2. CATETER EXTRATOR DE ÊMBOLOS E TROMBOS ARTERIAIS, EM POLIURETANO FLEXÍVEL, COM BALÃO EM LÁTEX , GUARNIÇÃO DE LUER-LOCK EM PVC RÍGIDO, MANDRIL EM AÇO INOXIDÁVEL, RADIOPACO, GRADUADO, COMPRIMENTO DE 70 À 90 CM, COM IDENTIFICAÇÃO DO CH (CALIBRE) . ACOMPANHA SERINGA PARA INSUFLAÇÃO COMPATÍVEL E ADEQUADA À CAPACIDADE DO BALÃO, DESCARTÁVEL.EMBALAGEM	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	BCI Medical	BCI Medic al	PROPOSTA APROVADA As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido ser material

ESTERIL, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

já utilizado na casa conforme ATA de registro de Preços 1236453

Sem mais para o momento, permanecemos disponíveis para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Coordenador(a)**, em 08/05/2025, às 15:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25396962** e o código CRC **D6F6DE4E**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.051638-0

25396962v3