

## MEMORANDO SEI Nº 0024851833/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 17 de março de 2025.

À  
SAPLCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 071/2025.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenções aos documentos SEI nº 0024804580, 0024818522 e 0024829319, segues as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudos BFE- Para os itens 38 , 39/40, 41	8.10 c) Prospeto, Ficha Técnica/ Print de Tela	II - Amostra	Parecer
11	916909 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORCAO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 21,60 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%	UNID	SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Nobre/ Fortclean	De acordo	81474190006- Não foi possível confirmar a vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site da agência reguladora. Será conferido durante a análise das amostras.	-----	Apresentou.	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Há a necessidade de apresentar amostra.
12	916909 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORCAO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 21,60 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA	Bruna/Medi House	De acordo	10181820018- Não foi possível confirmar a vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site da agência reguladora. Será conferido durante a análise das amostras.	-----	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
14	916911 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORCAO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER	UNID	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MEDPOA	De acordo	10181829001- Não foi possível confirmar a vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site da agência reguladora. Será conferido durante a	-----	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.

	DEFEITOS C/ PESO MINIMO 32,50 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.					análise das amostras.				
15	916912 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 20 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, TAMANHO 20 CM X 1,8 M EM REPOSUSO, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 42 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%	UNID	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT	TEXPHARMA	Não apresentou a proposta para o item 15	Não analisado	-----	Não analisado	EXIGE	Na proposta apresentada pela empresa não consta o item 15, havendo a necessidade de ajustar a proposta e apresentação do registro Anvisa e também anexar prospeto, ficha técnica ou print de tela do produto ofertado.
28	9422 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Principal	Unidade	54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO	AMÉDICA	De acordo	82263440010- Não foi possível confirmar a vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site da agência reguladora. Será conferido durante a análise das amostras.	-----	Apresentou.	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
29	29855 - AVENTAL CIRURGICO IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA (ACEITA-SE ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL); DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL (COM FILME IMPERMEÁVEL), GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 150 CM. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DE NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%	Unidade	ADL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDIX	De acordo	80495510109- Não foi possível confirmar a vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site da agência reguladora. Será conferido durante a análise das amostras.	-----	Apresentou. O Prospecto constante na página 5 do SEI nº 0024802592 descreve "Dimensões: 100±5cm altura x 130±5cm largura"; o edital exige "medidas mínimas: altura 110 cm x largura 150 cm".	EXIGE	Prospecto SEI nº 0024802592 pag 5 descreve "Dimensões: 100±5cm altura x 130±5cm largura"; edital exige "medidas mínimas: altura 110 cm x largura 150 cm".  Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme as medidas do avental ofertado.  Caso informe medidas de acordo com o edital, haverá a necessidade de apresentar documentação comprobatória.

30	29855 - AVENTAL CIRURGICO IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA (ACEITA-SE ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL); DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL (COM FILME IMPERMEÁVEL), GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 150 CM. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DE NF DE ENTREGA. - Cota Principal	Unidade	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	GOLDMED 81721340001	De acordo	81721340001- Não foi possível confirmar a vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site da agência reguladora. Será conferido durante a análise das amostras.	-----	Apresentou.	EXIGE	Prospecto descreve várias medidas possíveis para o avental; também não trás informações acerca do filme impermeável.  Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe:  1- O avental ofertado possui filme impermeável?  2- Qual a medida do avental ofertado?
31	29856 - AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA PARA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO (TNT OU 100% POLIPROPILENO), GRAMATURA MÍNIMA 40 G/M² (ESPECIFICADA NO ROTULO) ATOXICO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE, CONFORTÁVEL, MALEÁVEL, SEM MANGA, COR CLARA, MODELO ADULTO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 120 CM X LARGURA 150 CM (EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL); FECHAMENTO COM DUAS TIRAS SOLDADAS OU COSTURADAS NA ALTURA DA CINTURA DO AVENTAL; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DE NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%	Unidade	MEDMED COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	DEJAMARO	De acordo	81605660002- Não foi possível confirmar a vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site da agência reguladora. Será conferido durante a análise das amostras.	-----	Apresentou.  Prospecto não descreve medidas e gramatura do item - SEI nº 0024802642 pág 12; edital exige " gramatura mínima 40 g/m² (especificada no rótulo)" e "medidas mínimas: altura 120 cm x largura 150 cm (em toda a extensão do avental)".	EXIGE	Prospecto não informa medidas e gramatura do avental ofertado.  Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital:  1. Gramatura mínima 40 g/m² (especificada no rótulo);  2. Medidas mínimas: altura 120 cm x largura 150 cm (em toda a extensão do avental).  Haverá a necessidade de apresentar amostras.
32	29856 - AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA PARA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO (TNT OU 100% POLIPROPILENO), GRAMATURA MÍNIMA 40 G/M² (ESPECIFICADA NO ROTULO) ATOXICO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE, CONFORTÁVEL, MALEÁVEL, SEM MANGA, COR CLARA, MODELO ADULTO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 120 CM X LARGURA 150 CM (EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL); FECHAMENTO COM DUAS TIRAS SOLDADAS OU COSTURADAS NA ALTURA DA CINTURA DO AVENTAL; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DE NF DE ENTREGA. - Cota Principal	Unidade	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Protector	De acordo	81004770010- Não foi possível confirmar a vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site da agência reguladora. Será conferido durante a análise das amostras.	-----	Apresentou.  Prospecto não descreve medidas e gramatura do item - SEI nº 0024802737 pág 3; edital exige " gramatura mínima 40 g/m² (especificada no rótulo)" e "medidas mínimas: altura 120 cm x largura 150 cm (em toda a extensão do avental)".	EXIGE	Prospecto não informa medidas e gramatura do avental ofertado.  Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital:  1. Gramatura mínima 40 g/m² (especificada no rótulo);  2. Medidas mínimas: altura 120 cm x largura 150 cm (em toda a extensão do avental).  Haverá a necessidade de apresentar amostras.
33	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, COR CLARA. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO	Unidade	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS LT	LAVIE	De acordo	82904230006- Não foi possível confirmar a vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site da agência reguladora. Será conferido	-----	Apresentou.	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.

	EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140 CM. POSSUI REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Cota Reservada até 25%					durante a análise das amostras.				
34	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, COR CLARA. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140 CM. POSSUI REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Cota Principal	Unidade	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT	LAVIE	Não apresentou a proposta para o item 34.	82904230006- Não foi possível confirmar a vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site da agência reguladora. Será conferido durante a análise das amostras.	-----	Apresentou.	EXIGE	Na proposta apresentada pela empresa não consta o item 34, porém, a empresa apresentou proposta para o item 33 (cota reservada). Há a necessidade da empresa atualizar a proposta inserindo o item 34. O prospecto e o registro Anvisa foram analisados juntamente com o item 33.
35	42284 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ISOLAMENTO USO EM ISOLAMENTO; CONFECCIONADO EM TECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTOMÉDICO-HOSPITALAR, HIDRORREPELENTE, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 50G/M2; MANGAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, PUNHOS EM ELÁSTICO; ABERTURA NA PARTE POSTERIOR; DOTADO DE NO MÍNIMO 2 PARES DE TIRAS PARA AMARRAÇÃO; TAMANHO MÍNIMO: LARGURA 140 CM X ALTURA 120 CM; ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES E BORDAS; FORNECIDO EM EMBALAGEM COM ATÉ 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, LOTE E FABRICANTE. - Cota Reservada até 25%	Unidade	PETINELI & PETINELI COMERCIO LTDA.	UNICARE	De acordo	83010510013- Não foi possível confirmar a vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site da agência reguladora. Será conferido durante a análise das amostras.	-----	Apresentou.	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
36	42284 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ISOLAMENTO USO EM ISOLAMENTO; CONFECCIONADO EM TECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTOMÉDICO-HOSPITALAR, HIDRORREPELENTE, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 50G/M2; MANGAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, PUNHOS EM ELÁSTICO; ABERTURA NA PARTE POSTERIOR; DOTADO DE NO MÍNIMO 2 PARES DE TIRAS PARA AMARRAÇÃO; TAMANHO MÍNIMO: LARGURA 140 CM X ALTURA 120 CM; ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES E BORDAS; FORNECIDO EM EMBALAGEM COM ATÉ 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, LOTE E FABRICANTE.	Unidade	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	UNICARE	De acordo	83010510013- Não foi possível confirmar a vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site da agência reguladora. Será conferido durante a análise das amostras.	-----	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.

46	912974 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 2 UNIDADES COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO MEDINDO NO MINIMO 25X28CM PRE-ENCOLHIDO, CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO QUADRUPLO SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS.COM NO MINIMO 20 GRAMAS POR UNIDADE E FILAMENTO RADIOPACO. POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTO DAS LATERAIS E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM FORMA DE CADARCO DUPLO FORMANDO UMA ALCA. A COMPRESSA DEVE SER ISENTA DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES OPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS EM PACOTES DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO CONTENDO 2 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICACOES DA NBR14.767.	PCT	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	ORTOFEN/ ORTOM IND	De acordo	80205290009- Não foi possível confirmar a vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site da agência reguladora. Será conferido durante a análise das amostras.	-----	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
50	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO COM 8 CAMADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 91CM X 91M, 3 DOBRAS, 13 FIOSC M², 100 ALGODAO, PESO APROXIMADO DE 1.650 GR/ROLO, COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, NAO ESTERIL, DOBRAS LATERAIS PARA DENTRO, E SEM DESFILAMENTO, EMBALAGEM EM ROLO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA E ATENDER AS NORMAS NBR 14108. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%	UNID	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AMED N A T A L Y S O F T	Proposta descreve "medindo 10 X 10cm"; edital exige "91cm X 91m"; proposta descreve "pacotes com 10 unidades"; edital exige "peso aproximado de 1.650 gr/rolo".	81481900004- Não foi possível confirmar a vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site da agência reguladora. Será conferido durante a análise das amostras.	-----	Apresentou.	EXIGE	Proposta descreve "medindo 10 X 10cm"; edital exige "91cm X 91m"; proposta descreve "pacotes com 10 unidades"; edital exige "peso aproximado de 1.650 gr/rolo".  Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme se a descrição do item ofertado.
51	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO COM 8 CAMADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 91CM X 91M, 3 DOBRAS, 13 FIOSC M², 100 ALGODAO, PESO APROXIMADO DE 1.650 GR/ROLO, COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, NAO ESTERIL, DOBRAS LATERAIS PARA DENTRO, E SEM DESFILAMENTO, EMBALAGEM EM ROLO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA E ATENDER AS NORMAS NBR 14108. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Principal	UNID	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	AMED	Proposta descreve "medindo 10 X 10cm"; edital exige "91cm X 91m"; proposta descreve "pacotes com 10 unidades"; edital exige "peso aproximado de 1.650 gr/rolo".	81481900004- Não foi possível confirmar a vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site da agência reguladora. Será conferido durante a análise das amostras.	-----	Apresentou.	EXIGE	Proposta descreve "medindo 10 X 10cm"; edital exige "91cm X 91m"; proposta descreve "pacotes com 10 unidades"; edital exige "peso aproximado de 1.650 gr/rolo".  Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme se a descrição do item ofertado.
57	909690 - COMPRESSA GAZE HIDROFILA 10 CM X 10 CM 13 FIOS COM 500 PEÇAS COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 10CM X10CM 13 FIOS - CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA, COM OITO CAMADAS E CINCO DOBRAS. ALVEJADAS E PURIFICADAS. ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. DEVEM POSSUIR DOBRAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR DESFIAMENTO. ALTA	PCT	COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA	MEDI HOUSE	De acordo	10181829019- Não foi possível confirmar a vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site da agência reguladora. Será conferido durante a análise das amostras.	-----	Apresentou.	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.

	CAPACIDADE DE ABSORSAO. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TECNICO.PACOTE COM 500 UNIDADES - Cota Principal									
58	916946 - COMPRESSA GAZE TAMANHO 7,5 X 7,5 CM 500 PECAS NAO ESTERIL, HIDROFILA, FECHADA 7,5 CM X 7,5 CM, DENSIDADE 13 FIOS/CM², PESO MINIMO 490 GR POR PACOTE, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, TAMANHO ABERTA 15 CM X 30 CM, EM TECIDO 100% ALGODAO TIPO TELA, ALTAMENTE ABSORVENTE ISENTA DE AMIDO, IMPUREZAS E ALVEJANTES OPTICOS, COR BRANCA, POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO EVITANDO DESFILAMENTO, APRESENTACAO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 UNIDADES CONTENDO IDENTIFICACAO, FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA, ATENDER NORMAS NBR 13843. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PCT	ODONTOMED CANAA LTDA	Serrana	De acordo	80773020010- Não foi possível confirmar a vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site da agência reguladora. Será conferido durante a análise das amostras.	-----	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
67	917116 - LENCOL DE TNT DESCARTAVEL COM ELASTICO COR BRANCO CONFECCIONADO EM TNT, 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 30 GR/M², TAMANHO MINIMO 0,90 CM X 2,00 M, COM ELASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM NO MAXIMO 10 PECAS, CONSTANDO DATA DE FABRICACAO LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. ALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%	UNID	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	anadona soft/ anadona	De acordo	80175340005- Não foi possível confirmar a vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site da agência reguladora. Será conferido durante a análise das amostras.	-----	Apresentou. Prospecto não descreve gramatura do item; edital exige "gramatura 30 gr/m²"; prospecto descreve "com e sem elástico"; edital exige "com elástico"; prospecto descreve "tamanhos: 2,00mX0,90m, 2,20mX0,90m e 2,20mX1,40m"; edital exige "tamanho mínimo 0,90 cm x 2,00 m".	-----	Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital:  1. Gramatura 30 gr/m²; 2. Tamanho mínimo 0,90 cm x 2,00 m; 3. Com elástico.
68	917116 - LENCOL DE TNT DESCARTAVEL COM ELASTICO COR BRANCO CONFECCIONADO EM TNT, 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 30 GR/M², TAMANHO MINIMO 0,90 CM X 2,00 M, COM ELASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM NO MAXIMO 10 PECAS, CONSTANDO DATA DE FABRICACAO LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. ALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Principal	UNID	INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	INFINITI	Proposta descreve "gramatura: cerca de 30g/ m², dimensões: cerca de 180 x 220 cm".	Não apresentou.	-----	Não apresentou.	-----	Para continuidade da análise, solicitamos a apresentação dos documentos exigidos nos itens 8.10 (Registro ANVISA) e 8.10 c (Prospecto, Ficha Técnica/ Print de Tela) do edital.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 17/03/2025, às 16:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joiville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024851833** e o código CRC **317ABC7E**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joiville.sc.gov.br](http://www.joiville.sc.gov.br)

24.0.254207-6

0024851833v27