

MEMORANDO SEI Nº 28100714/2026 - SES.UAD.ACM

Joinville, 16 de janeiro de 2026.

À

SAP.LCT

Assunto: Informações acerca das análises de amostras- Pregão Eletrônico **436/2025**.

Objeto: Aquisição de Insumos para Infusão

Seguem as informações das amostras já analisadas nesta Secretaria da Saúde:

Empresa	Item	Informação
VITAL & LS HOSPITALAR LTDA.	36 - INFUSOR 2 VIAS	Amostra aprovada conforme Análise de amostra SEI nº 28100707.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 16/01/2026, às 14:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28100714** e o código CRC **A89638E2**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.200744-0

28100714v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 436/2025.

ITEM: 36

46149 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM CONECTOR DISTAL LUER LOCK POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FÊMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS, TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MÍNIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cota Reservada até 25%

FORNECEDOR: VITAL & LS HOSPITALAR LTDA

Marca: MP HOSPITALAR

LOTE: 2510202

REGISTRO (ANVISA): 80305560036

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: abertura em pétala, qualidade da embalagem dentro do esperado

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRIPTIVO

Apontamentos: dispositivo e embalagem condiz com o descriptivo e apresenta adicional de duas tampas mocha.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: atende as necessidades, material resistente, clamp funciona com qualidade

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: atende as necessidades.


Jaiane de Souza Kochanowsk
COREN-SC 839616-ENF

DATA: 15/01/2026

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO