

MEMORANDO SEI Nº 25499595/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 19 de maio de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 149/2025**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos)

Encaminhamos as informações das análises das amostras já finalizadas:

Item	Material/Serviço	Empresa	Parecer
49	909488 - LAMINA OFTALMO 2,75GRAUS	AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Amostra aprovada conforme SEI nº 25499161

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 19/05/2025, às 09:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25499595** e o código CRC **7532F317**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.023330-2

25499595v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 149/2025

ITEM: 49

909488 - LAMINA OFTALMO 2,75GRAUS LAMINA OFTALMO 2,75 GRAUS CONFECCIONADA EM ACO INOX E HASTE EM MATERIAL PLASTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO ANVISA.

FORNECEDOR: AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

MARCA: ACUTE SURGICAL / INDIA R I 27 SBU

LOTE: P12/24

REGISTRO (ANVISA): 80320680064

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Embalagem em bom estado

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Lamina com 2 Facetas contantes e 1 perfurante

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 07/05/25

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Dr. Vinicius Cibral Correa
Oftalmologista
CRM SC 203931
RDE 23128