

Marcio Haverroth

De: Aline <aline@heramedical.com.br>
Enviado: Sex 26/01/2018 15:11
Para: Suprimentos Saude <suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>
CC: 'Hera Medical/Carla' <carla@heramedical.com.br>
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO
Modificado: Sex 26/01/2018 16:18

Boa tarde,

Gostaria de solicitar esclarecimento referente ao item 02 do PE 21/2018 Aquisição de Materiais Médicos (materiais para hemodiálise e cirurgias urológicas) para o Hospital

Municipal São José.

O descritivo solicita:

EVACUADOR DE ELLIK - PARA
CIRURGIAS UROLOGICAS DESCARTAVEL
EVACUADOR DE ELLIK COMPLETO, PARA
CIRURGIAS UROLOGICAS, FABRICADO EM
ACRÍLICO, PARA ADAPTAR EM CAMISA
COMPATIVEL COM A MARCA KARL
STORZ.PRODUTO ESTERIL E DE USO
UNICO.EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICACAO, REGISTRO NA ANVISA E
RESPONSAVEL TECNICO.



Porem a solicitação especifica de um produto fabricado em acrílico restringe a participação de outros fabricantes, exemplo: nosso produto é fabricado em Policarbonato (Garrafa e Reservatório), Silicone (Bulbo) e Plástico PVC - Policloreto de Vinila (Mangueiras plásticas) um material superior ao solicitado que também é compatível com Karl Storz. Gostaríamos de saber se podemos ofertar um produto de outro material que atenda na integra as necessidades do hospital.


Agradecemos a atenção e ficamos no aguardo de um retorno.

Atenciosamente.



Aline Machado

  48 99183-9165 / 48 3091-1174

 aline@heramedical.com.br

Hera Medical Representações, Comércio e Serviços
Rua Bias Peixoto, 200 - Sala 01 - Abraão
Florianópolis/SC - CEP: 88085-480