



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0013083587/2022 - HMSJ.DNIR.ALA

Joinville, 31 de maio de 2022.

À
SAP.UPR
Sr. Marcio Haverroth

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **189/2022**

Prezado,

Considerando análise técnica, encaminhamos Parecer Técnico, Item 10(0013081406), Item 9(0013081456), Item 5(0013081489), Item 15(0013082527) e Item 14(0013082556).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Simone Sabel Zabel, Coordenador (a)**, em 31/05/2022, às 11:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013083587** e o código CRC **1B22DA6D**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro an - CEP 89202-000 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0013085955/2022 - SES.UFL.LAB

Joinville, 31 de maio de 2022.

À SAP.UPR

Pregoeiro Marcio Haverroth

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico SRP nº 189/2022

Objeto: Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Agulhas/Tubos) para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.

Prezado,

Em atenção à Convocação 0012979409, informamos que a empresa **BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA** entregou as amostras referente ao **item 12** do Edital 0012060638 dentro do prazo estabelecido no item 12.3 deste Edital. As amostras foram validadas e **APROVADAS** pela equipe técnica do Laboratório Municipal, conforme Parecer Técnico 0013085367;

Informamos ainda que, o Laboratório Municipal não recebeu as amostras da empresa **OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.** referente ao **item 3** do Edital 0012060638;

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ana Claudia Frantz Schuch, Coordenador (a)**, em 31/05/2022, às 16:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013085955** e o código CRC **22A088F4**.

Joinville, 30 de maio de 2022.

PARECER TÉCNICO Nº 03/2022

Produto: Tubos de Coleta de Sangue a vácuo de plástico – Fluoreto Item: 5 (4mL)

Marca: NEOVACCUM I

Registro MS: 81140320019

Fabricante: CML BIOTECH(P) LTD. - ÍNDIA

Lote: SP20V0401

Validade: 11/2022

Setor Avaliador: Coleta

Período: maio/2022


1. A apresentação da embalagem contém as informações sobre: conteúdo, fabricante, lote, referência, validade, concentração?
 SIM () NÃO
2. A apresentação da embalagem mantém a integridade do material?
 SIM NÃO
3. As características físicas do produto estão adequadas?
 SIM NÃO
4. A borracha veda adequadamente o tubo?
 SIM NÃO
5. Tem registro na ANVISA?
 SIM () NÃO
6. A borracha é adequada para perfurar com agulha de coleta a vácuo?
 SIM NÃO


Resultados da Avaliação : () Aprovado () Reprovado

Avaliadores:

Ana Cristina Porto Marçal Borges de Oliveira, matrícula: 92622;

Tânia Mara da Costa, matrícula: 81700;


Simone Sabel Zabel
Coordenação do Laboratório do
Hospital São José


Itamar Gazzoni
Responsável Técnico do Laboratório do
Hospital São José

Rua Dr. Plácido Gomes, 488 – Anita Garibaldi - 89202-000

Contato: (47) 3441-6646

www.joinville.sc.gov.br

Joinville, 30 de maio de 2022.

PARECER TÉCNICO Nº 02/2022

Produto: Tubos de Coleta de Sangue a vácuo de plástico – EDTA K3 Item:9 (2mL)

Marca: NEOVACCUM I

Registro MS: 81140320019

Fabricante: CML BIOTECH(P) LTD. - ÍNDIA

Lote: EK21V0205

Validade: 03/2023

Setor Avaliador: Coleta

Período: maio/2022


1. A apresentação da embalagem contém as informações sobre: conteúdo, fabricante, lote, referência, validade, concentração?
2. SIM NÃO
3. A apresentação da embalagem mantém a integridade do material?
4. SIM NÃO
5. As características físicas do produto estão adequadas?
6. SIM NÃO
7. A borracha veda adequadamente o tubo?
8. SIM NÃO
9. Tem registro na ANVISA?
10. SIM NÃO
11. A borracha é adequada para perfurar com agulha de coleta a vácuo?
12. SIM NÃO


Resultados da Avaliação : Aprovado Reprovado

Avaliadores:

Ana Cristina Porto Marçal Borges de Oliveira, matrícula: 92622;

Tânia Mara da Costa, matrícula: 81700;


Simone Sabel Zabel
Coordenação do Laboratório do
Hospital São José


Itamar Gazzoni
Responsável Técnico do Laboratório do
Hospital São José

Rua Dr. Plácido Gomes, 488 – Anita Garibaldi - 89202-000

Contato: (47) 3441-6646

www.joinville.sc.gov.br

Joinville, 30 de maio de 2022.

PARECER TÉCNICO Nº 01/2022

Produto: Tubos de Coleta de Sangue a vácuo de plástico – EDTA K3 Item:10 (4mL)

Marca: NEOVACCUM I

Registro MS: 81140320019

Fabricante: CML BIOTECH(P) LTD. - ÍNDIA

Lote: EK21V0407

Validade: 06/2023

Sector Avaliador: Coleta

Período: maio/2022


1. A apresentação da embalagem contém as informações sobre: conteúdo, fabricante, lote, referência, validade, concentração?
 SIM NÃO
2. A apresentação da embalagem mantém a integridade do material?
 SIM NÃO
3. As características físicas do produto estão adequadas?
 SIM NÃO
4. A borracha veda adequadamente o tubo?
 SIM NÃO
5. Tem registro na ANVISA?
 SIM NÃO
6. A borracha é adequada para perfurar com agulha de coleta a vácuo?
 SIM NÃO


Resultados da Avaliação : Aprovado Reprovado

Avaliadores:

Ana Cristina Porto Marçal Borges de Oliveira, matrícula: 92622;

Tânia Mara da Costa, matrícula: 81700;


Simone Sabel Zabel
Coordenação do Laboratório do
Hospital São José


Itamar Gazzoni
Responsável Técnico do Laboratório do
Hospital São José

Rua Dr. Plácido Gomes, 488 – Anita Garibaldi - 89202-000

Contato: (47) 3441-6646

www.joinville.sc.gov.br

PARECER TÉCNICO 004/2022

Material: TUBO DE DESCARTE SEM ADITIVO A VÁCUO 4 ML

Quantidade Enviada: 100

Marca: BD VACUTAINER

Lote: 2090411

Validade: 30/09/2023

Setor Avaliador: Coleta

Período da Avaliação: Maio/22

1. As características físicas do material está de acordo com o padrão?

SIM () NÃO

2. A tampa veda bem?

SIM () NÃO () NÃO SE APLICA

3. Tamanho da boca do Tubo facilita o ato de desprezar o material?

SIM () NÃO () NÃO SE APLICA

4. Recipiente tem marca para orientar o volume mínimo e máximo de preenchimento?

SIM () NÃO () NÃO SE APLICA

5. Boa visualização do material?

SIM () NÃO

6. É de material resistente?

SIM () NÃO

7. Boa segurança no manuseio?

SIM () NÃO

Ana Cláudia Frantz Schuch
Responsável Técnica - CRF/SC 8216
Coordenação
LABORATÓRIO MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ana Cláudia Frantz Schuch

Farmacêutica-bioquímica

Coordenação e Responsável Técnica

Avaliação: Aprovado
() Reprovado

Laboratório Municipal
Rua Itajaí, 268 – Centro – 89201-090
Contato: (47) 3481-7050 / 3481-7060 / 3481-7070

Joinville, 31 de maio de 2022.

PARECER TÉCNICO Nº 04/2022

Produto: Coletor Rígido para Perfurocortantes, Item 14

Marca: BLUMEDICA PRODUTOS MÉDICOS E CRÚRGICOS LTDA

Registro ANVISA: 10369460027

Fabricante: Cixi City Leinuo Plastic

Lote: 22DMG005

Validade: 10/01/2032

Setor Avaliador: Coleta e área técnica

Período: maio/2022

1. A apresentação da embalagem contém as informações sobre: conteúdo, fabricante, lote, referência, validade, concentração?
(x) SIM () NÃO
2. A apresentação da embalagem mantém a integridade do material?
(x) SIM () NÃO
3. As características físicas do produto estão adequadas?
(x) SIM () NÃO
4. Tem registro na ANVISA?
(x) SIM () NÃO

Resultados da Avaliação : (x) Aprovado () Reprovado


Avaliadores:

JULIANA TORQUATTO ALBERTON, matrícula: 52564

Juliana Torquatto Alberton

BEATRIZ ARAUJO DE CASTRO SILVA, matrícula: 96722

Beatriz Araujo de Castro Silva



Simone Sabel Zabel
Coordenação do Laboratório do
Hospital São José

Joinville, 31 de maio de 2022.

PARECER TÉCNICO Nº 05/2022

Produto: Coletor Rígido para Perfurocortantes, Item 15

Marca: VACUPLAST

Registro ANVISA: 10379860235

Fabricante: NINGHAI REAL PLASTIC MOULD CO. LTD

Lote: 10122020

Validade: Indeterminada

Setor Avaliador: Coleta e área técnica

Período: maio/2022

1. A apresentação da embalagem contém as informações sobre: fabricante, lote, referência, validade?
(x) SIM () NÃO
2. A apresentação da embalagem mantém a integridade do material?
(x) SIM () NÃO
3. As características físicas do produto estão adequadas?
(x) SIM () NÃO
4. Tem registro na ANVISA?
(x) SIM () NÃO

Resultados da Avaliação : (x) Aprovado () Reprovado


Avaliadores:

JULIANA TORQUATTO ALBERTON, matrícula: 52564

Juliana Torquatto Alberton

BEATRIZ ARAUJO DE CASTRO SILVA, matrícula: 96722

Beatriz Araujo de Castro Silva



Simone Sabel Zabel
Coordenação do Laboratório do
Hospital São José

Rua Dr. Plácido Gomes, 488 – Anita Garibaldi - 89202-000
Contato: (47) 3441-6646
www.joinville.sc.gov.br