



**MEMORANDO SEI Nº 0024680602/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 27 de fevereiro de 2025.

À  
SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **012/2025**.

**Objeto:** Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar.

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024680468), segue a análise solicitada:

| Item             | Material/Serviço | Unid. medida  | Fornecedor | Marca                                 | Proposta de acordo com o edital? | 8.10.1- Registro Anvisa                   | 8.10.2- Prospecto/ ficha técnica/ Imagem de site (print de tela) | Parecer   |   |
|------------------|------------------|---|------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|
| L<br>O<br>T<br>E | 1                | 909402 - RESERVATORIO DE O2 P/REANIMADOR MANUAL ADULTO (SIL RESERVATORIO DE OXIGENIO PARA REANIMADOR MANUAL ADULTO EM SILICONE. | PC         | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA | HOSPICENTER                      | Indicou na proposta "modelo: PVC Adulto". | Registro 81766600041 vigente, confirmado no portal da Anvisa     | Apresentou. Ficha técnica indica "disponível com reservatório | O edital exige reservatório em silicone. A Ficha técnica indica |

|   |  |    |                                       |             |   |  |                      |  |
|---|--|----|---------------------------------------|-------------|---|--|----------------------|--|
| 1 |  |    |                                       |             |   |  | em silicone ou PVC." | "disponível com reservatório em silicone ou PVC", porém, na proposta a empresa informou "modelo: PVC Adulto". Proposta reprovada por ofertar item que não atende na íntegra as exigências do edital. |
| 2 | 910447 - RESSUSCITADOR O2 ADULTO SILICONE C/RESERVATORIO RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO - CONSTITUIDO DE: MASCARA FACIAL EM SILICONE, VALVULA UNIDIRECIONAL COM MECANISMO INTERNO EM SILICONE, BALAO DE VENTILACAO EM SILICONE COM VOLUME INTERNO APROXIMADO DE 1500ML, VALVULA DO BALAO RESERVATORIO DE O2 REMOVIVEL EM MATERIAL DE VINIL COM VOLUME DE 2500ML. EXTENSÃO EM PVC COM NO MÍNIMO 1,5 M, COM UMA DAS EXTREMIDADES EM ROSCA PADRÃO VERDE PARA SER CONECTADO DIRETAMENTE NA REDE DE OXIGENIO E NA OUTRA EXTREMIDADE COM BICO SLIP. | PC | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA | HOSPICENTER | Indicou na proposta "modelo: PVC Adulto". | Registro 81766600041 vigente, confirmado no portal da Anvisa | Apresentou           | Proposta reprovada por ofertar no Lote item que não atende as exigências do edital.  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TODOS OS COMPONENTES DEVERAO SER DESMONTAVEIS, PERMITINDO A LIMPEZA E REPROCESSAMENTO POR ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE, COM EXCECAO DO BALAO RESERVATORIO DE O2 E A EXTENSÃO DE OXIGENIO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 27/02/2025, às 16:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024680602** e o código CRC **AE4B43FD**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.279266-8

0024680602v4