



MEMORANDO SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO

Joinville, 14 de dezembro de 2023.

À
SAPLCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 427/2023.**Objeto:** Aquisição de materiais odontológicos para restauração.

Prezado(a) Senhor(a),

Em resposta ao memorando SEI 0019516604, venho por meio deste, encaminhar nossa análise quanto aos materiais constantes na tabela abaixo:

Segue a lista de item por empresa, constituída com o descritivo do Anexo I do Edital:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quanto ao descritivo	Fornecedor	Marca	Apresentação de Prospecto/Ficha técnica	Registro na Anvisa	Resultado

2	18433 - ADESIVO ESMALTE/DENTINA SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, INGREDIENTES ATIVOS: MDP (10-METACRILÓILOXIDECIL DIHIDROGÊNIO FOSFATO), MONÔMEROS METACRÍLICOS, FOTOINICIADORES, CO-INICIADORES E ESTABILIZANTE. INGREDIENTES INATIVOS: CARGA INERTE (NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA), VEÍCULO (ETANOL) E ÁGUA. FOTOPOLIMERIZÁVEL EM 15 SEGUNDOS. APRESENTAÇÃO EM FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 5 ML COM VEDAÇÃO CONFIÁVEL QUE PREVINA VAZAMENTOS, TAMPA "FLIP TOP". EMBALAGEM UNITÁRIA E SEGURA.	Frasco	De acordo com o Edital	THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA	FGM	Apresentou ficha técnica de acordo com o Edital	Vigente, conforme consulta ao portal Anvisa	Aprovado
6	18301 - BANDA MATRIZ DE AÇO 0.05 X 5 X 500 MM MATRIZ RÍGIDA, INDEFORMÁVEL, PARA USO EM PORTA MATRIZ, ADAPTAÇÃO CERVICAL, SEM SOFRER DEFORMAÇÃO/CONDENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM ESTOJO PLÁSTICO EM FORMA DE ROLO.	Unidade	De acordo com o Edital	JULIANO DE COSTA LTDA	PREVEN	Apresentou prospecto de acordo com o Edital	Vigente, conforme consulta ao portal Anvisa	Aprovado
7	18302 - BANDA MATRIZ DE AÇO 0.05 X 7 X 500 MM MATRIZ RÍGIDA, INDEFORMÁVEL, PARA USO EM PORTA MATRIZ, ADAPTAÇÃO CERVICAL, SEM SOFRER DEFORMAÇÃO/CONDENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM ESTOJO PLÁSTICO EM FORMA DE ROLO.	Unidade	De acordo com o Edital	JULIANO DE COSTA LTDA	PREVEN	Apresentou prospecto de acordo com o Edital	Vigente, conforme consulta ao portal Anvisa	Aprovado
8	22945 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO, RADIOPACO, KIT CONTENDO	KIT	De acordo com o Edital	ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Maxxion C / FGM Dentscare	Apresentou ficha técnica de acordo com o Edital	Vigente, conforme consulta ao portal Anvisa	Aprovado

	LÍQUIDO FRASCO COM NO MÍNIMO 10 ML, E PO 15 GR. PÓ: VIDRO DE FLUOR ALUMÍNIO SILICATO DE CÁLCIO. IONÔMERO LÍQUIDO: ÁCIDO POLIACRÍLICO, ÁCIDO TARTÁRICO E ÁCIDO ITACÔNICO, ÁGUA PURIFICADA. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.			ODONTOLOGICOS LTDA				
9	22946 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO CONDENSÁVEL, ADEQUADO A TODOS OS TIPOS DE CAVIDADE E COMPATÍVEL COM TODOS OS MATERIAIS RESTAURADORES DEFINITIVOS, FÁCIL MISTURA E COM TEMPO DE PRESA TOTAL ATE 4 MINUTOS A PARTIR DA AGLUTINAÇÃO INICIAL DO MATERIAL, RADIOPACO. COMPOSIÇÃO: PÓ CONSTITUÍDO ESSENCIALMENTE DE VIDRO DE FLUORSILICATO DE ALUMÍNIO, FRASCO COM NO MÍNIMO 10 GR. COMPOSIÇÃO: LÍQUIDO: ÁCIDO TARTÁRICO, ÁCIDO POLIACRÍLICO, FRASCO COM NO MÍNIMO 8 ML. ACONDICIONA EM EMBALAGEM SEGURA CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.	KIT	De acordo com o Edital	ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Maxxion R / FGM Dentscare	Apresentou ficha técnica de acordo com o Edital	Vigente, conforme consulta ao portal Anvisa	Aprovado

10	918681 - CIMENTO ENDODONTICO USO ODONTOLOGICO, RADIOPACO, COMPOSTO POR LIQUIDO 10 ML E PO 12 GR. ACONDICIONADO EM FRASCO SEGURO CONSTADO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	KIT	De acordo com o Edital	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	Biodinâmica	Apresentou ficha técnica e prospecto de acordo com o Edital	Vigente, conforme consulta ao portal Anvisa	Aprovado
11	918008 - CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO EM PASTA RADIOPACO, KIT COM 01 TUBO DE PASTA BASE COM 13 GR, 01 TUBO DE PASTA CATALIZADORA COM 11 GR, 01 BLOCO PARA MISTURA, PARA USO EM FORRAMENTO DE CAVIDADES DENTARIAS, EMBALAGEM SEGURA, CONSTADO DADOS DE FABRICACAO, LOTE VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	KIT	De acordo com o Edital	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	Maquira	Apresentou ficha técnica e prospecto de acordo com o Edital	Registro 80322400125 vigente com Medida Cautelar de 31/08/2023 para recolhimento/Suspensão: Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso, para os lotes: lote 857621 (validade 11/2024), lote 089522 (validade 02/2025) e lote 689922 (validade 10/2025),	Aprovação condicionada a confirmação de que a empresa não entregara produtos com os lotes suspensos
12	26220 - VERNIZ COM FLÚOR VERNIZ DE USO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DE SECAGEM RÁPIDA, CONTENDO FLÚOR A MÍNIMO 5%, IMPREGNAÇÃO PROFUNDA, BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS, SOLVENTE ALCOOL ETÍLICO, BOA ADERÊNCIA AO ESMALTE, IMPERMEABILIDADE, ISOLAMENTO DO DENTE. KIT CONTENDO 1 FRASCO DE 10 ML DE FLÚOR E 1 FRASCO DE 10 ML DE SOLVENTE.	KIT	De acordo com o Edital	ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Duoflorid / FGM Dentscare	Apresentou ficha técnica/prospecto de acordo com o Edital	Vigente, conforme consulta ao portal Anvisa	Aprovado

14	25782 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. PURO, SOLUVEL EM ÁGUA E PROPILENO-GLICOL, ACONDICIONADO EM FRASCO SEGURO COM MÍNIMO 10 G. EMBALAGEM SEGURA, CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTO M.S./ANVISA	Frasco	De acordo com o Edital	DENTAL MARIA LTDA	MAQUIRA	Apresentou ficha técnica/prospecto de acordo com o Edital	Vigente, conforme consulta ao portal Anvisa	Aprovado
17	918680 - LENCOL DE BORRACHA ISOLAMENTO ABSOLUTO, 100% LATEX, TAMANHO MÍNIMO 130 X 130 MM, SUPERFÍCIE LISA, ACABAMENTO SEM DEFEITO, RESISTENTE A ALONGAMENTO E DESINFECÇÃO QUÍMICA, COR PADRÃO, ACONDICIONANDO EM CAIXA COM 26 PECAS, SEGURA, CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.	CX	De acordo com o Edital	THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA	MADEITEX	Apresentou ficha com link para imagem de site com a embalagem do material, mas não é possível observar quantas unidades contém em cada caixa	Vigente, conforme consulta ao portal Anvisa	Solicitamos que a empresa apresente comprovação de quantas unidades contém em cada caixa.
19	22987 - MINI-PINCEL APLICADORES DESCARTÁVEIS FINO CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS ABSORVENTES, DE EXTREMIDADE ESFEROIDAL, COM HASTE DOBRÁVEL PARA FACILITAR A APLICAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS COMO: ADESIVO DENTINÁRIOS, SELANTES, FORRADORES CAVITÁRIOS, AGENTES DE LIMPEZA, TAMANHO 80 X 100 MM, CABECA COM 1,5 CM E CORPO INTERMEDIÁRIO MEDINDO NO MÍNIMO 0,9 CM. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM SEGURA CONTENDO 100 PECAS CONSTANDO DADOS DE	Caixa	De acordo com o Edital	THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA	FGM	Apresentou ficha técnica/prospecto de acordo com o Edital	Vigente, conforme consulta ao portal Anvisa	Aprovado

	FABRICACAO, DATA DA ESTERILIZACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.							
20	23013 - MINI-PINCEL APLICADORES DESCARTAVEIS REGULAR CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS ABSORVENTES, DE EXTREMIDADE ESFEROIDAL, COM HASTE DOBRÁVEL PARA FACILITAR A APLICAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS COMO: ADESIVO DENTINÁRIOS, SELANTES, FORRADORES CAVITÁRIOS, AGENTES DE LIMPEZA, TAMANHO 80 X 100 MM, CABEÇA COM 2,0 CM E CORPO INTERMEDIÁRIO MEDINDO NO MÍNIMO 0,9 CM. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE BOA QUALIDADE CONTENDO 100 PEÇAS CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, DATA DA ESTERILIZAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.	Caixa	De acordo com o Edital	THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA	FGM	Apresentou ficha técnica/prospecto de acordo com o Edital	Vigente, conforme consulta ao portal Anvisa	Aprovado
22	22993 - ÓXIDO DE ZINCO PURO PARA USO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM FRASCO DE BOA QUALIDADE CONTENDO, NO MINIMO, 50 G. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM SEGURA .CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, DATA DA ESTERILIZACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.VALIDADE	Frasco	De acordo com o Edital	DENTAL MARIA LTDA	BIODINAMICA	Apresentou prospecto/ficha técnica do material	Vigente, conforme consulta ao portal Anvisa	Aprovado

	MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.							
24	25783 - RESINA A3 FLOW COMPOSTO UNIVERSAL MICRO HIBRIDO FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACO APRESENTAÇÃO EM SERINGA TRADICIONAL COM PARAFUSO ROSQUEADO E PESO MÍNIMO DE 2 GRAMAS. CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE ENTREGA	Unidade	De acordo com o Edital	THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA	FGM	Apresentou ficha técnica/prospecto de acordo com o Edital	Vigente, conforme consulta ao portal Anvisa	Aprovado

Para os itens discriminados na tabela abaixo, o edital exige a apresentação de amostras conforme a unidade de medida e quantidades solicitadas.

Item - Conforme Anexo I	Código	Denominação	Unidade medida	Quant. amostra
6	18301	BANDA MATRIZ DE AÇO 0.05 X 5 X 500 MM	UNIDADE	4
7	18302	BANDA MATRIZ DE AÇO 0.05 X 7 X 500 MM	UNIDADE	4
11	918008	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CALCIO EM PASTA	KIT	4

Atenciosamente,

Sérgio Augusto Ruiz Bombonato

Apoio Técnico da GTO



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 14/12/2023, às 22:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019538035** e o código CRC **80A3BA70**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.207530-1

0019538035v6