



MEMORANDO SEI Nº 0023537736/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 12 de novembro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 327/2023.**Objeto:** Aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atenção ao documento SEI nº 0023527515, segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - a) Registro ANVISA	11 - Amostra	PARECER
12	916909 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MÍNIMO DE 80% ALGODÃO, COR NATURAL, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORÇÃO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MÍNIMO 21,60 GR POR UNIDADE,	UNID	AMED S/A	EDUARDA PREMIUM NOME ALTERADO PARA HANNA PREMIUM	De acordo	81481900008- Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	EXIGE	O descritivo da proposta está de acordo com o edital, porém, inicialmente, a empresa ofertou produto Marca/ Modelo "Eduarda Premium" e na apresentação da proposta indicou a redação "nome alterado para Hanna Premium". Em consulta ao portal da Anvisa, o registro nº 81481900008 contempla várias ataduras, dentre elas as marcas Eduarda Premium e Hanna Premium, inclusive, esse registro foi encaminhado

<p>EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota principal</p>		<p>junto à proposta inicial da empresa, conforme páginas 4 a 10 do documento SEI nº 0021212560.</p> <p>Diante disso, não houve alteração do nome do produto como indicado pela empresa na proposta atualizada, mas sim, uma alteração do produto ofertado inicialmente pela empresa.</p> <p>Frente ao exposto, a proposta está reprovada pela empresa alterar a marca e, conseqüentemente, o produto ofertado inicialmente.</p> <p>Salienta-se que a marca Eduarda Premium de 10cm x 1,8m ainda consta no rol de produtos dispostos no Registro ANVISA supracitado.</p>
---	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 13/11/2024, às 08:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023537736** e o código CRC **1AA29198**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.176853-2

0023537736v7