



MEMORANDO SEI Nº 0024680787/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 27 de fevereiro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise técnica- Pregão Eletrônico nº 023/2025.

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024680402), segue a análise solicitada:

Lote	Item	Material/Serviço	Empresa	Marca	Proposta de acordo com o edital?	8.10 a- Registro Anvisa	8.10 b- Prospecto/ficha técnica/imagem de site	Amostra	Parecer
1	1	26606 - TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE SANGUÍNEA FAIXA DE LEITURA: 20 MG/DL A 500 MG/DL OU SUPERIOR; REAÇÃO ENZIMÁTICA: GLICOSE OXIDASE OU GLICOSE DESIDROGENASE COM NICOTINAMIDA-ADENINA, OU GLICOSE DESIDROGENASE COM FLAVINA-ADENINA DINUCLEOTÍDEO; QUE MEÇA POR APARELHO COM TECNOLOGIA POR AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA, DESDE QUE POSSUA TECNOLOGIA QUE O DEPÓSITO DO SANGUE NA TIRA NÃO OCORRA NO CENTRO DO APARELHO GLICOSÍMETRO. PERMITA A VERIFICAÇÃO DA GLICEMIA EM CRIANÇAS E ADULTOS, ACONDICIONADA EM FRASCO COM TAMPA QUE A PROTEJA CONTRA FATORES AMBIENTAIS COM NO MÁXIMO 100 TESTES 1	ANGULAR SAÚDE	MEDISIGN	De acordo	Registro 80102512254 vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Exige	Na análise preliminar foi solicitado que a empresa apresenta-se a bula do produto. Em retorno da diligência, a empresa apresentou o documento solicitado (SEI nº 0024665037). Proposta classificada, haverá a necessidade de apresentar amostras.
1	2	32743 - GLICOSÍMETRO COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DOS RESULTADOS APARELHO PARA MEDIÇÃO	ANGULAR SAÚDE	MEDISIGN	De acordo	Registro 80102512238 vigente, confirmado	Apresentou	Exige	Questionamentos da análise preliminar e

DE GLICEMIA CAPILAR. DEVE REALIZAR LEITURA POR AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA; FAIXA DE LEITURA DE 20 MG/DL A 500 MG/DL OU SUPERIOR; TEMPO DE LEITURA IGUAL OU INFERIOR A 25 SEGUNDOS; POSSUIR TELA DE LCD QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO NO MÍNIMO DOS VALORES DOS TESTES E INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 300 TESTES; POSSUIR SISTEMA DE TRANSMISSÃO DOS RESULTADOS PARA O ARMAZENAMENTO LOCAL NO COMPUTADOR, SEM A NECESSIDADE DE USO DE INTERNET E/OU ARMAZENAMENTO EM "NUVEM"; FORNECER UM CABO USB COMPATÍVEL COM O APARELHO PARA TRANSMISSÃO DOS DADOS AO COMPUTADOR A CADA 20 GLICOSÍMETROS FORNECIDOS; DISPONIBILIZAR SOFTWARE E MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS.

no portal da Anvisa

manifestação da empresa:

1- O item ofertado possui sistema de transmissão dos resultados para armazenamento local no computador?

Resposta da empresa: Sim, possui o sistema de transmissão conforme solicitado.

2- O sistema de transmissão funciona sem a necessidade de uso de internet e/ou armazenamento em "nuvem"?

Resposta da empresa: Sim, conforme solicitado.

3- Será fornecido um cabo usb compatível com o aparelho para transmissão dos dados ao computador a cada 20 glicosímetros fornecidos?

Resposta da empresa: Sim, será fornecido conforme solicitado.

4- Será disponibilizado o Software para uso pela Administração?

Resposta da empresa: Sim, será disponibilizado conforme solicitado.

Parecer:

O atendimento aos requisitos exigidos será confirmado na análise das amostras.

									Proposta classificada, haverá a necessidade de apresentar amostras.
3	5	26606 - TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE SANGUÍNEA FAIXA DE LEITURA: 20 MG/DL A 500 MG/DL OU SUPERIOR; REAÇÃO ENZIMÁTICA: GLICOSE OXIDASE OU GLICOSE DESIDROGENASE COM NICOTINAMIDA-ADENINA, OU GLICOSE DESIDROGENASE COM FLAVINA-ADENINA DINUCLEOTÍDEO; QUE MEÇA POR APARELHO COM TECNOLOGIA POR AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA, DESDE QUE POSSUA TECNOLOGIA QUE O DEPÓSITO DO SANGUE NA TIRA NÃO OCORRA NO CENTRO DO APARELHO GLICOSÍMETRO. PERMITA A VERIFICAÇÃO DA GLICEMIA EM CRIANÇAS E ADULTOS, ACONDICIONADA EM FRASCO COM TAMPA QUE A PROTEJA CONTRA FATORES AMBIENTAIS COM NO MÁXIMO 100 TESTES	WISDOM FARMA	MEDISIGN	De acordo	Registro 80102512254 vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Exige	Na análise preliminar foi solicitado que a empresa apresenta-se a bula do produto. Em retorno da diligência, a empresa apresentou o documento solicitado (SEI nº 0024665104). Proposta classificada, haverá a necessidade de apresentar amostras.
3	6	32745 - GLICOSÍMETRO COM SISTEMA DE AVISO SONORO E SISTEMA DE TRANSMISSÃO DOS RESULTADOS APARELHO PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR. DEVE REALIZAR LEITURA POR AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA; FAIXA DE LEITURA DE 20 MG/DL A 500 MG/DL OU SUPERIOR; TEMPO DE LEITURA IGUAL OU INFERIOR A 25 SEGUNDOS; POSSUIR TELA DE LCD QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO NO MÍNIMO DOS VALORES DOS TESTES E INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 300 TESTES; POSSUIR SISTEMA DE AVISO SONORO ("BEEP") COM NO MÍNIMO, EMISSÃO DOS SEGUINTE AVISOS: - AO LIGAR; - QUANDO O EQUIPAMENTO RECONHECER QUE O QUANTITATIVO DA	WISDOM FARMA	MEDISIGN	De acordo	Registro 80102512238 vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Exige	Questionamentos da análise preliminar e manifestação da empresa: 2- O item ofertado possui sistema de transmissão dos resultados para armazenamento local no computador? Resposta da empresa: Sim possui sistema de transmissão conforme solicitado. 3- O sistema de transmissão funciona sem a necessidade de uso de internet e/ou

	AMOSTRA DE SANGUE APLICADO NA TIRA FOR SUFICIENTE PARA A LEITURA; - AO FINALIZAR A LEITURA (RESULTADO DISPONÍVEL); - ERRO (SOM DIFERENCIADO DOS DEMAIS AVISOS); POSSUIR SISTEMA DE TRANSMISSÃO DOS RESULTADOS PARA O ARMAZENAMENTO LOCAL NO COMPUTADOR, SEM A NECESSIDADE DE USO DE INTERNET E/OU ARMAZENAMENTO EM "NUVEM"; ACOMPANHA CABO USB COMPATÍVEL COM O APARELHO PARA TRANSMISSÃO DOS DADOS AO COMPUTADOR; DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS						armazenamento em "nuvem"? Resposta da empresa: Sim conforme solicitado. 4- Será fornecido um cabo usb compatível com o aparelho para transmissão dos dados ao computador? Resposta da empresa: Sim, será fornecidos os cabos compatíveis conforme solicitado. 5- Será disponibilizado o Software para uso pela Administração? Resposta da empresa: Sim, será disponibilizado o Software conforme solicitado. Parecer: O atendimento aos requisitos exigidos será confirmado na análise das amostras. Proposta classificada, haverá a necessidade de apresentar amostras.
--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.287959-3

0024680787v3