

MEMORANDO SEI Nº 26750080/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 10 de setembro de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 071/2025.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção ao documento SEI nº 26749709 segue análise solicitada:

nº	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudos BFE para os itens 38, 39/40, 41	8.10 c) Prospecção, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostragem	Parecer
36	42284 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ISOLAMENTO USO EM ISOLAMENTO ; CONFECCIONADO EM TECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, HIDRORREPELENTE, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 50G/M2; MANGAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, PUNHOS EM ELÁSTICO; ABERTURA NA PARTE POSTERIOR;	Unidade	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	De acordo	80495510127, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	----	Apresentou, porém, indica as medidas 100 cm de altura e 130 cm de largura.	EXIGE	Na análise preliminar, foi solicitado: 1- Que a empresa confirme qual o número do registro Anvisa do produto ofertado; 2- Que a empresa apresente documentação referente ao produto ofertado; 3- Que a empresa informe a gramatura do item que está ofertando. A gramatura deve constar na ficha técnica do produto. No retorno, a empresa manifestou-se: <i>"Confirmando que nosso produto tem gramatura 50 de cor branca e RMS 80495510127, e me coloco a disposição para o envio da amostra que confirma os dados"</i>

DOTADO DE NO MÍNIMO 2 PARES DE TIRAS PARA AMARRAÇÃO; TAMANHO MÍNIMO: LARGURA 140 CM X ALTURA 120 CM; ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES E BORDAS; FORNECIDO EM EMBALAGEM COM ATÉ 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, LOTE E FABRICANTE. - Cota Principal									<i>em questão..." e anexou o documento SEI nº 26741881.</i> Nova diligência realizada: Na ficha técnica consta as medidas 100 cm para a altura e 130 cm para a largura, porém, o edital exige largura mínima de 140 cm e altura mínima de 120 cm; assim questionamos: 1- Qual a medida do avental ofertado? Resposta da empresa: <i>Bom dia, com relação ao tamanho do avental consta na ficha técnica, envio novamente com grifo da área em qual se encontra as medidas.</i> Parecer final: Edital exige <i>"tamanho mínimo: largura 140 cm x altura 120 cm";</i> prospecto descreve <i>"Dimensões: 100±5cm altura x 130±5cm largura".</i> Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.
---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 10/09/2025, às 10:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26750080** e o código CRC **EF76A414**.