



MEMORANDO SEI Nº 0024825741/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 14 de março de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **012/2025**.

Objeto: Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar.

Em atenção ao documento SEI nº 0024807534 segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Prospecto/ ficha técnica/ Imagem de site (print de tela)	Parecer
20	909678 - FAIXA ESMARCH 10CM FAIXA DE ESMARCH 10CM - FABRICADA EM BORRACHA OU LATEX LAMINADO ESPECIAL, MATERIAL DE SUBSTANCIA ATÓXICA, INODORA, INSÍPIDA, RESISTENTE A RUPTURA E AUTOCLAVAGEM, POSSUIR ELASTICIDADE SUFICIENTE PARA MANTER O GARROTE CIRURGICO, ESPESSURA DE NO MINIMO 0,40MM, COMPRIMENTO 2M.	Rolo	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDK	De acordo	Registro 80762200015 vigente, confirmado no portal da Anvisa.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
21	909679 - FAIXA ESMARCH 12CM FAIXA DE ESMARCH 12CM - FABRICADA EM BORRACHA OU LATEX LAMINADO	Rolo	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	INDUFLEX	Apresentou descrição resumida do item.	A empresa apresentou declaração de isenção, emitida em 07/04/2025, SEI nº 0024797143, pág 10, porém, o item é regulado pela Anvisa, inclusive em consulta ao portal da agencia reguladora, verificamos diversos registros	Apresentou	Para finalização da análise, solicitamos que a empresa apresente o registro

	ESPECIAL, MATERIAL DE SUBSTANCIA NAO TOXICA, INODORA, INSIPIDA, RESISTENTE A RUPTURA E AUTOCLAVAGEM, POSSUIR ELASTICIDADE SUFICIENTE PARA MANTER O GARROTE CIRURGICO, ESPESSURA DE NO MINIMO 0,40MM, COMPRIMENTO 2M.					vigentes para ""faixa de smarch", conforme documento SEI nº 0024825511.	Anvisa da faixa esmarch da marca induflex. Caso não possua registro, a proposta está reprovada.
22	909680 - FAIXA ESMARCH 15CM FAIXA DE ESMARCH 15CM - FABRICADA EM BORRACHA OU LATEX LAMINADO ESPECIAL, MATERIAL DE SUBSTANCIA NAO TOXICA, INODORA, INSIPIDA, RESISTENTE A RUPTURA E AUTOCLAVAGEM, POSSUIR ELASTICIDADE SUFICIENTE PARA MANTER O GARROTE CIRURGICO, COMPRIMENTO 2M.	Rolo	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	INDUFLEX	Apresentou descrição resumida do item.	A empresa apresentou declaração de isenção, emitida em 07/04/2025, SEI nº 0024797143, pág 10, porém, o item é regulado pela Anvisa, inclusive em consulta ao portal da agencia reguladora, verificamos diversos registros vigentes para ""faixa de smarch", conforme documento SEI nº 0024825511.	Para finalização da análise, solicitamos que a empresa apresente o registro Anvisa da faixa esmarch da marca induflex. Caso não possua registro, a proposta está reprovada.
23	910423 - FAIXA ESMARCH 20CM FAIXA DE ESMARCH 20CM - FABRICADA EM BORRACHA OU LATEX LAMINADO ESPECIAL, MATERIAL DE SUBSTANCIA NAO TOXICA, INODORA, INSIPIDA, RESISTENTE A RUPTURA E AUTOCLAVAGEM, POSSUIR ELASTICIDADE SUFICIENTE PARA MANTER O GARROTE CIRURGICO, ESPESSURA DE NO MINIMO 0,40MM,	Rolo	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDK	De acordo	Registro 80762200015 vigente, confirmado no portal da Anvisa.	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	COMPRIMENTO 2M.							
26	909432 - TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO TAMANHO G TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO TAMANHO G - TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA ANTIALÉRGICA TAMANHO G COM MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE 160 E 190 DE LARGURA, 230 E 250MM DE COMPRIMENTO.	Pç.	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	MSO	De acordo	Registro 80128000010 vigente, confirmado no portal da Anvisa.	Não apresentou	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente o exigido no edital: 8.10.2- Prospecto/ ficha técnica/ Imagem de site (print de tela).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 14/03/2025, às 09:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024825741** e o código CRC **22605AEE**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.279266-8

0024825741v3