



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

PREGÃO ELETRÔNICO nº 318/2021

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) para atendimento dos pacientes na Secretaria da Saúde e no Hospital Municipal São José.

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 07 de dezembro de 2021 às 18h 28min (documento SEI 0011334048).

8º Questionamento: "(...) ITEM 19 – SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 14 SISTEMA FECHADO 28 CM A 37 CM DE COMPRIMENTO - O edital solicita: "Sonda de aspiração traqueal Nº14 sistema fechado 28cm a 37cm de comprimento". O sistema fechado de aspiração TRACH-SAFE da empresa GLOBALMED apresenta como comprimento máximo 38cm. Assim sendo, solicitamos esclarecimento técnico se esta diferença de 1cm será aceita pela instituição, tendo em vista que esta característica não representa prejuízo clínicos para o usuário e paciente.

Resposta: Informamos que o referido questionamento foi enviado para a equipe técnica, conforme Memorando SEI nº 0011334084, sendo respondido através do documento SEI nº 0011334565, assinado pelo enfermeiro Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, do qual extrai-se:

(...)

(...) Segue resposta ao pedido de esclarecimento da empresa (...) apresentado ao Pregão Eletrônico 318/2021, conforme documento SEI nº 0011334048, referente ao Processo Licitatório SEI 21.0.069104-4, onde em suma, a empresa solicita esclarecimento se para o item 19, será aceito sistema de aspiração com comprimento de 38 cm.

Em resposta ao questionamento da empresa, conforme exposto no subitem 11.9 a do edital, serão desclassificadas as propostas que não atendam às especificações/descrição do objeto desta licitação; assim, as propostas serão avaliadas de acordo com os descritivos técnicos dos itens constantes no edital e errata.

Desta forma, o item ofertado deve atender integralmente o descritivo, inclusive, em relação às medidas.

(...)

Atenciosamente,

Pregoeira,
Portaria nº 323/2021



Documento assinado eletronicamente por **Dayane de Borba Torrens, Servidor(a) Público(a)**, em 10/12/2021, às 16:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011385036** e o código CRC **2366A482**.



Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguau - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.069104-4

0011385036v6