

MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 08 de março de 2024.

**À
SAP.LCT**
Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 014/2024.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0020463025), segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site	Questionamento na análise preliminar	Parecer
15	917529 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 16 COM UM ORIFICIO CENTRAL NA PORCAO PROXIMAL, DOIS ORIFICIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS, COMPATIVELIS COM A NUMERACAO, ADEQUADOS PARA ASPIRACAO DE SECRECAO VISCOSA E FLUIDOS, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, EM MATERIAL ATOXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEAVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM	ASPIRACÃO	De acordo	Apresentou	Na proposta item descrito corresponde a "Sistema fechado aspiração traqueal", porém, anexou ficha técnica referente a o item em questão, "sonda de aspiração traqueal". Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é Sonda de aspiração traqueal, registro Anvisa 80286000037.	Em retorno da diligência, a empresa apresentou proposta ajustada com o descritivo de acordo com o edital. Da mesma forma, a ficha técnica apresentada atende às exigências mínimas. Proposta classificada.
17	25825 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 20 COM UM ORIFICIO CENTRAL NA PORCAO PROXIMAL, DOIS ORIFICIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS, COMPATIVELIS COM A NUMERACAO, ADEQUADOS PARA ASPIRACAO DE SECRECAO VISCOSA E FLUIDOS, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, EM MATERIAL ATOXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEAVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM	ASPIRACÃO	De acordo	Apresentou	Na proposta item descrito corresponde a "Sistema fechado aspiração traqueal", porém, anexou ficha técnica referente a o item em questão, "sonda de aspiração traqueal". Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é Sonda de aspiração traqueal, registro Anvisa 80286000037.	Em retorno da diligência, a empresa apresentou proposta ajustada com o descritivo de acordo com o edital. Da mesma forma, a ficha técnica apresentada atende às exigências mínimas. Proposta classificada.
71	917532 - SONDA URETRAL Nº 18 PLASTICA, MALEAVEL, ATRAUMATICO, ESTERIL, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, EMBALAGEM UNITARIA, ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM	URETRAL	De acordo	Apresentou	Na proposta item descrito corresponde a "sonda foley, material látex", porém, anexou ficha técnica referente a o item em questão, "sonda uretral". Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é Sonda uretral, registro Anvisa 80286009007.	Em retorno da diligência, a empresa apresentou proposta ajustada com o descritivo de acordo com o edital. Da mesma forma, a ficha técnica apresentada atende às exigências mínimas. Proposta classificada.

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site	Questionamento na análise preliminar	Parecer
51	909710 - SONDA TIPO FOLEY 3 VIAS Nº 16 SONDA TIPO FOLEY Nº 16, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM 3 VIAS, VALVULADA, POSSUIR FORMATO ARREDONDADO E LISO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE.NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NA SONDA. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE	PC	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	ADVANTIVE	NÃO SE APLICA	De acordo	Apresentou; o Registro ANVISA informado no prospecto - 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57510308 H57510310 H57510312 H57510314 H57510316 H57510318 H57510320 H57513022.	Registro ANVISA informado no prospecto 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022. A medida cautelar indica o recolhimento e a suspensão de comercialização, distribuição e uso dos lotes em questão. Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA.	Em retorno da diligência, a empresa apresentou esclarecimentos acerca da medida cautelar, informando que esta é específica aos lotes indicados na análise preliminar, não havendo restrições a outros lotes ou ao registro Anvisa do item ofertado. Proposta classificada.

	ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.								
52	909711 - SONDA TIPO FOLEY 3 VIAS Nº 18 SONDA TIPO FOLEY Nº 18, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM 3 VIAS, VALVULADA. POSSUIR FORMATO ARREDONDADO E LISO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE. NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NA SONDA. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	ADVANTIVE	NÃO SE APLICA	De acordo	Apresentou; o Registro ANVISA informado no prospecto - 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022.	Registro ANVISA informado no prospecto 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022. A medida cautelar indica o recolhimento e a suspensão de comercialização, distribuição e uso dos lotes em questão. Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA.	Em retorno da diligência, a empresa apresentou esclarecimentos acerca da medida cautelar, informando que esta é específica aos lotes indicados na análise preliminar, não havendo restrições a outros lotes ou ao registro Anvisa do item ofertado. Proposta classificada.
53	909712 - SONDA TIPO FOLEY 3 VIAS Nº 20 SONDA TIPO FOLEY Nº 20, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM 3 VIAS, VALVULADA. POSSUIR FORMATO ARREDONDADO E LISO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE. NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NA SONDA. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	ADVANTIVE	NÃO SE APLICA	De acordo	Apresentou; o Registro ANVISA informado no prospecto - 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022.	Registro ANVISA informado no prospecto 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022. A medida cautelar indica o recolhimento e a suspensão de comercialização, distribuição e uso dos lotes em questão. Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA.	Em retorno da diligência, a empresa apresentou esclarecimentos acerca da medida cautelar, informando que esta é específica aos lotes indicados na análise preliminar, não havendo restrições a outros lotes ou ao registro Anvisa do item ofertado. Proposta classificada.
54	909713 - SONDA TIPO FOLEY 3 VIAS Nº 22 SONDA TIPO FOLEY Nº 22, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM 3 VIAS, VALVULADA. POSSUIR FORMATO ARREDONDADO E LISO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE. NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NA SONDA. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	ADVANTIVE	NÃO SE APLICA	De acordo	Apresentou; o Registro ANVISA informado no prospecto - 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022.	Registro ANVISA informado no prospecto 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022. A medida cautelar indica o recolhimento e a suspensão de comercialização, distribuição e uso dos lotes em questão. Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA.	Em retorno da diligência, a empresa apresentou esclarecimentos acerca da medida cautelar, informando que esta é específica aos lotes indicados na análise preliminar, não havendo restrições a outros lotes ou ao registro Anvisa do item ofertado. Proposta classificada.
55	909714 - SONDA TIPO FOLEY 3 VIAS Nº 24 SONDA TIPO FOLEY Nº 24, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM 3 VIAS, VALVULADA. POSSUIR FORMATO ARREDONDADO E LISO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE. NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NA SONDA. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	ADVANTIVE	NÃO SE APLICA	De acordo	Apresentou; o Registro ANVISA informado no prospecto - 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022.	Registro ANVISA informado no prospecto 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022. A medida cautelar indica o recolhimento e a suspensão de comercialização, distribuição e uso dos lotes em questão. Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA.	Em retorno da diligência, a empresa apresentou esclarecimentos acerca da medida cautelar, informando que esta é específica aos lotes indicados na análise preliminar, não havendo restrições a outros lotes ou ao registro Anvisa do item ofertado. Proposta classificada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 08/03/2024, às 14:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020463378** e o código CRC **EA4588CC**.