



MEMORANDO SEI Nº 26702405/2025 - HMSJ.UTE.CPA

Joinville, 05 de setembro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 321/2025.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Cobertura/Invólucro de Óbito e Dialisador Capilar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital Municipal São José.

Prezados,

Em resposta aos Ofícios SEI nº 26700819 e 26701248, segue análise das propostas apresentadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca Registrada	Registro	Prospecto/Ficha técnica	Análise
1	14595 - COBERTURA/INVÓLUCRO DE ÓBITO Cobertura/invólucro de óbito, medindo entre 90cm a 1,10m X 2,10m a 2,20m, em lona plástica de polietileno especial de baixa densidade, alta resistência, formato retangular, fechamento com zíper, etiqueta de identificação do corpo, com 230 a 250 micras de espessura e tensão de 180kg/cm, na cor cinza, descartável.	Pç.	1.800	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	NEW	Isento, conforme documento ANVISA páginas 3 a 7 - 26701238	Apresentou, páginas 8 a 10 - 26701238	Proposta de acordo, classificada para o tamanho GG
2	13455 - DIALISADOR CAPILAR SUPERFICIE 1.7 A 1.8 M2 DIALISADOR CAPILAR SUPERFICIE 1.7 A 1.8 M2. DIALISADOR DE FIBRAS CAPILARES DE MATERIAL SINTÉTICO POLISULFONA E/OU	peças	240	FORTECAR INDUSTRIAL DE PRODUTOS	B-18HF/IMPORTADO	Apresentou 80463910077, páginas 3 a 4 -	Apresentou, páginas 5 a 6 - 26700791	Proposta de Acordo, classificada

POLIETERSULFONA , BIOCOMPATÍVEL, DE BAIXO E/OU MÉDIO FLUXO E ALTA PERFORMANCE, COM ÁREA DE SUPERFÍCIE 1.7 A 1.8, ESTÉRIL, USO ÚNICO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: DATA DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.			MEDICOS LTDA		26700 791, valido até 18/07/2 032		
---	--	--	-----------------	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Germano Richartz, Gerente**, em 05/09/2025, às 13:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26702405** e o código CRC **9208B858**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.125052-9

26702405v6