



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

Objeto: Aquisição de Instrumentais Cirúrgicos para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José de Joinville

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 11 de agosto de 2020 às 17h14min (documento SEI 6900108).

5º Questionamento: "1. Em análise ao edital, ANEXO I - Quadro de Quantitativos e Especificações Mínimas dos Itens, e Valores Estimados/Máximos: ITEM 92: 11064 – ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO BOLA 2,1 MM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 PERGUNTA-SE: 1. A medida de 2,1mm restringe a participação de empresas conceituadas no mercado, haja vista, que essa medida não é fornecida/fabricada por muitas empresas, sendo assim, podemos ofertar ELETRODO TIPO BOLA DE 2mm, sem risco de desclassificação? Considerando que 0,1mm em nada altera o bom funcionamento do produto. ITEM 93: 11065 - ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO BOLA 4,2 MM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 PERGUNTA-SE: 1. Podemos ofertar ELETRODO TIPO BOLA 4mm OU DE 4,5mm, sem risco de desclassificação? ITEM 95: 11067 - ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO BOLA 7,5 MM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 PERGUNTA-SE: 1. Podemos ofertar ELETRODO TIPO BOLA 7,0 mm OU DE 8,0 mm, sem risco de desclassificação? ITEM 96: 11070 - ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO FACA CURVA 83 MM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 PERGUNTA-SE: 1. Podemos ofertar ELETRODO TIPO FACA CURVA DE 76mm ou de 100mm, sem risco de desclassificação? ITEM 98: 11068 - ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO FACA RETA PEQUENA 67 MM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI420 PERGUNTA-SE: 1. Podemos ofertar ELETRODO TIPO FACA RETA de 67mm, sem risco de desclassificação?"

Resposta: Conforme resposta encaminhada por meio do Memorando 6921110 - SES.UCC.ACM, assinado pelo servidor Ivosney João Leite Bueno, "Em relação aos pedidos de esclarecimentos da empresa (...), informamos que as empresas devem ofertar produtos que atendam as especificações dos itens no edital; informamos que serão aceitas ofertas que igualem ou que superem as especificações, desde que sejam mantidas as exigências conceituais de padrão, desempenho e funcionalidades da solução; sendo assim, para os itens 92, 93, 95, 96, 98 aceitaremos com medidas superiores, porém, entendemos que o aceite de medidas inferiores seria um prejuízo ao erário. Também salientamos que as demais especificações dos itens devem ser atendidas, por exemplo, em relação ao item 95, a empresa indicou que pretende ofertar ELETRODO TIPO BOLA 7,0 mm OU DE 8,0 mm; neste caso, o edital solicita ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO BOLA 7,5 MM CONFECIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; aceitaremos o eletrodo de 8,0 mm, porém, este deve ser confeccionado em aço inoxidável AISI-420."

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Costa Sumi de Moraes, Servidor(a) Público(a)**, em 14/08/2020, às 11:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6924637** e o código CRC **5680C19B**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

19.0.082999-9

6924637v2