

MEMORANDO SEI Nº 28892908/2026 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 25 de março de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 047/2026.

Objeto: Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para uso nas especialidades de Cirurgia Geral e Próteses Mamárias, para o Hospital Municipal São José.

EMPRESA	DOCUMENTO SEI Nº
Item 17 JOMHEDICA	28892269 - APROVADO
Item 18 JOMHEDICA	28892294 - APROVADO

Protocolo de amostras:

- Empresa Jomhedica Produtos Médicos e Hospitalares Ltda: Item 17 e 18 - 28869708 e 28869728

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Eduardo Schmidt, Coordenador(a)**, em 30/03/2026, às 11:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28892908** e o código CRC **E9DDF0DF**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.288513-7

28892908v13

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar na Área de OPME - Ramal 9077

Item	MATERIAL
17	910369 - CLIP POLÍMERO HEM-O-LOK DOURADO EXTRA GRANDE C/6 UNIDADES. CLIP POLÍMERO HEM-O-LOK DOURADO EXTRA GRANDE BLISTER COM 6 UNIDADES PARA SISTEMA MECÂNICO DE LIGADURAS. ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO (FORNECIMENTO DO CLIPADOR EM COMODATO).
<p>PREGÃO ELETRÔNICO: 047/2026</p> <p>SETOR TESTE: BLOCO CIRÚRGICO</p> <p>MARCA: PANTHER</p> <p>FORNECEDOR: JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA</p> <p>Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80940400014</p> <p>LOTE: PLCB101BR A000007KFY 2506118001 – PLCB101BR A000007KGA 250618001</p> <p>QUANTIDADE AVALIADA: 02</p> <p>EMBALAGEM: <input checked="" type="checkbox"/> Adequada () Inadequada () Não se aplica</p> <p>FUNCIONALIDADE: <u>ótima</u></p>	
<p>CONCLUSÃO</p> <p>APROVA O MATERIAL? <input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO</p> <p>MOTIVO: <u>Bom funcionamento</u></p>	

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO
 DATA: 25/03/26

Impresso no ambiente corporativo da Prefeitura de Joinville por 10/14/17 20:20:03/23

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar na Área de OPME - Ramal 9077

Item	MATERIAL
18	910370 - CLIP POLIMERO HEM-O-LOK ROXO GRANDE C/6 UNIDADES CLIP POLIMERO HEM-O-LOK ROXO GRANDE BLISTER COM 6 UNIDADES PARA SISTEMA MECANICO DE LIGADURA. ESTERIL, APIROGENICO E ATOXICO (FORNECIMENTO DO CLIPADOR EM COMODATO).
<p>PREGÃO ELETRÔNICO: 047/2026</p> <p>SETOR TESTE: BLOCO CIRÚRGICO</p> <p>MARCA: PANTHER</p> <p>FORNECEDOR: JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA</p> <p>Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80940400014</p> <p>LOTE: PCLB102BR A000007NEY 230420 – PCLB102BR A000007NFF 230420</p> <p>QUANTIDADE AVALIADA: 02</p> <p>EMBALAGEM: <input checked="" type="checkbox"/> Adequada () Inadequada () Não se aplica</p> <p>FUNCIONALIDADE: <u>Boa</u></p>	
<p>CONCLUSÃO</p> <p>APROVA O MATERIAL? <input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO</p> <p>MOTIVO: <u>Boa funcionalidade</u></p>	
<p>  DR. André Carlos Cirurgião An. Especialista em Cirurgia CRMV 16833 / RQE 14611 </p>	

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 25/03/26

Impresso no ambiente corporativo da Prefeitura de Joinville por 10.147 / 2026/03/23